

Numer projektu	Nazwa	Str./ stron	Przeznaczenie	Parametry geometryczne (tłumaczenie)	Parametry materiałowe	Dodatkowe informacje	Norma wykonania
PAKJET NR 1							
501	Ekstensometr	4	Pomiar siły	zakres pomiarowy: 0-500 µm/m czułość pomiaru: 1,5±0,15 mV/V napięcie zasilania: 2-15V Temperatura pracy: -10 - 60°C maksymalne odkształcenie: 750 µm/m długość przewodu: 6m	n/d	n/d	

PAKIET NR 2

560	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=90mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
561	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=120mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
562	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=130mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
563	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=170mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
564	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=170mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
565	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=80mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
566	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=80mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
567	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=230mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
568	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=60mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	
569	Termopara	2	Pomiar temperatury	średnica końcówki: ø0,5mm Długość: L=140mm Przewód: typ J 2x0,5 wzmocony	n/d	n/d	