



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ADM.272.7.2022

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Autoklaw (sterylizator parowy pionowy) - 1 szt

Lp.	Autoklaw (sterylizator parowy pionowy) - 1 szt		
	Producent, kraj		
	Typ, model		
	Rok prod.:		
	Wymagane parametry techniczne:	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi
1	Sterylizator z pionową komorą sterylizacyjną		
2	Wymiary gabarytowe: (SxWxG) 735/947/600 mm (±5%)		
3	Pojemność komory 80 litrów ±5%		

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

4	Rama i obudowa oraz górna obudowa drzwi sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI		
5	Sterylicator wyposażony w skrzętnę kółka z blokadami szt. 4		
6	Komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI		
7	Temperatura sterylizacji programowana w zakresie przynajmniej 115-134 °C		
8	Program rozgrzewania, podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-136 °C		
9	Filtr HEPA dla sterylizacji kondensatu i wsadów skażonych.		
10	Wbudowana ciśnieniowa wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej		
11	Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka)		
12	Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową		
13	Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej (drzwi otwierane do pionu)		
14	Uszczelka rozprężana parą		
15	Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary po zakończeniu każdego cyklu		
16	Sterowanie mikroprocesorowe		
17	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim.		
18	Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach.		
19	Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu.		
20	W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych.		
21	Programy sterylizacyjne – min. 20 programów + 2 testowe (Bowie-Dick i test szczelności)		
22	System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej		
23	Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika		
24	Filtr powietrza wylotowego FA		
25	Żuraw elektryczny sterowany pilotem		
26	Stacja uzdatniania wody o wydajności 5l/h ze zbiornikiem ciśnieniowym o pojemności 40l		

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

27	System szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody uzdatnionej w płaszczu komory w obiegu zamkniętym, bez stosowania wentylatora		
28	Komora wyposażona w port walidacyjny		
29	Sprężarka cichobieżna		
30	Moc elektryczna min. 7 kW, w tym moc wytwornicy pary min. 6 kW, Zasilanie trójfazowe 400 V/50 Hz		
31	Wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji na zwykłym papierze w rolkach (trwałe wydruki)		
32	Wbudowana pompa próżniowa umożliwiająca odpowietrzanie w formie próżni frakcjonowanej oraz suszenie próżniowe		
33	Kosze siatkowe o pojemności ½ wsadu komory - 2 szt		
34	Gwarancja. min.24 miesiące		
35	Przeglądy serwisowe i naprawy autoklawu w okresie gwarancji		

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.