

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPO/ZM-7/19		WERSJA 2	KOPIA 0 /
	Bioceltix S.A. ul. Bierutowska 57-59 51-317 Wrocław	STATUS	AKTUALNA
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ/MLMIM-9/20 ¹		

NAZWA MATERIAŁU, SUROWCA, URZĄDZENIA LUB USŁUGI:

Płytki mikrobiologiczne 90mm z agarem tryptozowo-sojowym sterylizowane radiacyjnie i neutralizatorami środków dezynfekcyjnych.

INSTRUKCJA:

- Potencjalny sprzedawca powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny, czy oferta obejmuje bądź nie obejmuje danego kryterium.
- Dodatkowe informacje techniczne będą wyjaśniane przez zakupy@bioceltix.com.
- Uwagi dostawcy mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.
- Odchylenia od powyższej specyfikacji są możliwe warunkowo jeżeli zostaną zatwierdzone przez zamawiającego oraz gdy zostaną zachowane wszystkie cechy funkcjonalne oraz oczekiwany poziom jakości.
- Niniejsza specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane to tego dokumentu, jako informacje dodatkowe dla zamawiającego.
- ~~Wykonawca udzieli _____² miesięcznej gwarancji na sprzęt (jeśli dotyczy).~~
- Wykonawca dostarczy surowiec, materiał wyjściowy, odczynnik laboratoryjny lub element infrastruktury (wybrać właściwe) do 3 tygodni/~~dni~~² od daty złożenia zamówienia.

LP	PARAMETRY ¹	SPEŁNIA ³	NIE SPEŁNIA ⁴
1.	Płytki przeznaczone do pomiarów metodą sedymentacyjną i wolumetryczną.		
2.	Płytki pakowane w potrójną warstwę folii, przy czym w opakowaniu bezpośrednim znajduje się 10 sztuk.		
3.	Płytki wyposażone w system zapobiegający niekontrolowanemu otworzeniu się płytki.		
4.	Płytki opakowane w sposób zabezpieczający je przed dekontaminacją gazowym nadtlaniem wodoru (VHP) i kwasem nadoctowym (PA).		
5.	Użycie podłoża zwalidowane w czasie rzeczywistym po ekspozycji przez 4 godziny pod przepływem laminarnym, w czasie przydatności do użycia.		
6.	Podłoże zawiera 4 czynniki neutralizujące: lecytyna, polisorbát 80 i l-histydyna neutralizujące aldehydy i związki fenolowe; lecytyna, polisorbát 80 neutralizujące 4-rzędowe związki amonowe; polisorbát 80 neutralizujący heksachlorofen i pochodne rtęci; tiosiarczan sodu neutralizujący związki halogenowe; lecytyna neutralizująca chlorheksydynę.		

¹ Wypełnia Specjalista ds. zakupów

² Niewłaściwe skreślić

³ Wypełnia potencjalny sprzedawca

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPO/ZM-7/19		WERSJA 2	KOPIA 0 /
Bioceltix	Bioceltix S.A. ul. Bierutowska 57-59 51-317 Wrocław	STATUS	AKTUALNA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ/MLMIM-9/20¹			

7.	Skład podłoża spełnia wymogi opisane w zharmonizowanych rozdziałach Farmakopei Europejskiej.		
8.	Podłoże zawiera mieszaninę peptonów w połączeniu z pirogronianem sodu.		
9.	Certyfikat analityczny dla każdej dostarczonej serii płytek dostarczony wraz z płytkami lub możliwy do pobrania na stronie internetowej producenta.		
10.	Termin przydatności minimum 5 miesięcy od daty dostawy.		
11.	Dostawa płytek przebiega z monitoringiem temperatury.		
12.	Na życzenie zamawiającego dostępny jest raport z temperaturą w czasie transportu bez dodatkowych kosztów.		

-KONIEC OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-