

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów QC – roztworów wzorcowych do badań laboratoryjnych w podziale na części:

Część 1: Wzorce pH

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Uwagi
1	Roztwory wzorcowe buforów o pH 4.01	Zastosowanie do kalibracji pH-metru Termin ważności: minimum 2 lata	7500 ml	1. do oferty należy załączyć deklarację jakości (Declaration of Quality)
2	Roztwory wzorcowe buforów o pH 7.00	Zastosowanie do kalibracji pH-metru Termin ważności: minimum 2 lata	7500 ml	1. do oferty należy załączyć deklarację jakości (Declaration of Quality)
3	Roztwory wzorcowe buforów o pH 9.21	Zastosowanie do kalibracji pH-metru Termin ważności: minimum 2 lata	7500 ml	1. do oferty należy załączyć deklarację jakości (Declaration of Quality)

Część 2: Roztwory wzorcowe konduktometryczne

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Uwagi
1	Wzorzec konduktometryczny - Wzorzec 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Zastosowanie do kalibracji konduktometru Termin ważności: minimum 2 lata	7500 ml	Do oferty należy załączyć: 1. certyfikat kalibracji (DFM) 2. deklaracja jakości (Declaration of Quality)

2	Wzorzec konduktometryczny - Wzorzec 12,88 $\mu\text{S}/\text{cm}$	Zastosowanie do kalibracji konduktometru Termin ważności: minimum 2 lata	7500 ml	Do oferty należy załączyć: 1. certyfikat kalibracji (DFM) 2. deklaracja jakości (Declaration of Quality)
---	--	--	---------	---

Część 3: Roztwory do kontroli jakości analizatora moczu

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Uwagi
1	Roztwory do kontroli jakości analizatora moczu	Produkt powinien zawierać zarówno poziom 1 (ujemny dla wszystkich parametrów chemicznych), jak i poziom 2 (dodatni dla wszystkich parametrów chemicznych). Odpowiednie do zastosowania z analizatorem Siemens CLINITEK Status®+ Termin ważności: minimum 12 miesięcy	360 ml	

Uwaga! Wszystkie powyższe wymagania zamawiający traktuje jako minimalne wymagania dotyczące zamawianych produktów i zaakceptuje produkty o parametrach jak powyżej lub lepszych.