



ZAPYTANIE OFERTOWE

W postępowaniu na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych czterech komponentów z pełnym wyposażeniem umożliwiającym instalację i uruchomienie każdego z komponentu, stanowiących zestaw do oznaczania azotu, fosforu oraz potasu na potrzeby realizowanego przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0095/20), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

I Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.

Nazwa,	FOSFAN S.A.	Adres do	FOSFAN S.A.
adres:	ul. Nad Odrą 44/65	korrespondencji:	ul. Dubois 23
	71-820 Szczecin		71-610 Szczecin
	e-mail: biuro@fosfan.pl		
	tel. 91 44 55 600		
	fax 91 44 55 610		

II Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie **nowych niżej wymienionych czterech komponentów z pełnym wyposażeniem umożliwiającym instalację i uruchomienie każdego z komponentu, stanowiących zestaw do oznaczania azotu, fosforu oraz potasu.** Zestaw będzie wykorzystywany do oznaczeń zawartości azotu, fosforu, potasu w próbkach z przemysłu nawozowego:

- 1) ~~Stanowisko do oznaczania azotu zgodnie z metodą Kjeldahla (ilość 1 szt.),~~
- 2) ~~Spektrofotometr UV-VIS (ilość 1 szt.),~~
- 3) ~~Spektrofotometr płomieniowego (ilość 1 szt.),~~
- 4) Laboratoryjny pH-metr stacjonarny (ilość 2 szt.).

- Przedmiot zamówienia podzielony jest na części.

3. ~~CZĘŚĆ I – Stanowisko do oznaczania azotu zgodnie z metodą Kjeldahla (sztuk 1).~~

~~Stanowisko złożone jest z:~~

- 1) ~~mineralizatora prób do oznaczania azotu zgodnie z metodą Kjeldahla;~~
- 2) ~~automatycznego aparatu do destylacji z parą wodną;~~
- 3) ~~współpracującego z nim titratora;~~

~~o parametrach nie gorszych lub równoważnych niż wskazane poniżej:~~

Jednostka do mineralizacji prób metodą Kjeldahla:

- ilość stanowisk: min. 4, max 8,
- maksymalna temperatura grzania powyżej 430°C,
- czas nagrzewania do maksymalnej temperatury: poniżej 25 min.,
- zestaw kolb o pojemności roboczej min. 250 ml,
- w zestawie min. 18 sztuk kolb do mineralizacji,



- zasłepki umożliwiające pracę aparatu przy niepełnym wykorzystaniu stanowisk, ilość zgodna z ilością stanowisk oferowanego aparatu
- kolektor do odprowadzania oparów powstających podczas procesu mineralizacji
- zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem,
- niezbędny osprzęt pozwalający na instalację i uruchomienie

Automatyczna destylarka z parą wodną:

- urządzenie do automatycznej destylacji z parą wodną w metodzie Kjeldahla,
- kompatybilność z kolbami stosowanymi zaoferowanej jednostce do mineralizacji metodą Kjeldahla,
- limit detekcji N: nie niższy niż 0,01 mg,
- powtarzalność oznaczeń (RSD) poniżej 1%,
- stopień odzysku azotu: co najmniej 99,5%,
- możliwość regulacji wydajności generowanej pary do układu destylacyjnego,
- obudowa aparatu z materiałów odpornych na działanie silnych kwasów i zasad,
- w zestawie 3 kanistry na media, tj. NaOH, H₃BO₃ i wodę destylowaną, o pojemności min. 10 l – max 15 l – każdy,
- automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy oraz dodawanie NaOH, automatyczne dodawanie roztworu do odbieralnika destylatu (np. H₃BO₃),
- możliwość programowania czasu destylacji oraz ilości podawanych odczynników w procesie destylacji azotu Kjeldahla, tj. H₂O, NaOH oraz H₃BO₃,
- automatyczne opróżnianie kolby destylacyjnej oraz odbieralnika z próbką z możliwością wyłączenia jednej lub obu tych funkcji,
- możliwość zachowania w pamięci urządzenia min. 20 metod własnych destylacji z parą wodną,
- wyświetlacz pokazujący wszystkie parametry, sterowanie urządzeniem, wprowadzanie własnych metod oraz kontrolę pracy z poziomu urządzenia,
- możliwość rozbudowy o zewnętrzny aparat miareczkujący,
- odbieralnik zaopatrzony w mieszkadło oraz możliwość wprowadzenia elektrody wraz z końcówką dozującą titrant,
- czujnik przepływu wody chłodzącej przez chłodnicę,

Titратор:

- umożliwiający automatyczne miareczkowanie w sposób pH metryczny oraz mv potencjometryczny sterowany z wyżej wymienionej automatycznej destylarki z parą wodną,
- mający zastosowanie przy analizie azotu metodą Kjeldahla,
- zestaw obejmujący minimum: jednostkę podstawową, biuretę wymienną o poj. min. 20 ml, odpowiednią elektrodę pH, statyw oraz uchwyt na elektrody, mieszkadło magnetyczne, butelkę o pojemności min. 1 l, na titranty, niezbędne wężyki, złączki oraz końcówki oraz inne wymagane akcesoria, niezbędne do prawidłowego działania, zestaw roztworów do kalibracji elektrody,
- kabel komunikacyjny do podłączenia titratora z destylarką z parą wodną,
- dokładność dozowania rzędu 0,15%, % zgodna z normą ISO 8655-6,
- automatyczne rozpoczynanie i kończenie procesu miareczkowania według zadanych warunków prowadzenia analizy,
- wyświetlacz graficzny,
- możliwość przejścia na miareczkowanie ręczne.

Pozostałe wymagania:

- przedmiot zamówienia obejmuje osprzęt pozwalający zainstalować i uruchomić u Zamawiającego urządzenia wchodzące w skład zestawu (w tym wszystkie niezbędne wężyki, złączki, uszczelki i kable),
- przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzenia u Zamawiającego wraz z przeszkoleniem 6 pracowników w zakresie obsługi zestawu,
- przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie instrukcji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz deklaracji zgodności CE,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,



~~— dostępność części zamiennych przez okres minimum 3 lata od dnia odbioru przedmiotu umowy (Uwaga: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)~~

~~4. CZĘŚĆ II Spektrometr UV-VIS. Stanowisko złożone jest z:~~

~~1) Spektrometru UV-VIS;~~

~~2) Zestawu sterującego;~~

~~o parametrach nie gorszych lub równoważnych niż wskazane poniżej:~~

Spektrometru UV-VIS:

~~Charakterystyka przedmiotu zamówienia. Stanowisko spektrofotometru UV-VIS składa się z jednostki głównej, zestawu sterującego oraz z kompletu niezbędnych akcesoriów o parametrach nie gorszych lub równoważnych:~~

- ~~— Monochromator typu Czerny—Turner~~
- ~~— Źródło światła —ksenonowa lampa pulsacyjna min 80Hz~~
- ~~— Szybkość skanowania min 24000 nm/min~~
- ~~— Szybkość pomiarów min 80/s~~
- ~~— Stabilność fotometryczna mniej niż 0,0004 Abs/h~~
- ~~— Szczelina pomiarowa 1,5 nm (max)~~
- ~~— Oprogramowanie w języku polskim~~
- ~~— Tryby pomiarowe: absorbancja, transmisja, stężenie, pomiar mętności,~~
- ~~— Spektrofotometr musi mieć możliwość rozbudowy o min. 18 pozycyjny zmieniacz kuwet z funkcją termostatowania~~
- ~~— Zakres fotometryczny co najmniej 4 Abs~~
- ~~— Możliwość podłączenia systemu „disolution” tego samego producenta co spektrofotometr~~
- ~~— Brak wpływu światła zewnętrznego na pomiar —możliwość prowadzenia badań przy otwartej komorze pomiarowej~~
- ~~— Możliwość rozbudowy o adapter dla sond światłowodowych, umożliwiający pomiar za pomocą takich sond,~~
- ~~— Akcesoria:~~
 - ~~○ Kuwety pomiarowe kwarcowe, prostokątne o wymiarze 10mm — 20szt~~
 - ~~○ Adapter dla kuwet pomiarowych~~
- ~~— Zestaw do sterowania spektrometrem (komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym sterowanie pracą aparatu, oprogramowanie w języku polskim);~~

Pozostałe wymagania:

- ~~— przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt i akcesoria pozwalające zainstalować i uruchomić u Zamawiającego urządzenie,~~
- ~~— przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzenia u Zamawiającego wraz z przeszkoleniem 6 pracowników w zakresie obsługi zestawu,~~
- ~~— przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie instrukcji w języku polskim (jeżeli jest to tłumaczenie, to także oryginalnej instrukcji w języku angielskim), w wersji papierowej i elektronicznej oraz deklaracji zgodności CE,~~
- ~~— serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,~~
- ~~— dostępność części zamiennych przez okres minimum 3 lata od dnia odbioru przedmiotu umowy (Uwaga: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)~~

~~5. CZĘŚĆ III Spektrofotometr płomieniowy, o parametrach nie gorszych lub równoważnych:~~

Spektrofotometr płomieniowy.



~~Charakterystyka komponentu. Urządzenie składa się z jednostki głównej wraz z kompletem niezbędnych akcesoriów o parametrach nie gorszych lub równoważnych:~~

- ~~— Jednoczesny pomiar i wyświetlanie wyników mierzonych pierwiastków.~~
- ~~— Możliwość oznaczeń zawartości potasu, sodu, litu i wapnia.~~
- ~~— Kalibracja 1 pierwiastkowa lub jednoczesna wielopierwiastkowa~~
- ~~— Kalibracja 1 punktowa i wielopunktowa~~
- ~~— Urządzenie zachowuje wartość kalibracji~~
- ~~— Czas stabilizacji wyniku poniżej 15 s~~
- ~~— Powtarzalność poniżej 1%~~
- ~~— Dryft poniżej 1%~~
- ~~— Wbudowany kompresor powietrza~~
- ~~— Czujnik gazu~~
- ~~— Zabezpieczenie odcinające gaz przy zaniku płomienia~~
- ~~— Regulowany nebulizer~~

Pozostałe wymagania:

- ~~— przedmiot zamówienia obejmuje osprzęt i akcesoria pozwalające zainstalować i uruchomić u Zamawiającego urządzenie,~~
- ~~— przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzenia u Zamawiającego wraz z przeszkoleniem 6 pracowników w zakresie obsługi zestawu,~~
- ~~— przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie instrukcji w języku polskim (jeżeli jest to tłumaczenie, to także oryginalnej instrukcji w języku angielskim), w wersji papierowej i elektronicznej oraz deklaracji zgodności CE,~~
- ~~— serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,~~
- ~~— dostępność części zamiennych przez okres minimum 3 lata od dnia odbioru przedmiotu umowy (**Uwaga: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert**)~~

6. CZĘŚĆ IV - Laboratoryjny pH-metr stacjonarny, sztuk 2, o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

Laboratoryjny pH-metr stacjonarny (sztuk 2).

Charakterystyka aparatów:

A) Laboratoryjny pH-metr stacjonarny z możliwością pomiarów jonometrycznych, o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

- i) Typ miernika: stołowy wielokanałowy lub jednokanałowy, z możliwością rozbudowy do miernika wielokanałowego (min. 3)
- ii) Budowa modułowa umożliwiająca na korzystanie z min. 3 modułów pomiarowych, pracujących równolegle, umożliwiając rozbudowę urządzenia o nowe parametry pomiarowe,
- iii) w zestawie możliwość pomiarów jonometrycznych
- iv) Zakres pomiarowy pH: min. zakres: -2-20,
- v) Zakres temperatur: min. zakres: -30 – 130 °C
- vi) Zakres pomiaru mV: min. od -2000,000 do 2000,000
- vii) Rozdzielczość pH: 0,1/0,01/0,001 lub lepszy
- viii) Precyzja (Dokładność) pH: $\pm 0,002$ lub lepsza,
- ix) Rozdzielczość mV: 0,1/1,0 lub lepsza,
- x) Precyzja (Dokładność) mV: $\pm 0,1$ lub lepsza
- xi) Rozdzielczość stężenie jonów: min. 3 cyfry,
- xii) Kalibracja elektrody w 1 do min. 5 punktów, automatyczna lub manualna
- xiii) Pamięć danych (zebranych wyników, wyników kalibracji, terminów kalibracji)



- xiv) Automatyczna ocena stanu elektrod
- xv) Możliwość współpracy z komputerem (transfer danych na drukarkę, komputer, USB), wyjście USB, LAN
- xvi) Czytelny dotykowy wyświetlacz LCD,
- xvii) Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces pomiarowy (m. in. przenoszenie danych pomiarowych, archiwizacja wyników)
- xviii) Możliwość podłączenia i współpracy z automatycznym podajnikiem próbek.
- xix) Akcesoria do pH-metru A):
 - Komplet roztworów buforowych do kalibracji pH
 - Elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, z możliwością przechowywania w czujniku danych dotyczących czujnika (tego samego producenta co oferowany aparat)
 - Dopasowana do aparatu elektroda jonoselektywna azotanowa (tego samego producenta co oferowany aparat)
 - Dedykowany do aparatu statyw na elektrody (tego samego producenta co oferowany aparat)
 - Dedykowane do aparatu mieszadło magnetyczne (tego samego producenta co oferowany aparat)

B) Laboratoryjny pH-metr stacjonarny o parametrach nie gorszych lub równoważnych:

- i) Typ miernika: jednokanałowy stołowy, z możliwością rozbudowy do miernika wielokanałowego (min. 3),
- ii) Budowa modułowa umożliwiająca na korzystanie z min. 3 modułów pomiarowych, pracujących równolegle, umożliwiających rozbudowę urządzenia o nowe parametry pomiarowe,
- iii) Zakres pomiarowy pH: min. zakres: -2-20,
- iv) Zakres temperatur: min. zakres -30 –130 °C
- v) Zakres pomiaru mV: min. od -2000,000 do 2000,000
- vi) Rozdzielczość pH: 0,1/0,01/0,001 lub lepszy
- vii) Precyzja (Dokładność) pH: $\pm 0,002$ lub lepsza
- viii) Rozdzielczość mV: 0,1/1,0 lub lepsza:
- ix) Precyzja (Dokładność) mV: $\pm 0,1$ lub lepsza
- x) Kalibracja elektrody w 1 do min. 5 punktów, automatyczna lub manualna
- xi) Pamięć danych (zebranych wyników, wyników kalibracji, terminów kalibracji)
- xii) Automatyczna ocena stanu elektrod,
- xiii) Możliwość współpracy z komputerem (transfer danych na drukarkę, komputer, USB), wyjście USB, LAN
- xiv) Czytelny wyświetlacz LCD dotykowy,
- xv) Oprogramowanie komputerowe wspomagające proces pomiarowy (m. in. przenoszenie danych pomiarowych, archiwizacja wyników)
- xvi) Akcesoria do pH-metru B):
 - Komplet roztworów buforowych do kalibracji pH
 - Elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, z możliwością przechowywania w czujniku danych dotyczących czujnika (tego samego producenta co oferowany aparat)
 - Dedykowany do aparatu statyw na elektrody (tego samego producenta co oferowany aparat)
 - Dedykowane do aparatu mieszadło magnetyczne (tego samego producenta co oferowany aparat)

Pozostałe wymagania:

- przedmiot zamówienia obejmuje osprzęt i akcesoria, w tym niezbędne okablowanie pozwalające zainstalować i uruchomić u Zamawiającego urządzenia,



- przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie urządzeń do Zamawiającego,
- przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do oferowanych urządzeń instrukcji w języku polskim (jeżeli jest to tłumaczenie, to także oryginalnej instrukcji w języku angielskim), w wersji papierowej i elektronicznej oraz deklaracji zgodności CE,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce,
- dostępność części zamiennych przez okres minimum 3 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy (**Uwaga: parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert**)

7. Kody CPV: :

1) Dla części I

Kod CPV:	38000000 5	Opis:	Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
	38500000 0	Opis:	Aparatura kontrolna i badawcza
	38900000 4	Opis:	Różne przyrządy do badań lub testowania

2) Dla części II

Kod CPV:	38000000 5	Opis:	Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
	38500000 0	Opis:	Aparatura kontrolna i badawcza
	38900000 4	Opis:	Różne przyrządy do badań lub testowania
	38433000 9	Opis:	Spektrometry

3) Dla części III

Kod CPV:	38000000 5	Opis:	Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
	38500000 0	Opis:	Aparatura kontrolna i badawcza
	38900000 4	Opis:	Różne przyrządy do badań lub testowania
	38433000 9	Opis:	Spektrometry

4) Dla części IV

Kod CPV:	38000000-5	Opis:	Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
	38500000-0	Opis:	Aparatura kontrolna i badawcza
	38900000-4	Opis:	Różne przyrządy do badań lub testowania
	38416000-4	Opis:	pH-metry

8. Parametry równoważności Zamawiający przez podanie w Opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych określi minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań. Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania przez produkt wymagań określonych we wskazanej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej lub systemie referencji technicznych, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać składając ofertę.

9. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone przez zamawiającego -



Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

III Informacje na temat możliwości składania ofert wariantowych, częściowych,:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

IV Dodatkowe informacje:

- 1) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 3) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 4) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

V. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi i gwarancji

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) ~~Część I – 10 tygodni~~ od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 10 listopada 2023r.
- 2) ~~Część II – 10 tygodni~~ od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 10 listopada 2023r.
- 3) ~~Część III 10 tygodni~~ od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 10 listopada 2023r.
- 4) **Część IV - 3 tygodni** od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 10 listopada 2023r.

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. **Okres gwarancji wynosi minimum:**

- 1) ~~dla Części I – 24 miesiące~~ licząc od dnia odbioru przedmiotu Zamówienia i podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy
- 2) ~~dla Części II – 24 miesiące~~ licząc od dnia odbioru przedmiotu Zamówienia i podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz 5 lat na optykę
- 3) ~~dla Części III – 24 miesiące~~ licząc od dnia odbioru przedmiotu Zamówienia i podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy
- 4) **dla Części IV - 24 miesiące** licząc od dnia odbioru przedmiotu Zamówienia i podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4. Uwaga: **Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.**

VI. Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w ust.2 poniżej.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
- 2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 4) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 11,12,13,15a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej,
- 5) Oferentów, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) Oferentów w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1),
- 7) Oferentów będących podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a Oferentem polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa w drugiego stopnia linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,



opieki lub kurateli.

3. **Warunek dotyczący zdolności technicznych i zawodowych.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci którzy posiadają wymagane przez Zamawiającego zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj. oferenci którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące swym zakresem:

- 1) ~~Dla Części I dostawę stanowiska do oznaczania azotu zgodnie z metodą Kjeldahla~~
- 2) ~~Dla Części II dostawę Spektrofotometru UV-VIS~~
- 3) ~~Dla Części III dostawę Spektrofotometru płomieniowego~~
- 4) Dla Części IV dostawę Laboratoryjnego pH-metr stacjonarnego

(jako zamówienie należy rozumieć dostawę realizowaną na podstawie odrębnej umowy, przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych zamawiający dopuszcza aby ww. urządzenia były dostarczane w ramach jednej lub kilku umów)

4. **Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oferent wraz z ofertą składa:**

- 1) **oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2** do Zapytania ofertowego, **złożone w oryginale.**

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z oferentów składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oferent musi złożyć oddzielne oświadczenia dla każdego ze współników,

- 2) **oświadczenie o braku objęcia sankcjami zgodnie z załącznikiem nr 4** do Zapytania ofertowego, **złożone w oryginale.** W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z oferentów składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oferent musi złożyć oddzielne oświadczenia dla każdego ze współników

5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnego na dzień złożenia **oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo **oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami** potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składa się w oryginale.

6. **Na potwierdzenie spełniania przez oferenta warunku, o którym mowa w ust. 3 powyżej** do oferty należy załączyć wykaz dostaw, o których mowa w ust. 3 powyżej dotyczący części na którą składa ofertę wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy



te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

7. **W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego**, Zamawiający wymaga aby oferent dołączył do oferty materiały informacyjne (karty techniczne, opisy, foldery, prospekty, zdjęcia, oświadczenia) wystawione przez producenta zaoferowanych urządzeń opisujących ich parametry techniczne –dotyczące urządzenia na które składa ofertę

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia materiałów informacyjnych (karty techniczne, opisy, foldery, prospekty, zdjęcia, oświadczenia) wystawionych przez producenta zaoferowanych urządzeń opisujących ich parametry techniczne – celem zweryfikowania ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzenia posiadania deklarowanych w ofercie parametrów technicznych – użytkowych.

8. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
10. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 8 należy dołączyć do oferty.
11. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
12. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust 8-11.
13. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru danej oferty jako najkorzystniejszej) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
- 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
 - 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
 - 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi i gwarancji jakości.



VII. Informacje o środkach komunikacji oraz wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania oraz wnioski o wyjaśnienie treści zapytania należy kierować poprzez system Bazy Konkurencyjności, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 (sześć) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie na bazę konkurencyjności nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zaleca się aby wnioski o wyjaśnienie treści zapytania były przekazywane w wersji edytowalnej.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu.
6. Treść wyjaśnień zamawiający umieści na bazie konkurencyjności.

VIII. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do **16.10.2023 do godziny 15:00**
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w:
 - 1) formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym - art. 78¹ § 1 k.c.) poprzez system Bazy Konkurencyjności, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> lub
 - 2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) poprzez system Bazy Konkurencyjności, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> lub
 - 3) na piśmie za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście – w wersji papierowej na adres: Fosfan S.A., ul. Dubois 23, 71-610 Szczecin w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „**Przetarg – Zestaw do oznaczania N,P,K**”.
3. O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego / data i godzina wpływu na bazę konkurencyjności.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone do nadawcy bez ich rozpatrywania.
5. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **17.10.2023, o godz. 12:00** w siedzibie Fosfan S. A., ul. Nad Odrą 44, 71-820 Szczecin. Otwarcie ofert jest jawne.



7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, o którym mowa w ust. 6 powyżej Zamawiający informuje jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz zamieszcza powyższą informację na stronie www.fosfan.pl/ogloszenia/przetargi.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Oferta i załączniki powinny być sporządzone w języku polskim, czytelnie i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego Rozdziału. **Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI niniejszego Zapytania ofertowego.**
11. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. **Rażąco niska cena:** Jeżeli zaoferowana cen, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny.
14. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
 - 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, podanej przez Zamawiającego zgodnie z treścią ust. 7 niniejszego Rozdziału
 - 2) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu z przyczyn wskazanych w ust. 22 niniejszego RozdziałuZamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
15. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 12 -14 mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług;
 - 2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw,
 - 3) oryginalności dostaw, oferowanych przez wykonawcę;
 - 4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
 - 5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;



- 6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- 7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
- 8) wypełniania obowiązków związanych z powierzaniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
17. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części Zapytania ofertowego i wraz z załącznikami przed upływem terminu składania ofert, wyznaczając nowy termin składania ofert. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do zmiany już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Zamawiającego stosownej informacji na bazie konkurencyjności.

19. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na daną część jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego również z innych przyczyn niż określone w ust. 19 bez konieczności podawania przyczyny, a także prawo do odwołania niniejszego postępowania do czasu terminu otwarcia ofert bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.

21. Uzupełnienie oferty i skutki jej nie uzupełnienia.

- 1) Jeżeli oferta, uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą (uzyska najwyższą liczbę punktów) jest niekompletna, nie dołączono do niej dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI i IX, bądź dokumenty lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem odrzucenia oferty.
- 2) Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem odrzucenia oferty,



- 3) W przypadku niewykonania przez oferenta zobowiązania o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu.
- 4) W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust pkt 3 niniejszego ustępu lub w przypadku gdy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyła się od zawarcia Umowy lub odmawia jej zawarcia, Zamawiający bada ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Postanowienia pkt 1,2, 3 stosuje się odpowiednio.

22. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami postępowania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

24. **Oferta podlega odrzuceniu na daną część/części jeśli:**

- 1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,
- 2) jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
- 3) została złożona w niewłaściwej formie (ust.2 niniejszego Rozdziału)
- 4) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania z przyczyn opisanych w Rozdziale VI ust. 2 niniejszego Zapytania, lub nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VI ust.3 Zapytania
- 5) w sytuacji o której mowa w ust. 21 pkt 3 niniejszego Rozdziału
- 6) w ofercie przedstawiono nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
- 7) z przyczyn określonych w ust.17 powyżej (rażąco niska cena).
- 8) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 9) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 22 pkt 3 niniejszego Rozdziału

IX. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

Do oferty złożonej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania należy dołączyć poniższe dokumenty oraz oświadczenia:

- 1) Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego – w przypadku składania oferty na więcej części wystarczy jedno oświadczenie



- 2) Oświadczenie oferenta o braku objęcia sankcjami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego,- w przypadku składania oferty na więcej części wystarczy jedno oświadczenie
- 3) Odpowiednie pełnomocnictwa, o których mowa w Rozdziale VI ust. 8,9,
- 4) materiały informacyjne (karty techniczne, opisy, foldery, prospekty, zdjęcia, oświadczenia) wystawione przez producenta zaoferowanych urządzeń opisujących ich parametry techniczne, dotyczące Części na którą składa ofertę
- 5) Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego- dotyczący urządzenia na które składa ofertę

X. Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej .
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności, poczty elektronicznej, e-mail przetargi@fosfan.pl lub w formie pisemnej na adres: 71-610 Szczecin, ul. Dubois 23.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID postępowania). Osoby wyznaczone do komunikacji z Wykonawcą:
Monika Marczycka, Małgorzata Kucharska: tel. 91 44 556 34; Janusz Wilas, Eugeniusz Cydzik: tel. 91 44 556 71.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż opisany w Zapytaniu Ofertowym.
5. Dostawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Sposób zadawania pytań oraz formę udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego określa Rozdział VII.
6. Sposób komunikacji Oferenta z Zamawiającym określa Rozdział VII niniejszego zapytania

XI Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena powinna również uwzględniać koszt dostawy urządzenia jego montaż wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego
2. Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zamówienia. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w zapytaniu ofertowym .
3. Niedoścadowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.



4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ceny ofertowej w **innej walucie** niż PLN a mieszczącej się w tabeli A NBP, z zaznaczeniem, że dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia umieszczenia niniejszego Zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie w jakiej złożono ofertę.
6. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Stawka podatku musi być określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (*Dz. U. z 2021 r. poz. 685*).

XIII Rozdział Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

1. Oferta na każdą Część będzie oceniana oddzielnie/ niezależnie, Zamawiający udzieli zamówienia na daną Część Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, oraz uzyskała maksymalną ocenę dla ocenianej Części w stosunku do ustalonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria i ich waga, jednakowe dla wszystkich Części:

1) cena	90 %
2) gwarancja	5 %
3) dostępność części zamiennych	5 %

przy czym:

- 1) okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące **liczone od dnia odbioru przedmiotu umowy oraz nie może być dłuższy niż 60 miesięcy**. W przypadku niewskazania przez Oferenta okresu gwarancji Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie 24 miesiące i taki też okres zostanie wpisany do umowy. **Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące oferta jego będzie podlegać odrzuceniu**, jako niezgodna z treścią niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji, przy czym do umowy zostanie wpisany faktycznie proponowany przez Wykonawcę okres gwarancji. Proponowany okres gwarancji należy wskazać w miesiącach.
- 2) okres dostępności części zamiennych nie może być krótszy niż 3 lata liczone od dnia odbioru przedmiotu umowy oraz nie może być dłuższy niż 10 lat. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres dostępności części zamiennych krótszy niż 3 lata, oferta jego będzie podlegać odrzuceniu, jako niezgodna z treścią niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty deklarujące okres dostępności części zamiennych dłuższy niż 10 lat będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres dostępności. Deklarowany okres dostępności części zamiennych należy wskazać w latach
3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty jednakowy dla wszystkich Części



Ilość punktów = [(cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) x 0,90 + (okres gwarancji oferowany/okres gwarancji najdłuższy) x 0,05 + (okres dostępności części zamiennych oferowany/okres dostępności części zamiennych najdłuższy) x 0,05] x 100

XIV Warunki zmiany umowy

Zamiana umowy będzie dopuszczalna na warunkach określonych w §9 projektu umowy (załączniki nr 3 do niniejszego Zapytania) a mianowicie:

1. Zamawiający na podstawie pkt 20 lit a Rozdziału 6 ust. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej jako Wytyczne) przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 projektu Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy w szczególności w postaci działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny pod warunkiem, że:
 - 1) działanie tych okoliczności, w tym okoliczności siły wyższej oraz czas ich trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów;
 - 2) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu o okres wynikający z działania tych okoliczności, w tym okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy;
 - 3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu tych okoliczności, w tym okoliczności siły wyższej, bez zbędnej zwłoki.

XV Klauzula informacyjna z art.13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) Administratorem danych osobowych jest Fosfan S. A. w Szczecinie ul. Nad Odrą 44/65
 - 2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
 - 3) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
 - 4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.
 - 5) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Oferentów/Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują Oferenci/Wykonawcy.
 - 6) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę



i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 7) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
- 8) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- 9) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługują:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XV Wykaz Załączników do Zapytania ofertowego

- 1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - zestaw do NPK
- 2) Załącznik nr 2 – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zestaw do NPK
- 3) Załącznik nr 3A) – projekt umowy - zestaw do NPK (stanowisko do azotu)
- 4) Załącznik nr 3B) – projekt umowy - zestaw do NPK (fotom. UV-VIS)
- 5) Załącznik nr 3C) – projekt umowy - zestaw do NPK (fotom. płomieniowy)
- 6) Załącznik nr 3D) – projekt umowy - zestaw do NPK (pH-metry)
- 7) Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku objęcia sankcjami
- 8) Załącznik nr 5 – oświadczenie odnośnie grupy kapitałowej
- 9) Załącznik nr 6 – wykaz dostaw