

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1 Z DNIA 22.09.2023r.

Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu w ramach projektu „Utworzenie Centrum B+R VITAMA S.A. w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej” zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym

Dane zamawiającego:

Medicofarma Biotech S.A.

Sokołowska 9/lok. U19

01-142 Warszawa

KRS: 0000310188

NIP: 629-21-95-774

REGON 277501658



**Fundusze
Europejskie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: Sławomir Kawka tel. +48 603 232 932

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oznaczenie projektu, w ramach którego dokonywane jest zamówienie

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum B+R VITAMA S.A. w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej”

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa działania: 2.1 Wsparcie inwestycyjne w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

38432299-4-Chromatograf 1 szt.



**Fundusze
Europejskie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

Wymagana data dostawy zamówienia: do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy

Miejsce dostawy zamówienia: Lublin, ul. Zamenhofa 29-31.

Przedmiot zamówienia powinien pochodzić z bieżącej produkcji – nie dopuszcza się oferowania wyposażenia pochodzącego z ekspozycji lub leasingu.

Przedmiot zamówienia obejmuje skompletowanie, zapakowanie i dostawę - na bazie DDP Lublin, INCOTERMS 2010 (przewoźne i ubezpieczenie opłacone do siedziby Zamawiającego), dostarczenie na miejsce montażu, instalację (montaż), uruchomienie, kwalifikację instalacyjną (IQ), kwalifikację operacyjną (OQ), szkolenie z obsługi u zamawiającego, dostarczenie instrukcji obsługi. Dokumentacja kwalifikacyjna musi zostać dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakami towarowymi lub pochodzeniem – zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie innego, równoważnego pod względem technicznym i eksploatacyjnym wyposażenia itp. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane równoważne wyposażenie ma parametry techniczne zgodne z wymaganiami zamawiającego. Na potwierdzenie równoważności oferowanego przedmiotu Wykonawca załączy do oferty dane producenta potwierdzające równorzędność oferowanego wyposażenia z wymaganiami zamawiającego w tym, a o ile jest to możliwe, również wskazanie klienta, u którego je Wykonawca zastosował.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może korzystać z usług podwykonawców, w przypadku usług serwisowych wykonawca przedstawi do wglądu umowę z podwykonawcą na okres który jest przywołany w ofercie.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oferent zobowiązuje się wykonywać u użytkownika. Oferent jest zobowiązany posiadać własny serwis lub współpracować z podmiotem prowadzącym taką usługę na rzecz oferenta, do oferowanego wyposażenia. Wymagany czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia, nie licząc dni wolnych od pracy.

Okres gwarancji będzie liczony od momentu podpisania protokołu przyjęcia wyposażenia.

Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji, wynosi 14 dni



**Fundusze
Europejskie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

Jeżeli w okresie gwarancyjnym naprawa będzie wymagała czasu dłuższego niż 30 dni zleceniobiorca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych. W przypadku braku zapewnienia takiego urządzenia zleceniodawca jest uprawniony do wynajęcia urządzenia zastępczego i obciążenia kosztami wynajmu zleceniobiorcę

Wszystkie urządzenia muszą być dostosowane do pracy przy napięciu 230V/50Hz lub 400V/50Hz

Zamawiający wymaga załączenia do oferty dla oferowanego wyposażenia (dopuszczalne również w języku angielskim), firmowych materiałów technicznych producenta, potwierdzających oferowane dane techniczne.

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, spełniające następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
- c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej wystarczającej do realizacji zamówienia.



Fundusze Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. **Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu obliczania ceny

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

Dostawca (Wykonawca) jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby ujęte były wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie przy realizacji zamówienia w tym: koszt dostawy, dostarczenie na miejsce montażu, montażu i uruchomienia oraz koszt przeszkolenia wskazanych osób z personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, oraz powinna zawierać wszystkie opłaty, jakie będzie musiał uiścić Zamawiający - loco siedziba zamawiającego (odpowiednik DDP Lublin, INCOTERMS 2010) i inne związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Cenę za przedmiot zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym – należy podać jako cenę netto, wyliczoną stawkę VAT oraz cenę brutto. Cena oferty musi być określona w złotych polskich lub euro. W przypadku ofert złożonych w euro przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu otwarcia ofert.



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska

Zamawiający oceni wg podanych kryteriów każdą z części składających się na przedmiot zamówienia, przyjmując do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych oraz ocenę techniczną.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści ofert.

Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszej ofercie najkorzystniejszy bilans podanych niżej kryteriów. Każda z części składająca się na przedmiot zamówienia będzie oceniana osobno.

Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego kryterium:

Cena (koszt) - współczynnik wagowy 30 %,

Ocena techniczna – współczynnik wagowy 70 %



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska

Ocena punktowa poszczególnych kryteriów zostanie dokonana w następujący sposób:

Ad. a)

Oferta oceniana otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

$$A_{on} = \frac{\text{Najniższa zaoferowana cena}}{\text{Cena oferty ocenianej}} \cdot 30 \text{ pkt}$$

Ad. b)

Zamawiający oceniać będzie zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w poniższej Tabeli „Zestawienie parametrów”. Każda oceniana oferta otrzyma liczbę punktów B_{on} wyliczoną na następujących zasadach:

oferta proponująca urządzenia spełniające minimalne wymagania, określone poniżej w kolumnie 2 Tabeli, otrzyma $B_1 = 0$ punktów,

oferty o parametrach korzystniejszych – pożądanym (ponad wymagane minimum) – określonych poniżej w kolumnie 3 Tabeli, otrzymają odpowiednio **dodatkową liczbę punktów B_2 (B_{max} maksymalna ilość punktów dodatkowych)**. W kolumnie 4 podane kryteria przyznania punktów. Oferta oceniana otrzyma liczbę punktów B_{on} wyliczoną wg wzoru: $B_{on} = B_1 + \frac{B_2}{B_{max}} \cdot 70 \text{ pkt}$



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska

Tabela 1 Zestawienie parametrów do oceny

Wskazane parametry techniczne są niezbędne do poprawnego wykonania planowanych w projekcie badań, osiągnięcia poprawnych wyników badań w prowadzonych pracach B+R.

Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA	WARTOŚCI WYMAGANE	PUNKTY DODATKOWE	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1	2	3	4	5
1	Zgodność z GMP, Zgodny z USP/EP			
2	Kwalifikacja instalacyjna, operacyjna, sprawności			
3	Parametry techniczne			
Pompa gradientowa				
a.	z możliwością mieszania 2 różnych składników w tym samym czasie	Gradient czteroskładnikowy	5	
b.	degazer próżniowy czterokanałowy zintegrowany z pompą			
c.	przepływ: zakres nie węższy 0,01 – 10,000 ml/min			
d.	dokładność gradientu < 2 %			
e.	maksymalne ciśnienie: 600 bar			
f.	precyzja przepływu: ≤0,2% RSD			
g.	dokładność przepływu: ±1%			
h.	maksymalne pulsacje: < 2% amplitudy			
i.	zakres kompozycji gradientu: 0-100%, w krokach co 0,1%			
j.	precyzja gradientu: <0,5% RSD			
k.		Wbudowany automatyczny system kompensacji kompresji oraz kompensacji pulsacji	5	
l.	Zakres pracy (pH): 2-9	Zakres pracy (pH): 2-12	5	
m.		Aktywny zawór wlotowy regulujący	5	

		ciśnienie		
Automatyczny podajnik próbek				
a.	Precyzja nastrzyku: nie więcej niż 0,25% RSD			
b.	Przeniesienie próby, <i>carry-over</i> : nie więcej niż 0,1 %			
c.	Termostatowanie próbek w zakresie: minimum 4-40°C			
Termostat kolumn				
a.	Zakres termostatowania: temp. otoczenia do 60°C Stabilność temperatury: 0,1°C Precyzja temperatury: 0,05°C	Zakres termostatowania: 10°C poniżej temp. otoczenia do 85°C	5	
b.	Pojemność: do 4 kolumn			
c.	Dokładność temperatury: ±1°C	Dokładność temperatury: ±0,5°C	5	
d.		Dwa niezależnie sterowane bloki chłodząco-grzejne, oparte o moduł Peltier'a, umożliwiające wstępne ogrzewanie fazy przed kolumną oraz jej chłodzenie za kolumną	40	
Detektor spektrofotometryczny				
a.	Zakres spektralny: 200 – 800 nm	Zakres spektralny: 190 – 900 nm	40	
b.		Programowalna szerokość szczeliny > 4 nastawów w zakresie 1 – 16 nm	30	



Fundusze Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

Kolektor frakcji				
a.	Urządzenie musi być wyposażone w zewnętrzny czujnik wycieku			
b.	Minimalny zakres przepływu na kanał - 0-200 ml/min			
c.		Ciśnienie (gaz i rozpuszczalnik) – nie mniej niż 2,5 bar na kanał	5	
d.	Płukanie kanałów kolektora			
e.	Przedmuch kanałów kolektora sprężonym powietrzem			
f.	Ustawianie opóźnienia zbierania frakcji			
g.		Możliwość zbierania frakcji z kolejnych nastrzyków do tych samyh odbieralników Zbieranie frakcji na podstawie sygnału z detektora z możliwością ustawienia czasu zbierania, czystości spektralnej, odcięcia startu i końca piku, automatycznego przejścia do następnej frakcji	10	
h.			10	
i.	Objętość wewnętrzna na kanał nie mniejsza niż – 200 µL			
j.	Zakres pracy (pH): 2-9	Zakres pracy (pH): 2-12	5	
5.	Możliwość pracy zestawu w zakresie temperatur w laboratorium: co najmniej 15 - 30 stopni C.			



**Fundusze
Europejskie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

6.	Gwarancja 12 miesięcy		5 pkt. za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji, nie więcej niż 20 pkt.	
7.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski			
8.	OQ/PQ wykonanie usługi serwisowej/re kwalifikacji urządzenia za okres 1 rok co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami GMP, usługa obejmie również przeglądy serwisowe		przedłużenie świadczenia usługi o kolejne okresy 5 pkt. za każde 12 miesięcy, nie więcej niż 15 pkt.	
9.	Dostawca zapewnia przeglądy techniczne oraz dostęp części zamiennych do dostarczonego urządzenia przez minimum 10 lat od daty dostarczenia. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez 10 lat			
10.	Szkolenie (instruktaż) dotyczące obsługi urządzenia:			
11.	Oprogramowanie: Oprogramowanie sterujące obsługujące wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla przeprowadzenia pomiarów, uzyskiwania wyników i ich przechowywania; Moduł oprogramowania zgodny z rozporządzeniem 21 CFR część 11; Pakiet do kwalifikacji GMP.			



Fundusze Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

12.	System kontroli pracy zestawu i zbierania danych	System kontroli pracy zestawu i zbierania danych. -Minimum 8 GB RAM; -Dysk twardy minimum 2 TB; -Minimum 6 portów USB; -Karta graficzna (może być zintegrowana z płytą główną); -Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s (może być zintegrowana z płytą główną); -Klawiatura; -Mysz optyczna; -Monitor min. 24", rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 pikseli; -Drukarka sieciowa laserowa; -Komputer z powszechnie dostępnym, systemem operacyjnym w języku polskim lub angielskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, oraz wsparcie dla usługi zdalnego dostępu. Licencja na system powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jednostanowiskowa. -Pakiet biurowy: pełna polska lub angielska wersja językowa interfejsu	10	
-----	--	---	----	--

		użytkownika. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny. Licencja powinna być bezterminowa oraz umożliwiać przeniesienie jej na inny komputer (np. w przypadku awarii komputera) – licencja jedno stanowiskowa. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności.		
13.	Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty)			

Wybór oferty

Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Brak odniesienia się w ofercie do któregośkolwiek spośród kryteriów punktowanych, wyszczególnionych w Tabeli, będzie skutkować przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.



Fundusze Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Rzeczpospolita
Polska**

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów zawartych w punkcie: „**Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów**” i po wyliczeniu wskaźnika oceny oferty (W_i) wg wzoru:

$$W_1 = A_{on} + B_{on}$$

W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na remisowy wynik ich oceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od podjęcia prawnego zobowiązania do realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

W przypadku, gdy cena wykonania zamówienia w złożonych ofertach przekroczy wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego celu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z co najwyżej trzema Oferentami, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny. W wyjątkowych sytuacjach zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Opis sposobu przygotowania ofert

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia (bez wariantów) pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w zamówieniu.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska

Oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę/by nieuprawnioną do reprezentacji Wykonawcy na mocy odpisu z właściwego rejestru należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę ważne w dniu składania ofert.

Oferta będzie sporządzona na piśmie w języku polskim lub angielskim, a zapis powinien zapewniać pełną jej czytelność. Wszystkie strony/karty oferty powinny być **ponumerowane**.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie będące oryginałami (odpisy i kserokopie dokumentów) winny być uwierzytelnione w formie pisemnej „**za zgodność z oryginałem**” własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

Sposób płatności: Na podstawie protokołu odbioru technicznego. Na wniosek wykonawcy możliwość zaliczek i płatności w częściach (do uzgodnienia w zapisie umowy).

Wszelkie poprawki w treści oferty powinny zostać dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osób podpisujących ofertę. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie wymaga oświadczenia Wykonawcy na piśmie. Zmiany dotyczące treści oferty lub dokumentów dołączonych do oferty powinny zostać przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

Dokumenty, oświadczenia, informacje powinny być ułożone wg podanej poniżej kolejności:



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska

Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika, – jeżeli dotyczy;

Formularz ofertowy - *załącznik nr 1*

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Vitama S.A. – *załącznik nr 2*

Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

W przypadku składania oferty w formie papierowej, oferta winna być spakowana w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie lub podobnym opakowaniu i zaadresowana do Zamawiającego wg poniższego wzoru:

.....

(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon)

Oferta –

(numer/y części)



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1) należy składać w formie elektronicznej na adres: skawka@medicofarmabiotech.pl lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego: w Warszawie 01-142, ul. Sokołowska 9 lok. U19, pocztą lub osobiście. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2023 r. o godzinie 24.00

Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem, że ich dostarczenie przez pocztę do siedziby zamawiającego nastąpi nie później niż do dnia i godziny określonej powyżej.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl w ciągu 20 dni od terminu składania ofert.

Przewidywana data podpisania umowy: do 15 listopada 2023 r. Zamawiający zastrzega możliwość późniejszego podpisania umowy.



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska