

(Pieczęć Wykonawcy)

Szczegółowa specyfikacja techniczna: Bieżnia elektryczna (minimalne parametry wymagane)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Bieżnia elektryczna	1				
2.	Wioślarz magnetyczny - Ergometr	2				
	RAZEM:					

LP	Opis parametru	Czy wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymaganych parametrów należy wpisać TAK/NIE
1.	Wymiary po rozłożeniu a) długość: minimum 200cm b) szerokość: minimum 80cm c) wysokość: minimum 140cm	
2.	Wymiar pasa: minimum 50x 150cm,	
3.	Wysokość od podłoża 15-25cm	
4.	Waga netto: 50-75kg	
5.	Moc silnika: minimum 4 km	
6.	Zakres prędkości max 1-20km/h	
7.	Amortyzacja: 4 punkty amortyzacyjne (po 2 po obu stronach pasa)	
8.	Maksymalna waga użytkownika 180 kg	
9.	Kółka do transportu	
10.	Boczne poręcze	
11.	Regulacja prędkości oraz kąta nachylenia w rączkach	
12.	Hamulec bezpieczeństwa	
13.	Pomiary: czas, dystans, puls, spalane kalorie	
14.	12 programów treningowych z możliwością edycji	
15.	Czujnik tętna	
16.	2 programy hrc (prędkość dostosowana do pulsu użytkownika)	

1

17.	Tryby odliczania: czas, dystans, kalorie	
18.	Ilość poziomów kąta nachylenia: minimum 16	
19.	Minimum 12 miesięcy gwarancji	
20.	Certyfikat CE	
21.	Instrukcja w języku polskim	

..... (miejscowość), dnia 2023 r

.....
pieczętka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Szczegółowa specyfikacja techniczna: wioślarz magnetyczny (Ergometr) (minimalne parametry wymagane)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

LP	Opis parametru	Czy wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymaganych parametrów należy wpisać TAK/NIE
1.	Programy treningowych- min 12	
2.	Pomiar pulsu	
3.	Waga urządzenia : max 50kg	
4.	Wymiary minimum: wys. 100cm, szer. 50cm, dł. 200cm	
5.	Napęd : elektryczny	
6.	Elektroniczna płynna regulacja oporu	
7.	antypoślizgowe pedały z paskami blokującymi	
8.	Max. obciążenie nie mniej niż 120kg	
9.	Wymiary siedziska minimum 25- 35cm	
10.	Miękkie piankowe siedzisko	
11.	Minimum 12 miesięcy gwarancji	
12.	Certyfikat CE	
13.	Instrukcja w języku polskim	

..... (miejscowość), dnia 2023 r

.....

(Pieczęć Wykonawcy)

Szczegółowa specyfikacja techniczna: lampa do terapii na podczerwień (minimalne parametry wymagane)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Lampa do terapii na podczerwień	2				
	RAZEM:					

LP	Opis parametru	Czy wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymaganych parametrów należy wpisać TAK/NIE
1.	Moc min . 300 W	
2.	Częstotliwość wyj. 40-60 Hz	
3.	Napięcie 220-250V	
4.	Panel sterowania z regulacją czasu pracy i mocy	
5.	System chłodzenia lampy z wentylatorem	
6.	Statyw na kółkach z możliwością zmiany pozycji lampy w tym wysokości lampy (do 1,6m) wraz ze wspomaganie – sprężyna gazowa	
7.	Wyposażenie w filtry czerwony i niebieski oraz okulary ochronne 3 szt. dla personelu i pacjentów	
8.	Gwarancja : minimum 12 miesięcy	
9.	Certyfikat CE	
10.	Instrukcja w języku polskim	

..... (miejscowość), dnia 2023 r

.....

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowa specyfikacja techniczna: defibrylator AED (minimalne parametry wymagane)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]
1.	Defibrylatory AED	16				
	RAZEM:					

LP	Opis parametru	Czy wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymaganych parametrów należy wpisać TAK/NIE
1.	Przycisk włączania/wyłączania, wyładowania, przełącznik trybu defibrylatora pediatrycznej/dorosłych	
2.	Pojemność baterii Minimum 200 wyładowań lub 8 godzin ciągłej pracy w temperaturze pokojowej	
3.	Długość kabla minimum 100cm	
4.	Głośne wydawanie komend w języku polskim przy prowadzeniu akcji medycznej	
6.	Żywotność baterii min. 5 lat	
7.	Waga max 3kg	
8.	Czas ładowania i analizy po zakończeniu RKO maksymalnie 10 sekund	
9.	Spełnienie normy: PN EN 61000-4-2:2001 lub równoważne	
10.	Komplet elektrod dla dorosłych	
11.	wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia kurz i wodę (klasa szczelności min. IP55)	
12.	Gwarancja – minimum 3 lata	

13.	Instrukcja w języku polskim	
-----	-----------------------------	--

..... (miejscowość), dnia 2023 r

.....