

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 8/2020 z dnia 22.12.2020 r.
Specyfikacja Techniczna (ST)

ZAMAWIAJĄCY:

CLIMATIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa.
Adres siedziby: Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
NIP 5222656057. REGON 015224140

PROJEKT:

Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie Projektu nr POIR.01.01.01-00-1188/18 pt. „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii”.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:

Dostawa nowych środków trwałych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Rodzaj wydatku.	jednostka	ilość
1	Niwelator laserowy z osprzętem	sztuka	1
2	Skaner 3D	sztuka	1
3	Teodolit	sztuka	1

Przedmiot zamówienia			SIWZ .Wymagania - parametry: dotyczy minimalnych wymagań technicznych - oferent może zaproponować parametry techniczne nie gorsze niż podane w specyfikacji.
Lp.	Nazwa	Ilość	Parametry
1	Niwelator laserowy z osprzętem	1 szt	Dokładność ± 0.5 mm Do 10 m Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica) 2 - 600 m Klasa lasera < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040) Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej $\pm 5^\circ$ Oś X ustawienia nachylenia – zakres -20 - 8 % Oś Y ustawienia nachylenia – zakres -8 - 8 % Prędkość obrotowa 600 obr./min Stopień ochrony IP IP 66 (EN 60529) Zakres temperatur pracy -20 - 50 °C Maksymalny czas pracy 25 h
2	Skaner 3D	1 szt	Precyzyjny skaner 3D wraz z oprogramowaniem do skanowania budynków lub dużych obiektów - skaner laserowy - pomiary wewnątrz i na zewnątrz budynków - zapis danych w formie cyfrowej - IP-54 - temperatura pracy od -10°C do +40°C
3	Teodolit	1 szt	- IP55 - dokładność kątowna 9” - bateria litowo-jonowa - wyświetlacz cyfrowy - pionownik laserowy

KOD CPV:

CPV 3850000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

Oferent może proponować parametry lepsze lub równoważne. Oferent musi proponować dostawę urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.