



KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

Toruń, 30 października 2023r.

Zapytanie ofertowe

1. Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia na potrzeby laboratoriów dydaktycznych przy ul. Z. Krasińskiego 4, w Toruniu.

2. Termin wykonania zadania:

Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2023 r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis	Wymiary	Ilość
Dygestorium ceramiczne 1500 - konstrukcja nośna rama C - blat z ceramiki wielkogabarytowej - komora robocza wyłożona ceramiką wielkogabarytową - 1x zawór wody z wylewką - 1x zlewik ceramiczny - 1x zawór azotu - 2x gniazdo elektryczne 230V - 1x oświetlenie komory roboczej - 1x szafka laminowane: 900 pełna wentylowana, 600 pełna - system kontroli przepływu powietrza UNICONTROL standard	1500x850x2350	1
Stół laboratoryjny przyścienny do mycia - konstrukcja nośna rama A na stopkach poziomujących - blat żywica fenolowa SPC (gr. 20mm) - miska ceramiczna - bateria laboratoryjna - płuczka do oczu - 2x ociekacz - szafka laminowane podwieszane: 1 x 900 zlewowa	1820x750x900	1
Szafa laboratoryjna pełna wentylowana wykładana PP	900x500x1900	1
Stół wagowy antywibracyjny	755x600x900	1

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof.
Jana Czochralskiego sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku k/Torunia
ul. Parkowa 1 87-134 Przysiek

NIP 8792735335 REGON 520386675
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
KRS 0000930917
Kapitał zakładowy 2 600 000,00 zł

e-mail: kontakt@centrumczochralskiego.pl tel. +48 881 916 477



**KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.**

Stół laboratoryjny przyścienny - konstrukcja nośna rama A na stopkach poziomujących - blat żywica fenolowa SPC (gr. 20mm) - szafki laminowane podwieszane: 1 x 600 pełna, 1 x 600 z 4 szufladami, 1x 600 z 1 szufladą - szafki laminowane wiszące: 2x 590, 1x 890	2080x700x900	1
Stół - rama "C" - blat SPC - szafka podwieszana 400 2 szuflady, drzwi lewe	1200x600x900	16
Krzesło laboratoryjne - oczekiwane parametry: - materiał siedzisko / oparcie: antypoślizgowy, łatwo zmywalny poliuretan odporny na ścieranie i środki czyszczące - zakres regulacji wysokości siedziska: 40 cm - 58 cm - skok kolumny / siłownika: 24 cm - 42 cm - wymiary siedziska: szerokość 41 cm - głębokość 41 cm. - wymiary oparcia: szerokość 37 cm - wysokość 24 cm. - kółka / stopki: twarde kółka do powierzchni miękkich. - podnóżek: brak - podstawa: czarny poliamid z włóknem szklanym - średnica 60cm.		1
Taboret laboratoryjny – oczekiwane parametry - materiał siedzisko / oparcie: antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan odporny na ścieranie i środki czyszczące - zakres regulacji wysokości siedziska: 51 cm - 83 cm - skok kolumny / siłownika: 39 cm - 70 cm - wymiary siedziska: Średnica 33 cm. - kółka / stopki: stopki podnóżek: regulowany / chrom - 45 cm,; podstawa: czarny poliamid z włóknem szklanym - średnica 60 cm.		17
Płuczka prysznicowa do oczu naścienna		1

Wymagania dotyczące blatów:

- wykonane z żywicy fenolowej typu SPC (lub typu Trespa TopLabplus)
- grubość min. 20mm
- odporność chemiczna obustronna
- certyfikat EBC
- deklaracja Właściwości Użytkowych wydana przez producenta
- raport- badania mikrobiologiczne

Meble laboratoryjne oraz dygestorium winny posiadać atest PZH.



**KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.**

W trakcie prowadzonych prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku, usuwania odpadów remontowych, przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, a po zakończonych pracach zachowania czystości i porządku.

4. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium wyboru jest cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

5. Oferta na przedmiot zapytania powinna zawierać poniższe dokumenty:

1. **Ofertę cenową wyrażoną w złotych brutto i netto**, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne części, **opracowaną zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1** do zapytania ofertowego, sygnowaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym odpisem aktu założycielskiego.
2. **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej** lub inny odpis aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa/Instytucji.
3. **Zaakceptowaną** (zaparafowaną) treść wzoru umowy.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 7 listopada 2023r. r. do godziny 10:00 za pośrednictwem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

7. Informacje dodatkowe:

- 1) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu nadsyłania ofert)
- 2) Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze drogą mailową bądź telefonicznie.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podawania przyczyny.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

W trakcie prowadzonych prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku, usuwania odpadów, przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, a po zakończonych pracach zachowania czystości i porządku.



KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

Wynikiem realizacji zamówienia będzie podpisany bez uwag i zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany po całościowej realizacji przedmiotu zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

prof. dr hab. Bogusław Buszewski