

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego nr 03/2021

Parametry techniczne

Stanowisko testowe do kalibracji respiratorów i długotrwałych testów, według poniższej specyfikacji:

Rodzaj urządzenia:	Komputer
Specyfikacja:	Procesor: Intel Core i7-9700K lub równoważny (PassMark co najmniej 13000 wg www.cpubenchmark.net) pamięć: co najmniej 16GB DDR4 2666Mhz max. 64GB dysk: SSD - M.2 2280 co najmniej 512GB Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet sloty: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x4 (tryb x1) 2 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (tryb x4) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (tryb x1) złącza: 6 x USB 3.0 1 x słuchawki/mikrofon 2 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście liniowe audio 1 x wyjście liniowe audio Windows 10 Pro 64-bit Mysz i klawiatura Gwarancja 3 lata on - site
Ilość:	1 szt.

Dodatkowe wymagania:

Urządzenia powinny być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce oraz posiadać certyfikaty CE.

Warunki dostawy i płatności obejmują:

1. Bezpłatne dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego w ciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia, nie później niż 28.01.2021 r.
2. Termin płatności minimum 14 dni od podpisania protokołu odbioru.

Warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy.