



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Centrum Usług Społecznych

w Jedlinie-Zdroju

OEL.271.3.1.2024

ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój
tel. 74 8455 356

NIP 885-10-12-326 Regon 005811097

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Dostawa kompletu sprzętu wspomagającego dla zadania pn.: Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego na potrzeby realizacji projektu grantowego „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdroju”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia – oznaczenie wg. Wspólnego słownika zamówień (CPV):
 - 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
 - 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

L.p.	Nazwa sprzętu wspomagającego
1.	Podnośnik kąpielowo - transportowy sterowany elektrycznie z systemem asekuracyjnym z nosidłem do 150 kg – szt. 2
2.	Lekki wózek inwalidzki/standardowy – 3 szt.
3.	Chodzik/podpórka rehabilitacyjna z regulowanym siedziskiem – 3 szt.
4.	Wózek inwalidzki elektryczny udźwig od 120- 150 kg wagi – 2 szt.
5.	Wanna do mycia głowy w łóżku na leżąco (z tworzywa sztucznego) – 1 szt.
6.	Miska pneumatyczna do mycia głowy+prysznic – 3 szt.
7.	Balkonik 3-funkcyjny – 3 szt.
8.	Balkonik-chodzik rehabilitacyjny – 3 szt.
9.	Przenośny koncentrator tlenu z zestawem – 1 szt.
10.	Generator/ aparat tlenowy do użytku domowego – 3 szt.
11.	Kule łokciowe inwalidzkie o ergonomicznym uchwycie z regulacją - szt. 10 lub 5 kompletów po 2 kule
12.	Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem przeciwodłęzynowym – szt. 1
13.	Materace przeciwodłęzynowe zmiennociśnieniowe bąbelkowe z pompą – szt. 4
14.	Materac rurowy z kompresorem przeciwodłęzynowy – szt. 2
15.	Schodolaz gaśnicowy 130 kg-150 kg – szt. 2
16.	Podnośnik kąpielowy do wanny – 1 szt.
17.	Rotor do ćwiczeń rąk i nóg – szt. 5

Opis szczegółowy poszczególnych pozycji wskazanych w ww. tabeli, parametry i wymagania:

Poz. 1. Podnośnik kąpielowo-transportowy sterowany elektrycznie z systemem asekuracyjnym z nosidłem do 150 kg:

Podnośnik kąpielowo-transportowy stalowy, sterowany za pomocą pilota, stabilny, z systemem łatwego składania, z regulowaną szerokością. Przeznaczony dla osób o wadze do 150 kg. Wyposażony w siedzisko.

Poz. 2. Lekki wózek inwalidzki/standardowy. Wózek inwalidzki stalowy, składana konstrukcja, z oddychającą i łatwą w czyszczeniu tapicerką, podnóżki z regulacją wysokości, pas zabezpieczający.

Poz. 3. Chodzik/podpórka rehabilitacyjna z regulowanym siedziskiem. Regulowane miękkie siedzisko, podparcie pod nogi - rozkładane, kosz na zakupy pod siedziskiem.

Poz. 4. Wózek inwalidzki elektryczny. Udźwig od 120-150 kg wagi. Rama aluminiowa składana krzyżakowa, oddychająca, demontowana tapicerka.

Poz. 5. Wanna do mycia głowy w łóżku na leżąco (z tworzywa sztucznego). Materiał: tworzywo sztuczne. Wymiary w przedziale 50 x 40 x 20 cm. Dopuszczalne zmiany w wymiarach +/- 5 cm. Szacunkowa waga: 1,5 kg. W zestawie powinna posiadać wąż spustowy do wody.



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Poz. 6. Miska pneumatyczna do mycia głowy+prysznic. Wykonanie z materiału PVC, pojemność do 10l. Wymiary w przedziale 53 x 61 x 20 cm. Dopuszczalne zmiany w wymiarach +/- 5 cm.

Poz. 7. Balkonik 3-funkcyjny. Balkonik 3-funkcyjny, który umożliwia używanie balkonika jako stałego (4 nóżki), kroczącego (4 nóżki) lub stałego-dwukołowego (2 nóżki z tyłu i 2 kółka z przodu). Łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej. Składana konstrukcja ramy ułatwiająca przechowywanie i transport. Lekka aluminiowa konstrukcja (masa całkowita w granicach 2,35 kg z nóżkami lub 2,65 kg z kółkami- dopuszcza się różnicę w masie +/- 0,5 kg). Regulowana wysokość (skokowo) pozwalająca dostosować balkonik rehabilitacyjny do wymagań użytkownika (zakres od 76 do 93 cm). Nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi.

Poz. 8. Balkonik-chodzik rehabilitacyjny. Z regulacją poziomów wysokości min. 4, co 2,5 cm. Min. 2 funkcje: krocząca oraz stała, łatwy w składaniu.

Poz. 9. Przenośny koncentrator tlenu z zestawem. Umożliwiający prowadzenie tlenoterapii w dowolnych warunkach w domu lub poza domem (np. na spacerze). Waga do 5 kg. Czas pracy akumulatora bez zasilania min 45 minut przy pełnym naładowaniu. W zestawie z koncentratorem powinno znajdować się koncentrator przenośny tlenu, podręczna torba, akumulator, ładowarka do baterii, zasilacz, ładowarka samochodowa, kabel zasilający, kaniula nosowa, nawilżacz (butelka), instrukcja obsługi, wózek.

Poz. 10. Generator/ aparat tlenowy do użytku domowego. Wydajność – przepływ tlenu w zakresie min. od 1 do 6 l/min. Łatwa obsługa – dotykowy panel sterowania i pilot do obsługi na odległość do min. 10 m. Do produktu dołączone powinny być kaniula nosowa, inhalator montowany na ucho, kabel zasilający, filtry, pilot, bezpiecznik, instrukcja obsługi.

Poz. 11. Kule łokciowe inwalidzkie o ergonomicznym uchwycie z regulacją. Regulacja wysokości, podpórka odchylana, miękki, ergonomiczny uchwyt/rękojeść uniwersalna lub do prawej i lewej dłoni, kula łokciowa lekka.

Poz. 12. Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem przeciwodłęzynowym. Łóżko wyposażone w materac bazowy (podkład pod materac przeciwodłęzynowy); materac bąbelkowy zmiennociśnieniowy, przeciwodłęzynowy z kompresorem, najlepiej w pokrowcu nieprzemakalnym paroprzepuszczalnym. Sterowanie łóżka za pomocą bezprzewodowego pilota. Opuszczane (lub łatwe w montażu i demontażu) zabezpieczenia boczne na całej długości łóżka-barierki. Regulowane leże łóżka umożliwiające zmianę pozycji i wysokości. Obudowa skrzynkowa w jasnych odcieniach, wysięgnik.

Poz. 13. Materace przeciwodłęzynowe zmiennociśnieniowe bąbelkowe z pompą. Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji bąbelkowej; Wykonany z medycznego PVC - materiału łatwego w utrzymaniu w czystości; Wyposażony w wyłogi do mocowania na łóżku; maksymalna waga użytkownika w przedziale od 130 kg do 150 kg. Materac wyposażony w pompę z regulacją ciśnienia w materacu co pozwala na dostosowanie go do wagi użytkownika oraz ewentualne zawieszki do mocowania pompy na łóżku.

Poz. 14. Materac rurowy z kompresorem przeciwodłęzynowy. Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej. Dodatkowa komora w zestawie. Cicha pompa (poziom hałasu poniżej 31 dB); Łatwy w utrzymaniu w czystości.

Poz. 15. Schodolaz gąsienicowy. Składane uchwyty mocujące oparcie oraz koła wózka inwalidzkiego, Montaż i demontaż wózka inwalidzkiego powinien następować z poziomu sterowania. Dopuszczalne obciążenie od 130 do 150 kg. Schodolaz do przewożenia osób po schodach na wózkach inwalidzkich. Zapewniający bezpieczne poruszanie się po schodach zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Poz. 16. Podnośnik kąpielowy do wanny. Podnośnik, ułatwiający opuszczanie i podnoszenie osoby biorącej kąpiel w wannie. Łatwy w obsłudze (z pilotem). Odchylane oparcie. Przyjazny dla skóry z antypoślizgową powłoką, stabilny, składany – umożliwiający łatwe przechowywanie. Maksymalny udźwóg do 140 kg.

Poz. 17. Rotor do ćwiczeń rąk i nóg. Wymiary przyrządu około: 42 x 23 x 30 cm. Dopuszczalne zmiany w wymiarach +/- 5 cm. Szacowana waga: 2,1 kg. Maksymalne obciążenie: 100 kg. Powinien posiadać 4 antypoślizgowe nakładki. Składana konstrukcja ułatwiająca transport i przechowywanie z płynną regulacją oporu.

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Jedlinie-Zdroju

Joanna Fornalska