



Szczecin, dnia 03.06.2024. r.

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J.,
ul. Fryderyka Chopina 22,
71-450 Szczecin
NIP 8513144323

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/NZOZ
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 dotyczące realizacji projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 27 marca 2024 r.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Priorytet FENX.06 Zdrowie

Numer i nazwa Działania: FENX.06.01 System ochrony zdrowia

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Siedziba Zamawiającego:

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J.,
ul. Fryderyka Chopina 22,

71-450 Szczecin

NIP 8513144323

Tel.: +48 4226699

e-mail: sekretariat@przychodnie-fabian.pl

Adres korespondencyjny Zamawiającego:

ul. bł. Wincentego Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin

OSOBA UPRAWNIONA do kontaktów z dostawcami

Justyna Mroczkowska

Tel. 502 125 722

Email: jusrmroczkowska@gmail.com

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

KOD CPV:

33112200-0: Aparaty ultrasonograficzne

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów ultrasonograficznych (łącznie 3 sztuki) wraz z głowicami przeznaczonych do różnego rodzaju badań o poniższych parametrach



minimalnych. Możliwe jest złożenie oferty częściowej – na 2 sztuki (pkt 1a), na 1 sztukę (punkt 1b) lub na trzy sztuki (punkt 1a i 1b).

1a. USG wraz z głowicami do badań ogólnych – 2 sztuki

Lp.	Parametry / Warunek	Parametr wymagany
1.	Przeznaczenie	1.1. Aparat ultrasonograficzny, przeznaczony do badań USG w ramach podstawowej opieki zdrowotnej do badania narządów powierzchniowych-tarczycy, węzłów, sutków; narząd jamy brzusznej; naczyń krwionośnych obwodowych tętniczych i żylnych, z możliwością rozbudowy do funkcji badań kardiologicznych.
2.	Wymagania ogólne dotyczące aparatu	2.1 Monitor LED o przekątnej co najmniej 21,5", w proporcji 16:9 i rozdzielczości 1920*1080; 2.2 Czas wyłączenia systemu: $\leq 10s$ 2.3 Czas uruchamiania systemu: $\leq 40s$ 2.4 Aktywne połączenia dla sond ≥ 4 ; 2.5 Możliwość pracy w systemie Windows;
3	Tryby pracy	3.1 Obszar obrazowania może być zmieniany zgodnie z preferencjami użytkownika w ustawieniach systemu, 3.2 Funkcja częściowego powiększania, która obsługuje powiększanie w czasie rzeczywistym, zamrożone i statusy pomiarów w dowolnym obszarze monitora oraz dostosowywanie rozmiaru powiększonego obszaru w celu lepszego wyświetlania krytycznych szczegółów obrazu. 3.3 Inteligentny tryb dla różnych stylów obrazu, w 2D i kolorze;
4.	Właściwości obrazu	4.1. Głębokość skanowania co najmniej 45 cm; 4.2. Regulacja krzywej TGC (Time Gain Compensation) na panelu sterowania lub ekranie dotykowym. Co najmniej 8-stopniowa regulacja ze wskaźnikiem świetlnym; 4.3. Dynamiczna optymalizacja ogniskowania sygnału przychodzącego; 4.4. Zakres dynamiki co najmniej 240 dB; 4.5. Zakres częstotliwości obsługiwany przez system (urządzenie) co najmniej od 0,5 do 20 MHz.
5.	Tryby dopplerowskie	5.1. Kolorowy doppler: przepływ, moc przepływu, kierunkowy kolorowy doppler naczyniowy;
6.	Optymalizacja obrazu 2D i tryby dopplerowskie	6.1. Optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybach 2D i Color Doppler i/lub Spectral Doppler. 6.2. Automatyczne obliczenia Dopplera spektralnego w czasie rzeczywistym.
7.	Tryby skanowania	7.1. 2D, M-mode; 7.2. Rozszerzony widok obrazowania na sondach liniowych i convex; 7.3. Kolorowy doppler; 7.4. Power Doppler; 7.5. Doppler tkankowy; 7.6. Doppler fali pulsacyjnej z automatycznym określaniem położenia i kąta obszaru zainteresowania; 7.7. Doppler fali pulsacyjnej HPRF; 7.8. Doppler fali ciągłej;



		7.9. Harmoniczne obrazowanie tkanek z inwersją impulsów; 7.10 Specjalistyczne pomiary według obszaru zastosowania; 7.11 Obrazowanie panoramiczne dostępne zarówno w trybie 2D, jak i trybie kolorowym na wszystkich głowicach
8.	Głowice	
8.1.	Głowica liniowa	Zakres częstotliwości pracy jest nie węższy niż 5,0 do 20,0 MHz.
8.2	Głowica convex	Zakres częstotliwości pracy jest nie węższy niż 0,5 do 9 MHz.
10.	Zapisywanie obrazów	10.1. Funkcje obsługiwane przez standard DICOM (określone lub równoważne): przechowywanie, drukowanie, 10.2 ePortal ma mieć pojemność co najmniej 1 TB, zarządzanie rekordami badań pacjentów, przegląd i analizę bieżących i historycznych badań, wyeksportować obraz BMP, JPG, TIFF, AVI, DCM i obsługiwać prezentację obrazu 10.3 Połączenie sieciowe przewodowe lub bezprzewodowe i obsługa sieciowej pamięci masowej
11.	Port HDMI	Niezbędne - DisplayPort or HDMI
12.	Źródło prądu	Zasilanie wynosi 100-240 V z częstotliwością 50-60 Hz

1b. USG wraz z głowicami do badań ogólnych w POZ – 1 szt.

Lp.	Parametry / Warunek	Parametr wymagany
1.	Konstrukcja	
2.	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
3.	Przetwornik cyfrowy	Min. 12-bitowy
4.	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
5.	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania	Min. 4 000 000
6.	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych	Min. 4
7.	Dynamika systemu	Min. 290 dB
8.	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu.	Przekątna ekranu min. 21 cali
9.	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo	TAK
10.	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę	Przekątna min. 10 cali
11.	Zakres częstotliwości pracy	Min. od 2 MHz do 20 MHz.
12.	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)	Min. 72 000 obrazów
13.	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	TAK



14.	Możliwość uzyskania sekwencji CineLoop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji CineLoop jednocześnie na jednym obrazie	TAK
15.	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode	Min. 700 s
16.	Regulacja głębokości pola obrazowania	Min. 1 - 40 cm
17.	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika	Min. 70
18.	Obrazowanie i prezentacja obrazu	
19.	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + M	TAK
20.	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B	Min. 3500 obrazów/s
21.	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)	Min. 600 obrazów/s
22.	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI	Min. 1400 obrazów/s
23.	Obrazowanie harmoniczne	Min. 10 pasm częstotliwości
24.	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
25.	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)	Min.: +/- 4,0 m/s
26.	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego	Min. 0,05 - 20 kHz
27.	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
28.	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
29.	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK
30.	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki)	Min.: +/- 15,0 m/s
31.	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego	Min. 0,05 do 38 kHz
32.	Regulacja bramki dopplerowskiej	Min. 0,5 mm do 20 mm
33.	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	Min. +/- 30 stopni
34.	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej	Min. +/- 80 stopni



35.	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie	Min. +/- 80 stopni
36.	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI	TAK
37.	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK
38.	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej	TAK
39.	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK
40.	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”	Min. 8
41.	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
42.	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
43.	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
44.	Obrazowanie trapezowe i rombów na głowicach liniowych	TAK
45.	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound”	TAK
46.	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
47.	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map	TAK
48.	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
49.	Archiwizacja obrazów	
50.	Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB	TAK
51.	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB	TAK
52.	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD	TAK
53.	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK



54.	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK
55.	Videoprinter czarno-biały	TAK
56.	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK
57.	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
58.	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder)	TAK
59.	Funkcje użytkowe	
60.	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym	Min. x40
61.	Powiększenie obrazu po zamrożeniu	Min. x20
62.	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie	Min. 10
63.	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK
64.	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	TAK
65.	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
66.	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
67.	Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych	TAK
68.	Głowice ultrasonograficzne	
69.	Głowica Convex , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
70.	Zakres częstotliwości pracy	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
71.	Liczba elementów	Min. 600
72.	Kąt skanowania	Min. 70 st.
73.	Obrazowanie harmoniczne	min. 8 pasm częstotliwości
74.	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK



75.	Zakres częstotliwości pracy.	Min. 2,0 – 12,0 MHz
76.	Liczba elementów	Min. 600
77.	Szerokość pola skanowania	Max. 40 mm
78.	Obrazowanie harmoniczne	Min. 6 pasm częstotliwości
79.	Obrazowanie trapezowe	TAK
80.	Tryb linii pomocniczych przydatnych do wkluc out-of-plane (pionowe linie dzielące ekran na równe części)	TAK

2. Możliwe jest złożenie oferty na jedną sztukę, dwie sztuki lub trzy sztuki aparatów USG. Oferta będzie oceniana na podstawie cen za poszczególne pozycje, nie łącznie.
3. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
4. Koszty transportu urządzeń zawarte powinny być w cenie.
5. Wymagane jest, aby urządzenie były w całości fabrycznie nowe, roku produkcji min. 2023 r.
6. Wymagane jest wskazanie w Ofercie warunków płatności.
7. Dostawa musi nastąpić najpóźniej w ciągu 12 tygodni od momentu podpisania umowy.
8. Preferowane jest, aby cena wskazana w ofercie była wyrażona w PLN. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej. W celu oceny złożonej oferty dokonane zostanie przeliczenie według średniego kursu NBP na dzień zakończenia postępowania konkurencyjnego.
9. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę i/lub nierealny termin dostawy w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zażądać od każdego Oferenta udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającego wpływ na wysokość oferowanej ceny i/lub termin wykonania prac. W przypadku nieprzedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień, oferta zostanie odrzucona.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia poprzez Bazę Konkurencyjności. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania oferty tj. 06.06.2024. r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Oferentów. Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie oraz umieści treść odpowiedzi na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/>
11. Oferenci niespełniający warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania. Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia nazwy producenta lub urządzeń, postanowienia te należy odczytywać jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowe prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard jakości towarów lub usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisanych w przedmiotowym zapytaniu. Za równoważne uznaje się rozwiązania jak również elementy, materiały, urządzenia



o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w specyfikacji zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Dostawcy.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji umowy (tj. dostawa urządzeń/urządzenia) musi nastąpić najpóźniej w ciągu 12 tygodni od dnia podpisania umowy pod rygorem naliczenia kar umownych za nieterminową dostawę.
2. Termin realizacji umowy liczony jest od dnia podpisania umowy, który przewiduje się w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia postępowania.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

- a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
- b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
- c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie o udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 10 aparatów USG o wartości min. 50 tys. każdy w czasie 3 ostatnich lat (a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

4. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania



zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania są wykluczone podmioty umieszczone (lub powiązane z nimi) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>.

Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) tj.: Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
- lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

5. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- 2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT
- 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą,



Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;

4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;

5) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;

6) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacji:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.

Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;

2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.

6. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. zostanie złożona po terminie składania ofert.

3. nie będzie kompletna.

4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

5. oferta będzie zawierała rażąco nisko cenę i/lub nierealny termin wykonania, a Zamawiający nie zaakceptuje wyjaśnienia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 8

7. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie na realizację projektu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

8. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które nie będzie podlegało waloryzacji.

9. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY I OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena -70%
- Gwarancja – 20%



- Szkolenia dla personelu – 10%

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.

Każdy Oferent (tj. przedsiębiorstwo posiadające jeden NIP) może przedstawić tylko jedną ofertę.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją lub też Zamawiający unieważni postępowanie.

Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:

Kryterium	Waga (%)	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
1) cena	70%	Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 70 punktów.	$\text{Cena} = \frac{C_{\min}}{C_{\text{oferty}}} \times 70\% \times 100$ C min - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert C oferty - oznacza cenę badanej oferty
2) gwarancja na aparat i głowice	20%	Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 20 punktów.	Gwarancja między 24 a 36 miesięcy – 5 pkt Gwarancja między 37 a 48 miesięcy – 10 pkt Gwarancja 49 miesięcy i wyżej – 20 pkt
3) zapewnienie szkoleń dla personelu	10%	Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.	Min. 3 bezpłatnych szkoleń przez okres 1 roku od zakupu – 10 pkt

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów niezwłocznie poprzez upublicznienie informacji na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.



3. Oferty, niespełniające któregokolwiek z wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
6. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
7. Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
8. W przypadku otrzymania ofert o takiej samej cenie, decydujący będzie czas dostawy.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 14 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Poprawki w ofercie muszą być datowane oraz naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
5. Ofertę należy przygotować w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty w innym języku, pod warunkiem, iż zostanie do niej załączone tłumaczenie na język polski poświadczone przez oferenta.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.
7. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
8. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa powyżej przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytania Ofertowego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.
9. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferentów dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.



10. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w świetle określonych w przedmiotowym zapytaniu kryteriów.

12. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 11.06.2024 do godz. 23.59 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
 - Za pomocą Bazy Konkurencyjności
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTA:

1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o braku powiązań, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań z Federacją Rosyjską zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Specyfikacja techniczna/ karta produktowa producenta wraz z certyfikatem CE na aparat i głowice

14. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Federacją Rosyjską

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.