



Projekt pt. Wdrożenie nowych innowacyjnych testów MIC oraz podłoży mikrobiologicznych na płytkach kwadratowych poprzez wykorzystanie procesu wzorniczego w Biomaxima S.A. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, działanie Wzornictwo w MŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Wzornictwo z dn. 07.08.2024 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027.

I. ZAMAWIAJĄCY

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, NIP: 9462360625

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących środków trwałych o minimalnych parametrach technicznych:

1. Zgrzewarka kloszowa

CPV: 42664100-9

1. - dwie listwy zgrzewające
2. - przednia listwa zgrzewająca około 650 mm + prawa strona około 450 mm
3. - zgrzew podwójny oddzielający
4. - wysokość komory około 250 mm
5. - wykonanie na kółkach
6. - pompa próżniowa 100 m³/h
7. - wymiary zewnętrzne około 880mm x 785mm x 1035mm
8. - zużycie energii zależne od czasu pracy maszyny – do 3,6 KW/h

2. Drukarka termo transferowa (mała) 4 szt.

CPV: 30232100-5

1. - sposób druku: termiczny i termotransferowy
2. - rozdzielczość 600dpi lub wyższa
3. - max szerokość druku ok. 104 mm
4. - max długość druku ok. 991mm
5. - szerokość nośników od 25,4mm do 114mm odrywanie/gilotyna;
od 25,4mm do 108mm odklejak/nawijak
6. - szerokość taśmy barwiącej od 51mm do 110mm
7. - długość taśmy barwiącej do 450m
8. - pamięć zainstalowana ok. 512 MB (64 MB dostępne dla użytkownika);
9. - komunikacja USB 2.0, RS-232, 10/100 Ethernet, Bluetooth 2.1, USB Host
10. - temperatura pracy od 0°C do 40°C - druk termiczny; od 5°C do 40°C – druk termotransferowy
11. – obudowa metalowa
12. - opcje WiFi – obsługa sieci 802.11 a/b/g/n;
13. - odklejak;
14. - nawijak;
15. - gilotyna;
16. - identyfikator tagów RFID UHF;
17. - trzpień na rolkę etykiet 25,4 (1");
18. - trzpień na taśmę nawijaną „in”;
19. - certyfikat EnergyStar lub równoważny



3. Cieplarka dwukomorowa 4 szt.

CPV: 38000000-5

1. zakres temperatury +3...+40°C
2. pojemność komory ok. 150/200 litrów
3. pojemność użytkowa komory ok. 122/163 litrów
4. protokół kontroli jakości (w +37°C)
5. instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
6. sygnalizacja otwartych drzwi
7. port LAN i port USB
8. oświetlenie wewnętrzne LED
9. otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Øok.30 mm)
10. zamknięcie na klucz
11. półki druciane ze stali nierdzewnej
12. pełne drzwi zewnętrzne
13. wymuszony obieg powietrza
14. świadectwo wzorcowania
15. czynnik chłodniczy R1234ze / GWP= maks.7

4. Chłodziarko-zamrażarka 3 szt.

CPV: 39711100-0

1. - wolnostojąca z dolną zamrażarką
2. - wysokość 186-203 cm, szerokość 60-70 cm, głębokość 60-70 cm
3. - kolor: stal szorstkowana lub biała
4. - całkowita pojemność 340-365 l.
5. - maksymalna temperatura otoczenia w której można użytkować urządzenie chłodnicze 38 st.C
6. - poziom emitowanego hałasu akustycznego poniżej 32 dB
7. - roczne zużycie energii poniżej 165 kWh
8. - klasa energetyczna A, B lub C

5. pH metr 4 szt.

CPV: 38416000-4

1. - Dwa parametry pomiarowe: pH i mV
2. - Wyposażony w uniwersalną elektrodę szklaną, z trzonem wzmocnionym tworzywem PEEK, o średnicy 12 mm, przeznaczonej do pracy z próbkami wodnymi, zawiesinami itp. Elektroda wyposażona w czujnik temp. oraz nośnik danych przechowujący informację o stanie elektrody, wyniki pięciu ostatnich kalibracji.
3. - Zakres pomiaru pH: -2,00 do 20,00;
4. - Rozdzielczość pomiaru pH: 0,1/0,01/0,001
5. - Dokładność względna pH: ± 0,002
6. - Temperatura pomiaru: od -30 do 130°C
7. - dokładność: ± 0,1 °C
8. - Automatyczna kalibracja pH (do wyboru ilość punktów) max 5
9. - Oddzielny program weryfikacji kalibracji elektrody
10. - Przypomnienie o kalibracji definiowane przez użytkownika
11. - Duży, kolorowy wyświetlacz obsługiwany dotykowo
12. - Tryb zwiększonej czułości ekranu umożliwiający obsługę w rękawiczkach
13. - Barwne wskaźniki limitów
14. - Zabezpieczenie osobnymi PIN-ami dostępu do miernika, ustawień systemowych oraz kasowania wyników
15. - Możliwość drukowania raportów zgodnych z GLP i skróconych
16. - Statyw utrzymujący elektrodę i saszetki z buforami
17. - Możliwość eksportu wyników do PC lub pendrive
18. - Interfejsy: RS232, 2xUSB
19. - Menu w języku polskim
20. - Zasilanie 230 V/50 Hz
21. - Możliwość zaprogramowania limitów pomiarowych
22. - Ochrona IP54, osłona chroniąca ekran, zamykana przegródka na złącza



23. - dostarczony wraz ze świadectwem wzorcowania i innymi niezbędnymi dokumentami instalacyjnymi, dopuszczającymi do eksploatacji
24. - etykieta ACT (czynniki oddziaływania na środowisko)

6. Mieszalnik bębnowy stożkowy wraz z bębnami wymiennymi

CPV: 43412000-4

1. 1x Mobilny zespół napędowy przystosowany do podłączenia jednopłaszczyznowego bębna stożkowego wraz z bębniem stożkowym V-10L i dodatkowym systemem bębnowym wymiennych
2. Konstrukcja przejezdna rama z blokadą kół i szafką sterowniczą.
3. Bęben roboczy wymienny mocowany do zespołu napędowego.
4. Wyposażony w automatyczną barierę bezpieczeństwa.
5. Dodatkowo do powyższego napędu :
6. 3x Bęben wymienny V-30L
7. 1x Wyładowczy zawór klapowy ręczny DN 100
8. Zestaw materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych i uszczelnień
9. transport, montaż, rozruch na obiekcie i szkolenie z obsługi
10. DANE PROJEKTOWE:
11. - Produkt: Sypki
12. - Pojemność robocza bębna stożkowego: Do wyboru w opcjach dodatkowych.
13. - Temperatura pracy do 95°C.
14. - Ciśnienie robocze: Atmosferyczne.
15. - Szerokość: ok. 870x1000 mm.
16. - Wysokość całkowita pracy: ~ 1000 mm.
17. - Wysokość do spustu: ~ 340 mm
18. - Materiał mający kontakt z produktem: 1.4404, (AISI 316L).
19. - Materiał niemający kontakt z produktem: 1.4301/1.4307 (AISI 304/304L).
20. - Uszczelnienia silikon / EPDM.
21. - Wykończenie powierzchni wewnętrznych: Ra=0,4 µm, polerowana potwierdzona wydrukiem z legalizowanego profilometru.
22. - Wykończenie powierzchni zewnętrznych Ra=0,8 µm.
23. - Wykończenie powierzchni ramy: szlifowana na wygląd bez chropowatości
- WYPOSAŻENIE:
24. Zespołu napędowy mieszalnika stożkowego mobilnego:
25. Rama przejezdna z szafką sterującą
26. Wymienny stożek mieszający o pojemności rob. 10L Króćce zakończone złączem TC DN 100
27. z zaślepkami i uszczelkami
- STEROWANIE:
28. -Szafka sterownicza kwasoodporna 1.4301/1.4307, (304/304L), zamontowana na ramie
29. przejezdnej zespołu napędowego.
30. - Sterowanie manualne przyciskami funkcyjnymi znajdującymi się na drzwiczkach szafy.
31. - Przyciski funkcyjne:
32. - Start / Stop mieszalnika, zasilanie 400V/50Hz.
33. - Płynna regulacja obrotów motoreduktora sterowana falownikiem w zakresie 5 ÷ 20 obr/min.
34. - Praca mieszadła prawo – lewo.
35. - Wyłącznik główny.
36. - Wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy.
37. - Reset.
38. - Nastawy czasu pracy mieszadła.
39. - Pozycjonowanie bębna manualne przyciskiem
40. Dokumentacja w j. polskim:
41. Dokumentacja DTR
42. Deklaracja zgodności WE/CE
43. Certyfikaty materiałowe.
44. Schemat elektryczny
45. Rysunek urządzenia
46. Niski pobór mocy

7. Pompa perystaltyczna 4 szt.

CPV: 42122510-8

1. *Podwójna głowica pompy z 6 rolkami:
2. - podwójna dokładność



3. - podwójna prędkość przepływu
 - Dostarczany z 2 zespołami dozującymi
4. (Rury o średnicy wewnętrznej 3,2 mm i 6,4 mm)
 - Przepływ do 2,5 l / min.
 - Objętość dawki: 50 µl do 99 L.
 - Identyfikowalność: USB, RS 232
5. Rozmiar ok. 15 x 32 x 21 cm
6. Niski pobór mocy

8. Wózek platformowy ze stali nierdzewnej 6 szt.

CPV: 34912100-4

1. Dwa tylne kółka skrętne
2. Dwa przednie kółka stałe
3. Udźwig – 100 - 150 kg
4. Powierzchnia robocza: około 460 x 630 mm
5. Wysokość ok. 860 mm
6. Niski poziom hałasu

9. Wózek 2 półkowy ze stali nierdzewnej 10 szt.

CPV: 34912100-4

1. Udźwig – ok. 75 kg na półkę
2. Posiada 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami
3. Powierzchnia robocza: ok. 795 x 505 mm
4. Wysokość ok. 940 mm
5. Mata wygłuszająca pod każdą półką

10. Komora laminarna 2 szt.

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

- 1) II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000
- 2) Wyposażenie w filtry ULPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek w zakresie od 0,1 do 0,3 µm.
- 3) Szerokość wewnętrzna komory 1220-1240 mm.
- 4) Szerokość zewnętrzna komory 1320-1340 mm.
- 5) Głębokość wewnętrzna komory 580-600 mm.
- 6) Wysokość wewnętrzna 660-680 mm.
- 7) Wysokość zewnętrzna bez statywu 1380-1400 mm.
- 8) Szyba frontowa
 - ustawiona pod niewielkim kątem do pionu ok. 4°, skośnie w stosunku do blatu roboczego.
 - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, hartowana, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia.
 - przesuwana manualnie góra-dół (nieuchylana).
 - zapewniająca wysokość roboczą ok. 190 mm
- 9) Ściany boczne – z oknem szklanym.
- 10) Otwory do zamontowania zaworów mediów – po 2 szt. na stronę oraz gniazdek elektrycznych po 1 szt. na stronę umieszczone w ramie okiennej ścian bocznych.
- 11) Komora wyposażona w silnik typu ECM (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej.
- 12) Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapychania filtrów.
- 13) Obieg powietrza w komorze: 1/3 powietrze wylotowe, 2/3 powietrze w recyrkulacji
- 14) Prędkość przepływu powietrza inflow: ok. 0,45 m/s i downflow: ok. 0,3 m/s.
- 15) Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości przepływu oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie.
- 16) Panel sterowania z przyciskami membranowymi, zintegrowany z wyświetlaczem przepływu powietrza umieszczony centralnie, pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora.
- 17) Układ sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) z wbudowanym zegarem 24 godzinny, zegarem przeprowadzania doświadczenia, lokalizacją położenia szyby frontowej



oraz z możliwością ograniczenia dostępu przez osoby niepowołane przy użyciu dwóch kodów PIN dla operatora i administratora.

18) Panel sterowania ze wskaźnikiem:

- a. prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego,
- b. trybu pracy,
- c. poziomu szyby frontowej,
- d. temperatury w obszarze roboczym,
- e. czasu pracy komory, filtra i lampy UV,
- f. zużycia filtrów i lampy UV w procentach,
- g. aktualnego czasu

19) Programowanie:

- czasu przeprowadzania doświadczenia,
- czasu rozgrzewania komory
- czasu opóźnienia wyłączenia wentylatora
- trybu pracy serwisowej

20) Funkcja Quickstart umożliwiająca załączenie wentylatora i światła poprzez otwarcie okna i przesunięcie do pozycji roboczej.

21) Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej.

22) Funkcja stand-by zapewniająca gotowość pracy przy zmniejszonym przepływie powietrza (50% wydajności wentylatora) – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory.

23) Pod głównym filtrem demontowalny dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego.

24) Oznaczenie kolorem elementów urządzenia ograniczających dostęp do filtrów i elementów elektrycznych, których demontaż może powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub elektryczne.

25) Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z warstwą antybakteryjną ISOCIDE, zapobiegającą rozwojowi drobnoustrojów

26) Oświetlenie obszaru pracy – intensywność 1400-1420 lux, odizolowane od przestrzeni boks laminarnego.

27) Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza recyrkulowanego i wylotowego.

28) Możliwość zamontowania gniazda zero voltowego

29) Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera

30) Zasilanie 230V, 50/60 Hz

31) Ważna autoryzacja producenta na serwis na terenie Polski wystawiona na firmę Oferenta (autoryzację dołączyć do oferty)

32) Wyposażenie komory:

- a) na stałe zamontowana w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu
- b) gniazdo elektryczne (2 szt.)
- c) blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny
- d) statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej
- e) podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej

33) Niski pobór mocy 150-160 W

34) Poziom emitowanego hałasu poniżej 54 dB mierzony wg normy EN 12469:2000

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze.

Jeżeli w wymaganiach technicznych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub wskazania pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego producenta – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych



Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Miejscem dostarczenia i uruchomienia zamawianego urządzenia jest adres: **ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin**. Dodatkowo realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie środka trwałego, przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi.

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy):

- maksymalnie do dnia 15 października 2024, za wyjątkiem poz.1 i 6 gdzie wymagany jest termin 30 listopada 2024 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 - 1) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla realizacji zamówienia;
 - 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 3) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Zamawiający dokona weryfikacji wymagań przedstawionych w punkcie 1 powyżej na podstawie oświadczeń Wykonawcy załączonych do oferty. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenia w powyższym zakresie według wzorów stanowiących Załączniki 2-5 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, jest fabrycznie nowe, pochodzi z oficjalnego źródła sprzedaży oraz jest dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, stanowi załącznik 5 do zapytania ofertowego.
4. Oferta Wykonawcy, który nie spełni powyższych wymagań Zapytania ofertowego zostanie odrzucona. Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy zostały wskazane w pkt IX zapytania ofertowego.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie.
2. Oferta musi być kompletna, sporządzona w jednym egzemplarzu i zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jeden, kilka lub wszystkie środki trwałe opisane w pkt. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ze wskazaniem oczekiwanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
5. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym. Cenę oferty należy przedstawić w



złotych polskich lub w innej walucie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku otrzymania ofert w innych walutach niż PLN, ich wartość PLN przeliczana będzie według średniego kursu NBP z dnia zakończenia naboru.

6. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
 - 2) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,
 - 3) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 - 4) oświadczenie o spełnieniu przez oferowane urządzenia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
7. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku braku tłumaczeń na język polski lub w razie wątpliwości Zamawiający uzna, że oferta nie zawiera wymaganego dokumentu.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego lub ewidencyjnego, a osoba podpisująca ofertę działa na podstawie dołączonego pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być czytelne oraz parafowane przez osobę(y) podpisującą ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień co do treści złożonej przez niego oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, Wykonawca podlega wykluczeniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.
13. W ofercie należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy, podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres elektroniczny.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
15. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTÓW

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą



liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 80%
- b) Okres gwarancji: 20%

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- a) Punkty za kryterium cena netto - zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena netto oferty najtańszej}}{\text{Cena netto oferty badanej}} \times 80 = \text{_____ pkt}$$

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

- b) Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

Liczba punktów	Okres gwarancji
0	12 miesięcy
10	24 miesiące
20	36 miesięcy

Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji na okres 12 miesięcy lub wielokrotności 12 miesięcy.

Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy lub instalacji (jeśli wymagana).

3. Opis oceny ofert

- Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.
- Jeżeli zaoferowana przez Oferenta cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będzie się różnić o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z oferentem i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

VII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT



1. Oferty należy składać do dnia **14.08.2024 r.**
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) wpisując odpowiednio kwotę łączną oferty netto i załączając wymagane dokumenty w formie pliku .pdf.
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (w tym pytania / odpowiedzi) między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
4. Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 3, jeżeli:
 - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub
 - c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub
 - d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.
5. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 3 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Wówczas korespondencja odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (adres e-mail oferenta podany w złożonej ofercie oraz adres e-mail zamawiającego podany w pkt. XII zapytania ofertowego).

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY

1. Informacja o braku konfliktu interesów

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym Zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Należy złożyć oświadczenie o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu



przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Ponadto, działając na podstawie art. 5k ustawy art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia, należy złożyć „Oświadczenie” (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego), stanowiące integralną część oferty.

3. W niniejszym postępowaniu wyklucza się ponadto:

- 1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
- 2) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w/w przesłanek wykluczenia bez podania przyczyn.

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
7. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
 - 1) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć – termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.
 - 2) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą



stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.

- 3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)”.
- 4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
- 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności.
9. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
 - 1) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie oraz postanowień Wytocznych;
 - 2) Zmiany – w tym wprowadzenia nowych – powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym;
 - 3) Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 4) Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami;
 - 5) Wystąpienia siły wyższej lub niemożliwych do przewidzenia okoliczności, zdefiniowanych wyżej.
10. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 i 4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
11. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.



XI. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców.

XII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
3. **Pytania/wnioski o wyjaśnienia należy przysyłać nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Zadane pytania po tym terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia. Pytania należy zadawać wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>)**
4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania informacji jest:

Henryk Lewczuk – Wiceprezes Zarządu +48 604 950 161

4. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego,

Załącznik nr 4 wzór oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

Załącznik nr 5 wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań,

Załącznik nr 6 wzór oświadczenia dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Lublin, 07.08.2024