



Załącznik nr 1 do SWZ
Nr 3/FEPD.01/2024 z dnia 14.03.2025 r.

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Dotyczy projektu nr FEPD.01.01-IZ.00-0010/24
pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii izolacji związków pochodzenia naturalnego stosowanych w celach
farmaceutycznych”
realizowanego w ramach umowy nr FEPD.01.01-IZ.00-0010/24-00 zawartej dnia 02.12.2024 r.

Do zapytania ofertowego nr 3/FEPD.01/2024

Na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie spektrofotometru FTIR z przystawką ATR

I. DANE OFERENTA

Pełna nazwa oferenta	
Adres siedziby oferenta	
NIP	
Telefon	
Adres e-mail	
Osoba do kontaktu	

Cena przedmiotu zamówienia	 (Proszę o podanie wartości oraz waluty)*	wartość netto
Łączny okres udzielenia gwarancji na cały przedmiot zamówienia (min. 24 miesiące)		w miesiącach

*Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.



Oświadczam, iż oferowane urządzenie (Typ / model)

spełnia następujące parametry specyfikacji:

Spektrofotometr FTIR z przystawką ATR

Składowa zamówienia	Parametr	Spełnia / nie spełnia TAK/NIE	Opis wynikający ze specyfikacji zaoferowanego urządzenia – prosimy o podanie dokładnych danych odpowiadających poszczególnym parametrom wskazanym w kolumnie nr 2. Niewypełnienie pola oznacza, iż przedstawiona oferta nie spełnia danego wymogu wskazanego w specyfikacji.
1	2	3	4
Spektrofotometr FTIR	Zakres spektralny min. 7000 - 350 cm ⁻¹		
	Rozdzielczość spektralna lepsza niż 1,5 cm ⁻¹		
	Dokładność liczby falowej poniżej ±0,07 cm ⁻¹		
	Uszczelniony interferometr		
	Jednowiązkowy układ optyczny		
	Ceramiczne źródło promieniowania, z możliwością łatwej wymiany przez użytkownika		
	Rozdzielacz wiązki (beam splitter) powlekany KBr		
	Stosunek sygnału do szumu >50 000:1		
	Detektor DLATGS kontrolowany temperaturowo		
	Przystawka do pomiarów transmisyjnych, pastylek, próbek ciekłych i folii oraz niezbędne do tego akcesoria		
	Przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełnym zakresem spektralny spektrometru. Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym		
	Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów pomiarowych, np. przystawki ATR oraz elementów takich jak detektory		
	Funkcje oprogramowania: zbieranie i opracowywanie danych, działania arytmetyczne, wykrywanie pików, korekcja linii bazowej, przekształcenia fourierowskie, różniczkowanie, całkowanie, dekonwolucja, obliczenia ilościowe zgodnie z prawem Lamberta-Beer'a, przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma i możliwość porównania z widmem wzorca		
	Możliwość tworzenia i przeszukiwania bibliotek		
	Wbudowany edytor do tworzenia raportów		
	Oprogramowanie zgodne z GLP/GMP oraz spełniające wymogi FDA 21 CFR część 11, umożliwiające tworzenie i drukowanie własnych raportów (jednostka wbudowana, lub zewnętrzny dedykowany do obsługi		



	urządzenia zestaw komputerowy)		
Urządzenie musi posiadać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz na zmniejszenie energochłonności w postaci			
	tryby pracy oszczędzające energię (w tym np. automatycznego przejścia do stanu czuwania) – możliwość ustawienia metody czuwania urządzenia na minimalnym zużyciu energii elektrycznej		
	system automatyzacji procesu – system umożliwi komunikację z komputerem podłączonym do sieci Internet		
Urządzenie musi posiadać rozwiązania spełniające standardy dostępności pozwalające na korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami w postaci			
	czytelne ostrzeżenia bhp i instrukcje obsługi, w tym w formie elektronicznej umożliwiającej powiększenie czcionki		
	rozwiązania pozwalające na pracę na tym urządzeniu osobom niepełnosprawnym, o ile ewentualny stopień niepełnosprawności nie stoi na przeszkodzie w ich użytkowaniu		
	czytelny panel sterowania z możliwością zmiany kontrastu obrazu		
	łatwo dostrzegalnych i zrozumiałych elementów wyposażenia w postaci sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej		
	spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy		
Wymagania dodatkowe		TAK/NIE	Uwagi (jeśli dotyczy, przy czym uwaga nie może wprowadzać elementu warunkowości spełnienia kryterium)
	Maszyna/urządzenie fabrycznie nowe		
	Dostawa, montaż i uruchomienie po stronie dostawcy		
	Okres gwarancji – min. 24 miesiące liczone od daty podpisania Protokołu odbioru, nieobwarowane dodatkowymi, płatnymi przeglądami serwisowymi		
	Kwalifikacje IQ/OQ		
	Kwalifikacja OQ po 12 miesiącach użytkowania i na koniec okresu gwarancji na koszt oferenta		
	Dostawca zapewnia dostęp do serwisu i części zamiennych oraz podjęcie działań naprawczych w czasie nie dłuższym niż 72h od zgłoszenia i czas skutecznej naprawy (wymiany) nie dłuższy niż 14 dni, przy czym do czasu naprawy wlicza się czas reakcji		
	Instruktaż instalacyjny oraz aplikacyjny wskazanego personelu Zamawiającego, w miejscu użytkowania urządzenia		
	Potwierdzenie odpowiednimi dokumentami spełnienia wymagań specyfikacji na żądanie Zamawiającego		
	Certyfikat CE maszyny		
	Instrukcja obsługi w języku polskim		



- II. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w niniejszym Formularzu Ofertowo-Cenowym, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr 3/FEPD.01/2024 z dnia 14.03.2025r. (w tym w szczególności SWZ z załącznikami).**
- III. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.**
- IV. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 60 dni od daty jej złożenia.**

.....
(Data, miejsce)

.....
(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)