



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Zimna Wódka, dnia 25.03.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025/FEO/1.1.Prace B+R i infrastruktura w MŚP z dnia 25 marca 2025 r. na zakup sprzętu laboratoryjnego – zapytanie częściowe.

W związku z realizacją projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie BURDA Sp. z o. o.”, w współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 01 - Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności opolskiego, Działanie 01.01 - Prace B+R i infrastruktura w MŚP, nr. Projektu: FEOP.01.01-IP.01-0038/23, Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu laboratoryjnego – zapytanie częściowe.

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą bazy konkurencyjności (BK2021).

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

BURDA Sp. z o.o.
Ul. Amerykańska 5
47-143 Zimna Wódka
NIP: 6452537210

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ostateczny termin składania ofert upływa: **01.04.2025 r.**

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie wraz z załącznikami należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, **wyłącznie za pomocą platformy baza konkurencyjności (BK2021)**.

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Jacek Andres
E-mail: jacek.andres@burdaslask.pl

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego – zapytanie częściowe.

Zamówienie składa się z czterech oddzielnych Części. Można złożyć zamówienie na jedną część, na dwie części, na trzy części, na cztery części.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



I. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

II. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

III. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

IV. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

I. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

1. Prasa do badania wytrzymałości betonu (1 szt.)

Prasa do badania wytrzymałości betonu, zakres 3000 kN.

Zgodna z PN-EN 12390-4; 12390-5; 12390-6 z możliwością rozbudowy o ramę na zginanie 100, 200 lub 300 kN wg PN-EN 12390-5; 12390-6; PN-EN 1338; 1340; PN-EN 196

Minimalny zakres:

- 7" - całowy wyświetlacz TFT, dotykowy,
- zakres pracy 3000 kN (425bar),
- rozdzielczość (dokładność pomiarowa maszyny) 0,01 / 0,1kN,
- automatyczna kontrola prędkości przyrostu siły -TAK,
- maksymalny ruch tłoka: 50mm,
- możliwość obsługi 2 ram -TAK,
- prześwit poziomy: min. 415mm,
- prześwit pionowy: min. 350mm,
- wysuw tłoka: min. 50mm,
- średnica płyt dociskowych: min. 300mm,
- pojemność zbiornika na olej: min. 20l,
- zasilanie: 230V, 50Hz,
- waga: maks. 1200kg.

2. Wzorcowanie PCA prasy laboratoryjnej (1 szt.)

Zakres: Punkty wzorcowania: 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 kN.

3. Rama na zginanie 100 kN (1 szt.)

Rama na zginanie, zakres 100 kN.

Minimalny zakres:

- rama 100 kN,
- płyta dystansowa – dolna,
- płyta dystansowa min. 205x15mm -trzcień górny,



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

- śruba redukcyjna do regulacji wysokości trzpienia.

4. Wzorcowanie PCA prasy dodatkowej (1 szt.)

Zakres: Punkty wzorcowania: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100 kN.

5. Płyta dystansowa do prasy (1 szt.)

Minimalny zakres:

- płyta dystansowa do prasy fi min. 205x50mm.

6. Przystawka do łamania belek betonowych (1 szt.)

Minimalny zakres:

- przystawka do łamania belek betonowych, min. 10x10x40-50cm, 15x15x60-75mm
- zgodnie z normą EN12390-5.

II. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

1. Uniwersalna prasa Marshalla (1 szt.)

Minimalny zakres:

- Typ: Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa (50 kN)
- Zastosowanie: Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek stabilizacji, testy Marshalla, CBR, Leutnera, ITSr
- Konstrukcja: Uniwersalna dwukolumnowa rama z regulowaną wysokością
- Napęd: Silnik krokowy, koła zębate i przekładnie zapewniające płynną pracę
- System podnoszenia: Automatyczny
- Zakres siły: 50 kN
- Rozdzielczość siły: 1N lub 5N
- Czujnik odległości: Maksymalny zakres 25 mm
- Prędkość podnoszenia: Regulowana w zakresie 0,00001 - 75 mm/min
- Prześwit pionowy: min. 1000 mm
- Prześwit poziomy: min. 380 mm
- Średnica stołu roboczego: min. 250 mm
- Przetworniki: Możliwość współpracy z maks. 4 przetwornikami 0-100 mV
- Moduł sterujący: Wyświetlacz dotykowy TFT min. 7", wodoszczelny, język angielski
- Czujnik temperatury: Wbudowany czujnik temperatury otoczenia
- Oprogramowanie: Umożliwia archiwizację oraz transfer danych do komputera, moduł bezpłatny, język angielski
- Komunikacja: Port RS232, port RS485 dla podłączenia wielu urządzeń, 2 porty USB
- Pamięć: min. RAM 64 MB, pamięć trwała 4 GB
- Zapis danych: Możliwość konfiguracji i kalibracji, zapis do 1000 badań w nieulotnej pamięci
- Konwersja jednostek: Automatyczna konwersja danych kalibracyjnych oraz jednostek angielskich i metrycznych



- Zabezpieczenia: Ochrona przed przeciążeniem i przekroczeniem prędkości
- Przycisk awaryjnego zatrzymania: Wyłącznik bezpieczeństwa dla posuwu tłoka
- Zasilanie: 230V, 50Hz
- Wymiary: min. 48 x 45 x 147 cm (szer. x gł. x wys.)

2. Ubijak Marshalla z wyposażeniem (1 szt.)

Minimalny zakres:

- ubijak Marshalla (1 szt.)
- nadstawka Marshalla (1 szt.)
- forma Marshalla (1 szt.)
- podstawka Marshalla do zagęszczania (1 szt.)
- płyta pod próbki Marshalla na 10 szt. (1 szt.)
- lejek do formy Marshalla (1 szt.)

Automatyczny ubijak Marshalla zgodny z EN 12697-30:2019

- betonowy blok podstawy i laminowany drewniany blok
- młot wg EN 12697-30:2019
- mocowanie podstawy ubijaka wg EN 12697-30:2019
- mechanizm ubijaka wg EN 12697-30:2019
- napęd łańcuchowy
- ręczny system podnoszenia młota - formy mocowane na zaczep
- regulowany cyfrowy licznik
- ubijak zatrzymuje się po zaprogramowanej liczbie uderzeń
- funkcja pauzy - zatrzymania i wznowienia pracy bez resetu odliczania
- obudowa mechanizmu ubijaka - otwierana
- osłona bezpieczeństwa dla formy
- możliwość dostosowania ciężaru stopy do poprzednich wydań normy poprzez zastosowanie odpowiednich obciążników.

Dane techniczne:

- wymiary (szer x gł x wys): min. ~530x550x1900mm
- dane elektryczne: 230V, 50Hz
- moc: min. 0,35 kW
- poziom hałasu maks. 85 dB /z zastosowaniem szafy dźwiękochłonnej.

Aparat ma posiadać min. 10 programów o zadawanych:

- liczbie uderzeń: 1...999
- normie /szybkości pracy/ PN=60/min i En=50/min
- kierunku zliczania: dECr (odlicza w dół do zera) lub iNCr (odlicza w górę do zadanej)
- prędkości ubijania zgodnie z EN (50 uderzeń/min) lub PN/BN (60 uderzeń/min)

Urządzenie ma spełniać wymagania normy: PN-EN 12697-30:2019

III. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

1. Aparat do badania zawartości powietrza (1 szt.)

Aparat do pomiaru zawartości powietrza w świeżym betonie lub zaprawach ma być zgodny normą z PN EN 12350-7. Zawartość powietrza w zaprawie lub świeżym betonie mierzy się w kalibrowanych aparatach zgodnie z metodą wyrównawczego ciśnienia. Aparat ma posiadać komorę, w której zdefiniowane ciśnienie buduje się za pomocą pompy ręcznej lub elektrycznej. Otwarcie zaworu przelewowego wyrównuje ciśnienie w pojemniku testowym, który jest wypełniony zaprawą lub świeżym betonem. Spadek ciśnienia w naczyniu testowym, pokazuje ilość powietrza porowego w zaprawie lub świeżym betonie.

Minimalny zakres:

- bezpośredni odczyt napowietrzenia w obj. %,
- pompa ręczna lub elektryczna do szybkiego zwiększenia ciśnienia,
- przycisk do prostych testów,
- manometr zintegrowany w górnej części urządzenia,
- manometr, średnica: min. 100 mm,
- manometr, dokładność: klasa 1.0,
- szybkozłącza między pojemnikiem testowym a pokrywą,
- łatwość obsługi.

2. Suszarka laboratoryjna (1 szt.)

Minimalny zakres:

- Typ: Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza
- Pojemność komory: min. 245 l
- Obudowa: Stal nierdzewna strukturalna (len)
- Wnętrze: Stal nierdzewna kwasoodporna 0H18 (DIN 1.4301)
- Drzwi: Jednoskrzydłowe, pełne
- Zakres temperatury: Od temperatury otoczenia +5°C do +300°C
- Regulacja temperatury: Co 0,1°C
- Wyświetlacz: min. 4,3", dotykowy, kolorowy, graficzny
- Kominiek wentylacyjny: Sterowany programowo
- Profil czasowo-temperaturowy: Sześciusegmentowy
- Sterowanie wentylatorem: Regulacja w zakresie 10...100%
- Półki: 3 druciane
- Obciążenie: Maksymalne całkowite obciążenie urządzenia 90 kg
- Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika: Średnica min. 30 mm
- Pamięć wyników pomiarowych
- Sygnalizacja otwartych drzwi
- Zamknięcie: Na klucz
- Wymiary zewnętrzne urządzenia:



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

- Szerokość: min. 820 mm
- Wysokość: min. 1140 mm
- Głębokość: min. 770 mm
- Wymiary komory:
- Szerokość: min. 600 mm
- Wysokość: min. 800 mm
- Głębokość: min. 510 mm

3. Wstrząsarka do określania wskaźnika piaskowego (1 szt.)

Minimalny zakres:

- Zastosowanie: Wytrząsanie cylindrów podczas badania wskaźnika piaskowego
- Rodzaj ruchu: Poziomy, prostoliniowy, okresowy, sinusoidalny
- Amplituda: 200 ± 10 mm
- Częstotliwość ruchu: 3 cykle/sekundę
- Normatywna ilość cykli: 90 ± 3 cykle
- Ilość cykli: Regulowana
- Możliwość wytrząsania: 2 cylindrów jednocześnie
- Spełniane normy: PN-EN 933-8
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Zasilanie: 230V
- Waga: maks. 20 kg

4. Aparat do oznaczania wskaźnika piaskowego (1 kpl.)

Minimalny zakres:

- Normy: PN-EN 933-8 (Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego)
- Zawartość zestawu:
- Cylinder z tworzywa – 2 szt.
- Korek gumowy do cylindra – 2 szt.
- Zespół tłoka nurnikowego
- Rurka z zaworem do przemywania
- Wąż silikonowy
- Lejek metalowy do napełniania cylindrów
- Butla laboratoryjna z kranem – min. 5 l
- Roztwór do wskaźnika piaskowego – min. 1 l

5. Półautomatyczny penetrometr do asfaltu (1 szt.)

Minimalny zakres:



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

Normy: PN-EN 1426, ASTM D5, AASHTO T49

Funkcje:

- Automatyczne zwalnianie igły przez elektromagnes
- Blokowanie igły po odmierzonej czasie
- Sterownik do ustawiania czasu penetracji
- Alarm dźwiękowy po zakończeniu testu
- Elektroniczny czujnik odległości do odczytu głębokości penetracji

Zawartość zestawu:

- Urządzenie
- Naczynie szklane
- 3 aluminiowe naczynka pomiarowe
- 1 igła penetracyjna

5. Sonda dynamiczna lekka z wyposażeniem (1 szt.)

Minimalny zakres:

- Zastosowanie:
 - Wyznaczanie zagęszczenia gruntu
 - Ocena wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych
 - Sondowanie dynamiczne – badanie oporu gruntu przy dynamicznym zagłębianiu końcówki stożkowej
- Zakres badań:
 - Sondowanie lekkie typu DPL (obciążnik 10 kg) – głębokość do 3 m p.p.t.
 - Możliwość badania zagęszczenia gruntu do 6 m p.p.t.
 - Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu (ID)
 - Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu (IS)
- Zawartość zestawu:
 - Sonda ręczna – 10 kg
 - Żerdź długości 1 m – 6 szt.
 - Kończówka stożkowa – 1 szt.
 - Wyciąg dźwigniowy z uchwytem szczękowym – 1 szt.
 - Skrzynia metalowa – 1 szt.
 - Zestaw kluczy, smar

7. Aparat VSS-1 + św.wzorcowania (1 szt.)

Minimalny zakres:

- Zastosowanie: Badanie nośności i zagęszczania nawierzchni podatnych i podłoża drogowego wg DIN 18134
- Konstrukcja:



- Elementy zespołu pomiarowego i hydraulicznego w dwóch metalowych skrzyniach
- Możliwość wyboru czujnika zegarowego lub elektronicznego
- Parametry techniczne:
 - Płyta stalowa – średnica min. 300 mm
 - Dźwignik – średnica tłoka min. 45 mm, wysokość standardowa min. 320 mm
 - Układ hydrauliczny – pompa ręczna, max obciążenie 10 ton
 - Manometr precyzyjny – skala z działką 0,05 MPa
 - Zakres pracy – 0,55 MPa (opcjonalnie 0,8 MPa)
 - Przegub sferyczny z magnesem
 - Statyw aluminiowy
 - Zestaw przedłużaczy rurowych – 40, 60, 90, 120, 160, 220, 350, 500 mm
 - 2 śruby regulacyjne – do precyzyjnego ustalania wysokości zestawu
 - Zakres wysokości roboczej – 0,65 - 1,40 m
 - Zakres rozstawu statywu – 2,00 - 3,40 m
 - Waga – maks. 80 kg

IV. CZĘŚĆ – Zakup sprzętu laboratoryjnego

1. Wyposażenie do testu CBR (1 kpl.)

Zawiera komplet akcesoriów do badania wskaźnika CBR i pęcznienia:

- Forma CBR – 2 szt.
- Obciążniki C, U, O – po 1 szt.
- Wkładka wyrównawcza wg PN-EN 13286-47 – 1 szt.
- Filtry papierowe – 100 szt.
- Filtr siatkowy – 1 szt.
- Czujnik elektroniczny – 1 szt.
- Uchwyt czujnika – 1 szt.
- Płyta perforowana z regulacją – 1 szt.
- Trzpień CBR – 1 szt.
- Głowica ściskająca – test Marshalla – 1 szt.

2. Czujnik cyfrowy (1 szt.)

Opis: Czujnik cyfrowy 0-25mm, d=0,01mm

3. Termometr cyfrowy zintegrowany z sondą nierdzewną (1 szt.)

Minimalne wymagania:

- Punkty wzorcowania: 0 i 20 stopni.
- Zakres: -50°C do 300°C (-58°F do 572°F)
- Dokładność: ±1 stopień w temperaturze od -20°C do 200°C (-4°F do 392°F)



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

.....

Wymagany minimalny okres gwarancji

Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na poprawne działanie przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Płatność: Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe. Ostateczna decyzja dot. zaliczkowania należy do Zamawiającego.

Dopuszczenie zastosowania produktów i materiałów równoważnych

W przypadku, gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia, we wszystkich dokumentach i załącznikach opisujących przedmiot zamówienia nazwami konkretnych producentów, nazwami konkretnych produktów, znakami towarowymi, patentami czy pochodzeniem, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia – mają one jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. **W każdym przypadku dopuszcza się użycie produktu równoważnego**, który spełni minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy.

W każdym przypadku dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów, komponentów równoważnych wobec wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznikach pod warunkiem zachowania ich zgodności z planowanym przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami, które spełniają minimalne standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcje i walory użytkowe.

W związku z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji, w przypadku pytań lub wątpliwości co do przedmiotu zamówienia, prosimy o kierowanie zapytań najpóźniej do dwóch dni przed terminem składania ofert.

VI. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem jest zakup sprzętu laboratoryjnego – zapytanie częściowe.

VII. KOD CPV:

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji całości zamówienia: **do pełnych 6 tygodni od daty podpisania umowy potwierdzony protokołem odbioru bez usterek.**

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zlecenia, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w przypadku także zmiany okresu kwalifikowalności wydatków, wskazanego w Umowie dofinansowania projektu, o którym mowa w niniejszym zapytaniu oraz w ramach którego udzielane jest zamówienie. Zmiana terminu realizacji zlecenia wymaga zgody obu stron umowy.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego** wraz z dodatkowymi Załącznikami.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.



4. Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej i ilościowej opisanej w przedmiocie zamówienia.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. **Oferta powinna zawierać:**
 - a) pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 - b) posiadać datę wystawienia;
 - c) zawierać wartość zamówienia netto (cena powinna zawierać pełne koszty dostarczenia zamówienia);
 - d) powoływać się na numer zapytania ofertowego: **nr 1/2025/FEO/1.1.Prace B+R i infrastruktura w MŚP**;
 - e) załączniki.
7. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zapytań uzupełniających.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. ODRZUCENIE OFERTY:

1. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
 - a) treść jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę uprawnioną, w przypadku, gdy nie przedstawiono pełnomocnictwa dla tej osoby do podpisania oferty,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych lub uzupełnienia oferty zgodnie z informacją przedstawioną przez Zamawiającego,
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert odrębnie dla każdej **Części zamówienia I-IV**.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

1. Dysponują potencjałem technicznym, koniecznym do należytego wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i organizacyjne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OPOLSKIE

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia stanowiącego **Załącznik nr 2** do Zapytania ofertowego.

XII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Oferta, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów odrębnie dla każdej Części zamówienia I-IV:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

	Symbol	Kryterium oceny	Waga punktowa (0-100) pkt.
1	C	Wartość zamówienia netto (w PLN)	100

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Wartość zamówienia netto (w PLN) dla ofert złożonych w innych walutach zostanie zastosowany kurs NBP tej waluty z dnia następnego po terminie składania ofert – 100 pkt.,

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_n) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nieodrzuconych

C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium: wartość zamówienia netto,

XIV. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym **BURDA Sp. z o.o. Ul. Amerykańska 5, 47-143 Zimna Wódka, NIP: 6452537210**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu



Beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony **Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**.

1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym **nr 1/2025/FEO/1.1.Prace B+R i infrastruktura w MŚP** oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
2. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
3. Złożył ofertę po wskazanym terminie.

XV. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą: **60 dni** rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dotyczących:
 - a) spowodowanych między innymi epidemią, uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia (np. spowodowanych decyzją władz państwowych, samorządowych, służb sanitarnych, itp.) oraz w przypadku wystąpienia innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy z Wykonawcą.
 - b) zmiany terminu realizacji projektu;
 - c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
 - d) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania;



- e) wydłużenia okresu realizacji zamówienia, jeżeli strony dojdą do zgodnego wniosku, że jest to konieczne dla osiągnięcia celu zamówienia;
 - f) wprowadzenia zmian w przyjętych założeniach dotyczących przedmiotu zamówienia, na wniosek Wykonawcy uzasadniony względami merytorycznymi, technicznymi, funkcjonalnymi, wizualnymi i tylko za zgodą Zamawiającego;
 - g) w przypadku braku dostępności materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia lub wydłużony czas oczekiwania ze względu na sytuację rynkową będącą następstwem np. wojny, wystąpienia epidemii lub pandemii i wprowadzonymi w ich efekcie obostrzeniami lub sytuacją gospodarczo-polityczną;
 - h) jeśli się to okaże konieczne, ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - i) konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy o dofinansowanie;
 - j) zaistnienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
 - k) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
13. Zmiany w treści umowy muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony umowy.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>