

Załącznik nr 1
Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy:

.....
.....
.....

(Nazwa Wykonawcy, dane teleadresowe oraz NIP lub pieczęć firmowa z NIP)

Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty:

.....
.....

(Imię i nazwisko, funkcja)

Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy:

.....
.....

(Imię i nazwisko, telefon/mail)

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/ FEM_LAB_1_1_2025

Niniejszym składam ofertę na następujący przedmiot zamówienia:

REALIZACJA DOSTAW: MASZyny I URZĄDZENIA BADAWCZE

Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia na określonych poniżej warunkach:

1. Część I przedmiotu zamówienia – realizacja dostawy: Tester napełnienia opakowań nietransparentnych

Deklaracja realizacji dostawy <i>(tak lub nie)</i>	
Cena netto realizacji dostawy <i>(wartość i waluta)</i>	
Okres dodatkowej gwarancji (w miesiącach)	

2. Część II przedmiotu zamówienia – realizacja dostawy: Miernik stężenia alkoholu

Deklaracja realizacji dostawy <i>(tak lub nie)</i>	
--	--

Cena netto realizacji dostawy (<i>wartość i waluta</i>)	
Okres dodatkowej gwarancji (w miesiącach)	

3. Część III przedmiotu zamówienia – realizacja dostawy: Gęstościomierz

Deklaracja realizacji dostawy (<i>tak lub nie</i>)	
Cena netto realizacji dostawy (<i>wartość i waluta</i>)	
Okres dodatkowej gwarancji (w miesiącach)	

4. Część IV przedmiotu zamówienia – realizacja dostawy: Analizator ilościowy napojów w przepływie

Deklaracja realizacji dostawy (<i>tak lub nie</i>)	
Cena netto realizacji dostawy (<i>wartość i waluta</i>)	
Okres dodatkowej gwarancji (w miesiącach)	

5. Część V przedmiotu zamówienia – realizacja dostawy: Licznik kolonii bakterii

Deklaracja realizacji dostawy (<i>tak lub nie</i>)	
Cena netto realizacji dostawy (<i>wartość i waluta</i>)	
Okres dodatkowej gwarancji (w miesiącach)	

6. Część VI przedmiotu zamówienia – realizacja dostawy: Bioreaktory

Deklaracja realizacji dostawy (<i>tak lub nie</i>)	
Cena netto realizacji dostawy (<i>wartość i waluta</i>)	
Okres dodatkowej gwarancji (w miesiącach)	

Niniejszym oświadczam, iż tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są poniższe informacje zawarte w składanej ofercie:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Podpis osoby uprawnionej

.....
Miejscowość i data

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W imieniu

.....

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, iż:

- nie znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości,
- w przypadku udzielenia zamówienia zobowiążę się do zawarcia umowy oraz późniejszej realizacji dostaw w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia i akceptuję przedstawione warunki; nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

.....
Podpis osoby uprawnionej

.....
Miejscowość i data

Załącznik nr 3
Specyfikacja przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I przedmiotu zamówienia:

Tester napełnienia opakowań nietransparentnych:

Urządzenie fabrycznie nowe

Przenośne urządzenie wpinane do linii produkcyjnej (możliwość przyłączenia do podajników wymaga regulacji wysokości) zawierający automatyczny miernik prawidłowości napełnienia puszek w oparciu o ich wagę całkowitą. Urządzenie musi mieć możliwość współpracy z liniami rozlewniczymi do napełniania puszek o szybkości napełniania co najmniej w zakresie od 2 000 CPH do 3500 CPH. Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny system pomiaru wagi w oparciu o zaprogramowane parametry i odstawiania opakowań jednostkowych niespełniających zaprogramowanego parametru w celu dalszej weryfikacji.

Liczba sztuk - 1

Część II przedmiotu zamówienia:

Miernik stężenia alkoholu:

Urządzenie fabrycznie nowe

Przenośny miernik pomiaru stężenia alkoholu pozwalający na pomiar w zakresie od 0,00% do 100% obj. z dokładnością nie mniejszą niż co do 0,1% obj., przy powtarzalności 0,05% obj. oraz odtwarzalności 0,07% obj. Miernik musi być wyposażony w wielorazowe opakowanie umożliwiające jego przechowywanie, baterie oraz narzędzia niezbędne do jego użytkowania. Ponadto miernik musi posiadać możliwość transferu danych do komputera oraz zostać skalibrowany i zalegalizowany w Urzędzie Miar w Polsce.

Liczba sztuk - 1

Część III przedmiotu zamówienia:

Gęstościomierz:

Urządzenie fabrycznie nowe

Przenośny miernik gęstości pozwalający co najmniej na pomiar Brix i Plato w cieczach alkoholowych. Podstawowy zakres pomiaru musi się mieścić co najmniej w zakresie 0-3 g/cm³ z dokładnością co najmniej co do 0,001 g/cm³, przy powtarzalności 0,0005 g/cm³ i odtwarzalności 0,0007 g/cm³. Gęstościomierz musi być wyposażony w wielorazowe opakowanie umożliwiające jego przechowywanie, baterie oraz narzędzia niezbędne do jego użytkowania. Ponadto gęstościomierz musi posiadać możliwość transferu danych do komputera oraz zostać skalibrowany i zalegalizowany w Urzędzie Miar w Polsce.

Liczba sztuk – 1

Część IV przedmiotu zamówienia:

Analizator ilościowy napojów w przepływie:

Urządzenie fabrycznie nowe

Urządzenie certyfikowane (legalizacja pierwotna na masę i gęstość) umożliwiające kontrolowany pomiar w przepływie produktu/napoju w tempie minimum 20HL na godzinę. Urządzenie powinno zostać osadzone na rurociągu umożliwiającym podpięcie z obu stron przyłączy do przepływu produktu. Urządzenie musi być mobilne, tzn. zbudowane w sposób umożliwiający przemieszczanie go na terenie zakładu. Wszystkie elementy pracujące w styczności z produktem muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenie musi być wyposażone co najmniej w: czujnik pomiaru

o dokładności 0,10%, przetwornik, miernik przewodności, przetwornik ciśnienia, wziernik z osłoną, zawór zwrotny DN40, zawór przyłączeniowy DN32, zawór regulacyjny, szafę sterowniczą.

Liczba sztuk – 1

Część V przedmiotu zamówienia:

Licznik kolonii bakterii:

Urządzenie fabrycznie nowe

Mobilne urządzenie zawierające monitor drożdży i bakterii umożliwiające weryfikację w przepływie ilości żywych komórek w określonej jednostce przepompowanej cieczy. Urządzenie musi być wyposażone w przepływomierz, sterowanie za pomocą PLC oraz posiadać możliwość przyłączenia do zbiorników, pomiędzy którymi odbywać się będzie przepływ. Zakres pomiaru: od 0 do 100% żywych ciał stałych.

Liczba sztuk - 1

Część VI przedmiotu zamówienia:

Bioreaktory:

Urządzenie fabrycznie nowe

Bioreaktor nr 1: pojemność użytkowa minimum 500L, ciśnienie robocze poniżej 0,5 bar, ciśnienie próbne minimum 2 bar, wysokość całkowita nie więcej niż 2,2 metra. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, pionowy w kształcie walca ze stożkiem, chłodzony w całości wodą lub glikolem, izolowany, wewnątrz bioreaktora elektropolerowane. Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zawór czopowy z zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i podciśnieniowym, włącz w dennicy górnej ciśnieniowy z wziernikiem i oświetleniem, otwierany, gruszka myjąca rotacyjna, przyłącze CIP z zaworem klapowym DN32, przyłącza do napełniania i odbioru z zaworami klapowymi DN32, króciec pobierczy 5/8", króciec termometru, manometr tarczowy od 0 do minimum 2,5 bar, kamienie do napowietrzania, szafa sterownicza do regulacji temperatury i poziomu napowietrzania zawartości, osadzony na 4 nogach z regulowanymi stopami oraz uchwytem do transportu wózkiem paletowym.

Liczba sztuk - 1

Bioreaktor nr 2: pojemność użytkowa minimum 500L, ciśnienie robocze poniżej 0,5 bar, ciśnienie próbne minimum 2 bar, wysokość całkowita nie więcej niż 2,2 metra. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, pionowy w kształcie walca ze stożkiem, chłodzony w całości wodą lub glikolem, izolowany, wewnątrz bioreaktora polerowane do chropowatości 2B. Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zawór czopowy z zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i podciśnieniowym, włącz w dennicy górnej ciśnieniowy z wziernikiem i oświetleniem, otwierany, gruszka myjąca rotacyjna, przyłącze CIP z zaworem klapowym DN32, przyłącza do napełniania i odbioru z zaworami klapowymi DN32, króciec pobierczy 5/8", króciec termometru, manometr tarczowy od 0 do minimum 2,5 bar, kamienie do napowietrzania, osadzony na 4 nogach z uchwytem do transportu wózkiem paletowym.

Liczba sztuk - 1

Bioreaktor nr 3: pojemność użytkowa minimum 500L, ciśnienie robocze poniżej 0,5 bar, ciśnienie próbne minimum 2 bar, wysokość całkowita nie więcej niż 2,2 metra. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, pionowy w kształcie walca ze stożkiem, chłodzony w całości wodą lub glikolem, izolowany, wewnątrz bioreaktora polerowane do chropowatości 2B. Wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zawór czopowy z zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i podciśnieniowym, włącz w dennicy górnej ciśnieniowy z wziernikiem i oświetleniem, otwierany, gruszka myjąca rotacyjna, przyłącze CIP z zaworem klapowym DN32, przyłącza do napełniania i odbioru z zaworami klapowymi DN32, króciec pobierczy 5/8", króciec termometru, manometr tarczowy od 0



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

do minimum 2,5 bar, kamienie do napowietrzania, osadzony na 4 nogach z uchwytem do transportu wózkiem paletowym.

Liczba sztuk - 1

Łączna liczba sztuk – 3

W imieniu

.....

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, iż zapoznałem/łam się z powyżej opisaną specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia/części zamówienia, której dotyczy oferta, a zaoferowana przeze mnie oferta dostawy maszyn i urządzeń jest zgodna z wymaganą specyfikacją.

.....

Podpis osoby uprawnionej

.....

Miejscowość i data

Załącznik nr 4

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

OŚWIADCZENIE BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

W imieniu

.....

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że **nie posiadam** powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, w szczególności polegających na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych zamawiającego ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....

Podpis osoby uprawnionej

.....

Miejscowość i data