



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Łęczyca dn. 17.07.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE **na zakup unitów stomatologicznych (3 szt.)**

W związku z realizacją Projektu pn. „Cyfryzacja procesu wszczepiania innowacyjnych implantów podokostnowych” w ramach **projektu nr FELD.01.05-IP.02-0292/24, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.01 Fundusze europejskie dla innowacyjnego łódzkiego, Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP**, firma Technodent Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę unitów stomatologicznych (3 szt.)

1. Zamawiający i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

TECHNODENT Sp. z o.o.

ul. Jana Kilińskiego 4

99-100 Łęczyca

NIP: 5070100519

Osoby uprawnione do kontaktów:

Rafał Zieliński

e-mail: r.zielinski@integra-implants.com

Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV):

KOD CPV: 33126000-9

Nazwa kodu: Urządzenia stomatologiczne



Dostawa i montaż unitów stomatologicznych (3 szt.).

Elementy składowe oraz wymagane parametry każdego unitu:

3.1. **Fotel pacjenta**

- Ruch fotela sterowany siłownikami elektrycznymi
- Regulacja wysokości uniesienia fotela około 350mm – 830mm
- Anatomiczny w kształcie zagłówki regulowany pokrętkiem lub przyciskiem
- Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone podłokietniki lewy i prawy
- Miękka i elastyczna, bezszwowa tapicerka.
- Łatwa wymiana elementów tapicerki: siedziska, oparcia i zagłówka
- Ruch Trendelenburga – jednoczesny ruch siedziska i oparcia
- Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego.
- Opcjonalny prawy i lewy podłokietnik
- Krótka i wąska podstawa fotela, krótsza i węższa niż rzut poziomy siedziska fotela, umożliwia bliskie podejście do pacjenta w każdej pozycji pracy.
- Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta niezależnie od modelu pracy lekarza i asysty
- Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta
- Sterowanie fotela z trzech miejsc: sterownik nożny, panel asysty, stolik lekarza
- Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza
- Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela, sterowniku nożnym i pulpicie asysty
- Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu
- Automatyczna pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, dwie dowolne pozycje programowane
- Opcja odwrócenia zagłówka do tyłu, umożliwiającą przyjęcie pacjenta na wózek inwalidzkim.
- Min. 13 kolorów tapicerki do wyboru
- Opcja wyboru pomiędzy tapicerką miękką i twardą
- Najazdowy wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela
- Konstrukcja nośna fotela wykonana z metalu (siedzisko i oparcie), Napięcie zasilające 230 V / 50 Hz
- Oparcie fotela przygotowane do zainstalowania popiersia fantomowego na miejscu tapicerki.
- Dopuszczalna waga pacjenta 185 kg – pozwala leczyć pacjentów z nadwagą z zachowaniem pełnej funkcjonalności unitu.



3.2. **Stolik lekarza**

- Możliwość wyboru rodzaju prowadzenia rękawów: od góry, od dołu lub wersji cart
- Stolik zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym bardzo szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta”
- Długość rękawów instrumentów min. 90 cm
- Możliwość montażu 5 rękawów instrumentów
- Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela na wyświetlaczu LCD
- Ruchome wsporniki rękawów z możliwością blokady położenia w dwóch pozycjach
- Łatwy demontaż wsporników przez personel medyczny w celu dezynfekcji
- Zdejmowana, sterylizowana mata silikonowa w miejscu odkładania instrumentów na stoliku
- Rękawy instrumentów wyposażone w system antyretrakcyjny – zapobiegający zasysaniu wody do środka unitu.
- Regulacja naciągu sprężyn ramienia indywidualna dla każdego z instrumentów
- Bezpośrednie przyciski zmiany parametrów pracy:
 - zmiana kierunku obrotów mikrosilnika
 - włączanie/wyłączanie sprayu na końcówkach
 - spłukiwanie misy spluwaczki
 - napełnianie kubka
 - sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji: „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, min. 2 dowolnie programowalne
 - przyciski programowanych ustawień dla 2 użytkowników
 - przycisk programowania timera
- Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół
- Przycisk włączania/wyłączania przeglądarki zdjęć RTG
- Zintegrowany zawór antyretrakcyjny w instrumentach zapobiegający zassaniu skażonych materiałów
- Przedmuch powietrza w końcówkach (chip blower) w min. 3 aktywnych instrumentach, uruchamiany ze sterownika nożnego
- Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności
- Dwa uchwyty ze zdejmowanymi osłonkami w celu dezynfekcji/sterylizacji
- Możliwość montażu obrotowej tacy na narzędzia z dwoma metalowymi, wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie
- Wysokość stolika lekarza razem z wysięgnikami rękawów max 45 cm



3.3. **Stolik asysty**

- Stolik asysty na obrotowym ramieniu, z czterostopniową regulacją wysokości
- Min. 4 miejsca na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, instrument z napędem elektrycznym, dmuchawka
- Przyciski płynnego sterowania fotelem pacjenta i przywoływania ustawień predefiniowanych (pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, min. 2 dowolnie programowalne)
- Przyciski napełniania kubka i spłukiwania misy spluwaczki
- Przyciski automatycznych trybów higienicznych unitu
- Przycisk włączenia/wyłączenia lampy zabiegowej
- System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu
- Przycisk umożliwiający wywołanie programu płuczącego system ssący.
- System selektywny, aby tylko aktywny rękaw ssący pracował.

3.4. **Blok spluwaczki**

- Porcelanowa, obracana o min. 2600 misa spluwaczki
- Unit przystosowany do współpracy z suchym lub mokrym systemem ssącym oraz z możliwością zainstalowania ślinociągu wodnego.
- Misa spluwaczki zdejmowana w celu czyszczenia i termo dezynfekcji
- Spłukiwanie miski spluwaczki – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne
- Napełnianie kubka pacjenta – załączanie dostępne z pulpitu asysty i lekarza, wyłączanie automatyczne
- Zamknięty system wody destylowanej chłodzącej narzędzia
- Zamknięty system wody destylowanej do napełniania kubka pacjenta
- Możliwość wyłączania ssania za pomocą przycisku na stopie fotela
- Możliwość automatycznych trybów higienicznych unitu – opcja dodatkowa.
- HYDROclean – automatyczny program czyszczenia separatora amalgamatu, systemu ssącego i odprowadzającego zanieczyszczenia.

3.5. **Lampa zabiegowa systemu świetlnego w technologii LED**

- Natężenie światła min 40.000 lux
- Temperatura barwowa emitowanego światła regulowana 4000 K – 6000K
- Współczynnik oddawania barw min 93%
- Źródło światła co najmniej 20 diod o różnych kolorach
- Optymalna odległość od pola zabiegowego 0,7 m
- Możliwość sterylizacji uchwytów lampy



- Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu. Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo z możliwością oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego.
- Specjalny tryb do pracy z kompozytami
- Specjalny tryb pracy z urządzeniami laserowymi

3.6. **Wielofunkcyjny przełącznik nożny**

- Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilników elektrycznych, turbiny, skalera
- Możliwość wywołania automatycznej pozycji zerowej i pozycji spluwaczkowej .
- Sterowanie położeniem fotela pacjenta
- Włączenie/wyłączenie funkcji przedmuchu instrumentów (tzw. „chip blower”)
- Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika
- Sterowanie sprayem w końcówkach
- Wyłączenie ruchu fotela – tryb bezpieczeństwa
- Sterownik nożny wyposażony w antynajzdowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Możliwość sterowania położeniem fotela przy poniesionym instrumencie

3.7. **Rękaw mikrosilnika ze światłem**

- Ergonomiczny uchwyt dzięki elastycznie obracającemu się rękawowi.
- Mikrosilnik bezszczotkowy
- Waga maksymalna silnika 69 gram
- Długość maksymalna silnika 65 mm
- Zakres obrotów rzędu [l/min] 100 – 40 000
- Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo)
- Źródło światła LED min. 25 000 Lux
- Wewnętrzny system chłodzenia
- System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wewnątrz instrumentu
- Możliwość sterylizacji rękojeści w temp. 135 st. C

3.8. **Dmuchawka**

- 3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy bez konieczności odkręcania całej dmuchawki.
- Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza.
- Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska.



- Łatwa do zdemontowania przez asystę obudowa dmuchawki. Możliwość sterylizacji noska.

3.9. **Turbina**

- Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka).
- Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce.
- Ceramiczne łożyska rotoru.
- Czterodrożny spray.
- Moc ≥ 18 W.
- Głośność ≤ 62 dB
- Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”
- Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym
- Światłowód zapewniający nie mniej niż 25 000 lux w miejscu pracy

3.10. **Szybkozłączka**

- Montowana na rękaw
- Regulacja sprayu
- Dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy nie mniej niż 25 000 lux
- System zabezpieczający unit przed powrotem wody do rękawa

3.11. **Katnica**

- Przełożenie obrotów 1:1
- Wewnętrzny, dwukanałowy system chłodzenia
- Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”
- Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym
- Światłowód zapewniający nie mniej niż 25 000 lux w miejscu pracy

3.12. **Skaler piezoelektryczny**

- Trzy końcówki standardowe
- Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skalera ze sterownikiem nożnym

3.13. **Lama polimeryzacyjna**

- Mocowana na stoliku asysty
- Długość fali nie mniej niż 420 nm oraz nie więcej niż 480 nm
- Moc nie mniejsza niż 1000 mW/cm² i nie większa niż 1800 mW/cm²
- Nie mniej niż 2 tryby naświetlania



Obudowa wykonana z aluminium

3.14. **Krzesiśko lekarza**

- Anatomiczny kształt siedziska i oparcia
- Regulacja odchylenia oparcia
- Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 465– 660 mm
- Mięka, elastyczna, bezszwowa tapicerka
- Łatwe i szybkie zdejmowanie tapicerki w celu lepszej higieny lub wymiany
- Amortyzowane podwozie krzesiśka na pięcioramiennym krzyżaku z polerowanego aluminium.
- Mięka okładzina kółek zapobiegająca rysowaniu powierzchni

INNE wymagania:

- Minimalny wymagany okres gwarancji to 12 miesięcy.

We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń, technologii i nazw oprogramowania dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń, technologii i oprogramowania równoważnego, tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia, technologie, nazw oprogramowania użyte przez Zamawiającego służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi (równoważnymi) o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami i oprogramowaniem.

4. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający jest zainteresowany jak najszybszym terminem realizacji zamówienia. Nie później jednak niż do dnia **2025-10-31**.

5. Miejsce dostawy.

ul. Dostawcza 14
93-231 Łódź

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub



czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.1.2. Nie ogłoszono upadłości w stosunku do wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę do oferty i oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

7. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 2

8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków zamówienia:

8.1. Pełną ofertę handlową z opisem zastosowanych rozwiązań oraz opisem parametrów oferowanego sprzętu. Oferta w języku polskim zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.



8.2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wszystkich wymogów i akceptację warunków oraz oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.

8.3. Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym (wg załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

9. Termin i miejsce złożenia oferty.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28.07.2025 r.** za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności w terminie określonym w niniejszym punkcie.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym - w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumentacja powinna zawierać co wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu. Należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (obligatoryjne) pola formularza. Pozostawienie pustych/niewypełnionych obligatoryjnych pól w formularzu ofertowym może skutkować odrzuceniem oferty.

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres min. 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Otwarcie ofert.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.



12. Płatności

W ramach umowy przewidziano płatność zaliczkową w maksymalnej wysokości 30% po zawarciu umowy i 60% przed wysłaniem gotowego zamówienia.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.	Rodzaj Kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	Cena	od 0 do 70	Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70.
2	Okres gwarancji w miesiącach	Od 0 do 20	Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do oferty z najdłuższym okresem gwarancji mnożony przez 20. <i>W przypadku, gdy oferent wskaże termin gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, zamawiający na potrzeby obliczenia niniejszej punktacji przyjmie, że okres gwarancji wynosi 72 miesiące.</i>
3	Termin realizacji liczony w miesiącach, krótszy od maksymalnego wymaganego (2025-10-31)	Od 0 do 10	Stosunek najkrótszego terminu realizacji do terminu realizacji badanej oferty mnożony przez 10.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria. Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena netto wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień oceny ofert. Cena oferty powinna



zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie.

14. Informacje dotyczące najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty.

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Oferentem, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia lub terminu jego wykonania;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację umowy.

16. Pozostałe informacje.

- Do podpisania umowy zostanie wybrany oferent, którego oferta zgromadzi największą liczbę punktów.
- TECHNODENT Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- Zamawiający wymaga zachowania poufności co do zakresu projektu, jego przebiegu oraz rezultatów projektu.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:
 - poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,
 - poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
 - wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.
- W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów mailowo do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert.



- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
- Zamawiający ma prawo w uzasadnionych przypadkach do anulowania całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

17.Ochrona danych osobowych:

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest TECHNODENT Sp. z o.o. Sp. z o.o.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

18. Załączniki:

- 18.1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
- 18.2. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym.