

Spis treści

Tytuł zamówienia:	2
Miejsce i sposób składania ofert	2
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:	2
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia	2
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia	2
Skrócony opis przedmiotu zamówienia	3
Opis przedmiotu zamówienia	3
Cel zamówienia	3
Przedmiot zamówienia	3
Wymogi funkcjonalne i parametry techniczne	3
Harmonogram realizacji zamówienia	5
Warunki udziału w postępowaniu	5
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności	5
Wiedza i doświadczenie	5
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	5
Dodatkowe warunki	6
Ocena oferty	7
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji	7
Wykluczenia	8



Tytuł zamówienia:

Dostawa komory laminarnej do bezpiecznej pracy mikrobiologicznej ZSL/1/2021

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty lub kuriera na adres Zamawiającego:
Voxel S.A., ul. **Wielicka 265, 30-663** Kraków

lub wysłać elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail:

a.kubica-misztal@voxel.pl

wpisując w tytule maila: Oferta dotycząca zamówienia ZSL/1/2021

Oferty należy złożyć do dnia **19 KWIETNIA 2021.**

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.

W przypadku nie potwierdzenia otrzymania ofert w ciągu jednego dnia roboczego prosimy o kontakt telefoniczny (istnieje możliwość, że wiadomość zostanie zatrzymana przez systemy antyspamowe). Zamawiający zawsze informuje Oferenta o wpływie oferty.

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy sporządzić wg. wzoru formularza ofertowego znajdującego się w załącznik nr 1 lub złożyć ofertę przez portal Baza Konkurencyjności. **Złożenie oferty przez Bazę Konkurencyjności jest równoważne ze złożeniem oferty drogą mailową. Oferent przysyłając ofertę przez Bazę Konkurencyjności potwierdza spełnienie niżej wymienionej specyfikacji.**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.

Termin związania ofertą: 90 dni

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:

a.kubica-misztal@voxel.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Kubica-Misztal

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 866 488



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Spółka VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielickiej 265, 30-663 KRAKÓW, podjęła działania zmierzające do zakupu środków trwałych w ramach realizacji projektu p.n. „Rozbudowa działu B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi radiofarmaceutykami”.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie sprzętów laboratoryjnych w ramach projektu o numerze RPMP.01.02.02-12-0135/19 p.n. „Rozbudowa działu B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi radiofarmaceutykami”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”.

W ramach zamówienia planowany jest zakup nowego środka trwałego – komory laminarnej do bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.

Przedmiot zamówienia

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ ZAMAWIAJĄCY ZMIANIA PARAMETRY KOMORY W ZAKRESIE:

27. szerokość wewnętrzna komory minimum 850 mm, szerokość zewnętrzna komory maksimum 1000 mm

Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego w postaci:

komory laminarnej do bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.

Wymogi funkcjonalne i parametry techniczne

Przedmiotem zamówienia jest komory laminarnej do bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.

SPECYFIKACJA DLA KOMORY LAMINARNEJ

1. komora laminarna przeznaczona do wykonywania analiz mikrobiologicznych, przede wszystkim badania czystości mikrobiologicznej produktów gotowych, produktów luzem, materiałów wyjściowych i surowców
2. komora przeznaczona do pracy w warunkach aseptycznych, zapewnienie klasy czystości A wg GMP we wnętrzu komory, komora laminarna będzie znajdowała się w pomieszczeniu o klasie czystości D wg GMP, w komorze będzie umieszczona pompa do filtracji
3. komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (zgodnie z normą EN-12469:2000)



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





4. komora wyposażona w filtry HEPA H14 skonstruowane zgodnie z wymaganiami normy EN 1822 o skuteczności minimum 99,995% dla cząstek o rozmiarach $\geq 0,3 \mu\text{m}$
5. pionowy, laminarny strumień powietrza, robocza prędkość przepływu powietrza w zakresie od 0,36 do 0,54 m/s
6. poziom emitowanego hałasu nie wyższy niż 60 dBA
7. wymiana filtrów, kalibracja oraz wszystkie czynności konserwacyjne możliwe do wykonania od frontu urządzenia, bez konieczności jego przemieszczania
8. szyba frontowa ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego, nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. **Zamawiający dopuszcza komorę z szybą przesuwaną ręcznie/manualnie lub elektrycznie.**
9. system alarmowy ostrzegający użytkownika, w sytuacji gdy przepływ powietrza nie jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz gdy okno frontowe jest na niewłaściwej wysokości
10. laminar odporny na środki powierzchniowo czynne oraz etanol/izopropanol w wysokim stężeniu
11. wnętrze obszaru roboczego wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej, wyoblone w narożnikach, strefa robocza bez połączeń spawanych, boczne ściany szklane lub wykonane ze stali nierdzewnej
12. konstrukcja kanału wentylacyjnego umożliwia zamontowanie filtra wstępnego
13. podłączenie mediów – minimum po 1 sztuce na stronę w części ścian bocznych
14. możliwość regulacji balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. **Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie z automatyczną korektą przepływu powietrza.**
15. zasilanie 230V/50 Hz
16. panel sterowania ze wskaźnikiem prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów oraz lampy UV. **Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z panelem sterowania, który nie posiada opcji wyświetlania informacji o temperaturze.**
17. oświetlenie obszaru pracy z energooszczędnymi lampami typu LED lub fluorescencyjnymi
18. zewnętrzne elementy komory malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną. **Zamawiający dopuszcza urządzenie malowane metodą proszkowo-piecową bez właściwości antybakteryjnych jeżeli urządzenie spełnia normy związane z czystością A wg GMP, jako komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnego z normą EN-12469:2000.**
19. funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów. **Zamawiający wyraża zgodę złożenia oferty na komorę laminarną bez funkcji ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatora.**
20. funkcja szybkiej gotowości komory do pracy poprzez automatycznie uruchomienie wentylatora i oświetlenia przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej
21. wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera
22. lampa UV z licznikiem i programatorem czasu
23. 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na bocznych ścianach w obszarze roboczym



24. podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej. **Zamawiający wyraża zgodę na komorę z 2 podłokietnikami, które można umieścić w dowolnym miejscu blatu roboczego.**
25. oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
26. gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy/instalacji
27. ZMIANA: **szerokość wewnętrzna komory minimum 850 mm, szerokość zewnętrzna komory maksimum 1000 mm**
28. wysokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 650 mm
29. głębokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 560 mm, głębokość zewnętrzna komory maksimum 850 mm
30. komora umieszczona na statywie na nóżkach lub kółkach

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania. Jeżeli oferent proponuje równoważne rozwiązanie, to należy wskazać, którego punktu specyfikacji dotyczy oraz w jaki sposób jest zapewniona równoważność.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 60 dni od zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Dostawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w montażu komór laminarnych w warunkach GMP.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent oświadcza, że znajduje się w sytuacji, pozwalającej na prawidłową realizację zamówienie.



KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 679 285 46 42 • REGON: 120067787 • Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł



Rzeczpospolita
Polska



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Dodatkowe warunki

1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie stosownej adnotacji w treści składanej oferty;
2. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny oferty;
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę;
4. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej oferty;
6. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się z terenem przyszłych prac, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Wizja lokalna odbędzie się w dniach 19.02.2021 o godz. 12.00 oraz 26.02.2021 o godz. 12.00. Wykonawca zainteresowany uczestnictwem w wizji lokalnej zobowiązany jest powiadomić o tym drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-mail na adres a.kubica-misztal@voxel.pl. Zamawiający dopuszcza ustalenie innego terminu.

W przypadku nie potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail w ciągu jednego dnia roboczego prosimy o kontakt telefoniczny (istnieje możliwość, że wiadomość zostanie zatrzymana przez systemy antyspamowe).

8. Istnieje możliwość uzyskania dokumentacji fotograficznej po podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 2_ZSL 1_2021 – Zobowiązanie zachowania poufności.



Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

1. Cena – 85 pkt.
2. Gwarancja – 10 pkt
3. Termin realizacji – 5 pkt

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie wszystkich w/w kryteriów wynosi 100.

1) Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
 $C = (C_{min}/C_o) \times 85$

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,

C_{min} – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C_o - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „cena”, wynosi 85.

2) Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja” (GW) dla całości zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:

36 miesięcy i więcej – 10 pkt

od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 5 pkt

od 12 miesięcy do 23 miesięcy – 0 pkt

Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Minimalny termin gwarancji to 12 miesięcy.

Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „gwarancja”, wynosi 10.

3) Punkty przyznawane za kryterium „termin realizacji” (TR) dla całości zamówienia będą przyznawane jak poniżej:

do 20 dni – 5 pkt

powyżej 20 dni do 40 dni - 2 pkt

powyżej 40 dni do 60 dni – 0 pkt



Termin realizacji należy podać w dniach.

Czas realizacji nie może przekroczyć 60 dni od zawarcia umowy.

Zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium „termin realizacji”, wynosi 5.

4) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów z uwzględnieniem wag każdego kryterium i wyliczona wg wzoru:

$$O = C + GW + TR$$

gdzie:

O - oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „cena”

GW – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „gwarancja”

TR – – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „termin realizacji”

Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia przez ofertę: 100. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z firmą VOXEL S.A. (wnioskodawcą w ramach RPO WSL) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.