

Poznań, dnia 15 marca 2021 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/WRPO/2021
na dostawę aparatu USG do badań ogólnych**

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na kolejne pytania do zapytania ofertowego nr 2/WRPO/2021 na dostawę aparatu USG do badań ogólnych:

I. Odpowiedzi na pytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w dn. 11 marca 2021 r.

PYTANIE 1

Opis techniczno-jakościowy – poz. I, pyt. 9

Czy Zamawiający ściśle wymaga, aby dynamika aparatu wynosiła powyżej 320 dB? Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego dynamika wynosi 290 dB?

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 2

Opis techniczno-jakościowy – poz. I, pyt. 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z częstotliwością odświeżania obrazu w trybie 2D wynoszącą 1200 obrazów na sekundę?

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 3

Opis techniczno-jakościowy – poz. I, pyt. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości wyłączenia funkcji bramki kolorowego Dopplera na obrazach zapisanych w pamięci aparatu?

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 4

Opis techniczno-jakościowy – poz. IV, pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w głowice liniową, której szerokość pola skanowania wynosi 38mm?

ODPOWIEDŹ : NIE



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





PYTANIE 5

Opis techniczno-jakościowy

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową do badań narządów płytka położonych zbudowaną z 192 elementów?

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 6

Opis techniczno-jakościowy – poz. V, pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę microconvex o kącie skanowania 100 stopni?

ODPOWIEDŹ : NIE

II. Odpowiedzi na pytania złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej w dn. 15 marca 2021 r.

PYTANIE 1

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 1, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z klawiaturą alfanumeryczną na panelu dotykowym, bez klawiatury wysuwanej z obudowy panelu sterowania?

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 2

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 2, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z głowicą convex wykonaną w technologii spolaryzowanych kryształów (Pure Wave), z funkcją dopplera pulsacyjnego pracującego w zakresie 2 – 2.5 MHz? Obrazowanie w paśmie częstotliwości jest korzystniejsze, niż w poszczególnych wartościach MHz.

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 3

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 2, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z głowicą liniową do badań naczyniowych, z funkcją dopplera pulsacyjnego pracującego w zakresie 3.6 – 4.4 MHz? Obrazowanie w paśmie częstotliwości jest korzystniejsze, niż w poszczególnych wartościach MHz.

ODPOWIEDŹ : NIE



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





PYTANIE 4

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 4, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z głowicą liniową do badań płytko położonych narządów, wykonaną w technologii spolaryzowanych kryształów (Pure Wave), z funkcją dopplera pulsacyjnego pracującego w zakresie 5 – 6.7 MHz?

Obrazowanie w paśmie częstotliwości jest korzystniejsze, niż w poszczególnych wartościach MHz.

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 5

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 5, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z szerokopasmową głowicą mikroconvex o zakresie częstotliwości od 5 do 8 MHz?

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 6

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 5, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z szerokopasmową głowicą mikroconvex o kącie skanowania wynoszącym 122 stopnie?

ODPOWIEDŹ : TAK

PYTANIE 7

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 5, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z szerokopasmową głowicą mikroconvex bez obrazowania harmonicznego?

ODPOWIEDŹ : NIE

PYTANIE 8

Dotyczy: zał. nr 3, Specyfikacja i wymagania, poz. 5, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, renomowanego producenta z szerokopasmową głowicą mikroconvex z jedną częstotliwością dla dopplera pulsacyjnego?

ODPOWIEDŹ : NIE

Mirona Węgierek
Prezes Zarządu PRO SPA Sp. z o.o.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPÓLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

