

From: Paulina Kończak [mailto:paulina.konczak@phuproma.com.pl]
Sent: Wednesday, May 19, 2021 9:00 AM
To: Marcin Kowalski; aglinka@alchem.com.pl
Subject: Re: FW: Pytanie do zapytania ofertowego nr 10 Evaporator

Dzień dobry,

Oczywiście dopuszczamy blok o średnicy otworów 17,2 mm, ponieważ nie mamy jeszcze zakupionych naczyń szklanych do odparowywania. Dlatego też po przetargu będziemy dobierać szkło do aparatu.

Pozdrawiam,

Paulina Kończak

Dnia 18 maj 2021 o 21:32 Marcin Kowalski <marcin.kowalski@phuproma.com.pl> napisał(a):

From: Agnieszka Glinka [mailto:aglinka@alchem.com.pl]
Sent: Tuesday, May 18, 2021 6:01 PM
To: marcin.kowalski@phuproma.com.pl
Cc: wielkopolska@alchem.com.pl
Subject: Pytanie do zapytania ofertowego nr 10 Evaporator

Dzień dobry,

Pytanie do zapytania ofertowego nr 10 Evaporator:

Czy zamawiający dopuści blok o średnicy 17,2mm na naczynia szklane 16,6mm?

Z poważaniem,

Agnieszka Glinka

Agnieszka Glinka

Doradca ds.techniczno-handlowych
T: 603 921 988 M: aglinka@alchem.com.pl

Alchem Grupa Sp. z o.o.
Region Wielkopolski
ul. Długa 19, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
T: 62 736 80 81
F: 62 735 11 00
M:
wielkopolska@alchem.com.pl

NIP: 527-23-55-435
NIP UE: PL5272355435
Regon: 017381150
ING Bank Śląski S.A. o/
Toruń
28 1050 1139 1000 0023
1134 1206

KRS: 0000049251

Sąd Rejonowy w
Toruniu,
VII Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
Kapitał zakładowy
680.000 PLN

www.alchem.com.pl

www.katalogalchem.pl

www.biotectum.pl

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał/a/ejś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiegokolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.

Pozdrawiam,

Paulina Kończak

PHU PROMA

Wielatowo 6B

77-400 Złotów

tel.608 722 356