Białystok, dnia 10.11.2026 r.

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 09.11.2026 r. Dokonana zostaje również zmiana treści zapytania ofertowego, formularza ofertowego oraz wzoru umowy. Zamawiający zamieszcza aktualny formularz ofertowy oraz wzór umowy na stronie prowadzonego postępowania w bazie Konkurencyjności.

Pytanie numer 1

1. Dotyczy: Załącznik nr 2 - Szczegółowy formularz cenowy – pozycja 6 - zestawu do ilościowego oznaczania białka GFAP
Materiał badany – w opisie wskazano „surowica, osocze, ślina oraz inne płyny biologiczne”. Producent (Cloud-Clone Corp., nr kat. SEA068Hu) nie wymienia śliny wśród materiałów badanych, deklarując: surowica, osocze, homogenaty tkankowe, lizaty komórkowe, supernatanty hodowlane i inne płyny biologiczne. Czy Zamawiający dopuszcza zestaw, dla którego ślina mieści się w deklaracji „inne płyny biologiczne”? Prosimy o ewentualną zmianę zapisu na: „surowica, osocze oraz inne płyny biologiczne”.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zestaw, w którym ślina jest ujęta jako inne płyny biologiczne.

Pytanie numer 2

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Szczegółowy formularz cenowy – pozycja 6 - zestawu do ilościowego oznaczania białka GFAP
Współczynnik zmienności: w opisie wskazano „CV nie większy niż 10%”. Producent deklaruje CV <10% dla powtarzalności wewnątrz oznaczenia (intra-assay) oraz <12% dla powtarzalności między oznaczeniami (inter-assay). Prosimy o wskazanie, czy wymóg dotyczy wyłącznie intra-assay, czy też należy go zmienić na <12% dla inter-assay? Uprzejmie proszę o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zestaw, w którym CV <10% jest dla powtarzalności wewnątrz oznaczenia (intra-assay) oraz <12% dla powtarzalności między oznaczeniami (inter-assay).

Pytanie numer 3

Dotyczy: Wzór umowy – Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – § 2 ust. 4
Prosimy o wskazanie, co Zamawiający rozumie przez „świadectwa kontroli". Czy chodzi o certyfikat analizy (CoA, Certificate of Analysis) lub raport kontroli jakości dla dostarczonej partii produktu? Jeżeli Zamawiający ma na myśli inny dokument, prosimy o jego wskazanie.
Producent odczynników (Cloud-Clone Corp.) nie publikuje kart charakterystyki ani certyfikatów analizy w sposób ogólnodostępny na swojej stronie internetowej. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu poprzez przekazywanie tych dokumentów, o ile są wystawiane dla danego produktu, drogą e-mailową na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, bez konieczności ich stałego udostępniania na stronie internetowej Wykonawcy. Uprzejmie prosimy o odpowiedź oraz, w razie potrzeby, o odpowiednią modyfikację wzoru umowy.

Odpowiedź

Przez „świadectwo kontroli" Zamawiający rozumie raport kontroli jakości dostarczonej partii produktu oraz kartę charakterystyki dostarczoną wraz z produktem.

Pytanie numer 4

Dotyczy: Wzór umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - § 4. Ust. 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy z 14 do 30 dni od daty podpisania umowy.
Odczynniki będące przedmiotem zamówienia pochodzą od producenta zagranicznego i są importowane.

Ich dostawa wymaga zamówienia u producenta, transportu międzynarodowego z zachowaniem warunków przechowywania oraz odprawy celnej, co w praktyce nie pozwala na realizację w terminie 14 dni. Termin 30 dni pozwoli na rzetelne i bezpieczne wykonanie zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W związku z tym odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do zapytania ofertowego, Załącznika nr 1 – Formularza ofertowego oraz Załącznika nr 3 – Wzoru umowy.

Sekcja IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 1. Zapytania ofertowego *otrzymuje brzmienie:*

1. Termin wykonania zamówienia: ***do 30 dni od daty podpisania umowy.***

Z uwagi na pytania oraz zmiany w dokumentach zamówienia, termin złożenia ofert zostaje zmieniony na dzień **18.11.2026 r. na godz. 09:00.**