Sulejów, 5.11.2026 r. (aktualizacja z dn. 13.11.2026 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FELD.06.03/2026/2

na zakup aparatu USG

W związku z realizacją przez SUL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu pn.: „Poprawa dostępności do diagnostyki medycznej – zakup aparatu USG, RTG i adaptacja pomieszczeń w SUL-MED w Sulejowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027; Priorytet: FELD.06. Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom; Działanie FELD.06.03. Infrastruktura zdrowotna, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniższy przedmiot zamówienia:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SUL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. Piotrkowska 26/30
97-330 Sulejów
NIP: 7712925347
REGON: 525300891

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia wraz ze specjalistycznym instruktażem w jego obsłudze
2. Nazwa zamówienia: Aparat USG
3. Kody CPV:
   - 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne
   - 33112000-8 Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
   - 33100000-1 Urządzenia medyczne
4. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia:

   Aparat USG – urządzenie nowe, 1 szt.

   Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia wraz ze specjalistycznym instruktażem w jego obsłudze.

   Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe określa poniższa tabela:

Parametry techniczne:	
1.	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2026
2.	System operacyjny aparatu USG kompatybilny z Windows 11
3.	Interfejs aparatu dostępny w językach minimum: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim
4.	Zakres częstotliwości pracy aparatu: min. 2 – 22 MHz
5.	Technologia cyfrowa
6.	Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf poniżej 35dB

7.	Masa własna aparatu max 120 kg
8.	14-bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formowania wiązki ultradźwiękowej, 8 wiązek jednocześnie. Liczba fizycznych kanałów TX/RX ≥ 128 Liczba kanałów cyfrowych ≥ 22 000 000
9.	Procesor wielordzeniowy o wydajności nie niższej niż odpowiadająca procesorom klasy zapewniającej taktowanie w zakresie 2,5–4 GHz, Pamięć RAM ≥ 32 GB DDR5 Dedykowana karta graficzna zapewniająca wydajność obliczeniową i graficzną niezbędną do prawidłowego działania oprogramowania aparatu
10.	Aparat wyposażony w minimum 2 równoważne gniazda HDMI o rozdzielczości ≥ 1920x1080px dostępne dla użytkownika
11.	Aparat wyposażony w ≥ 4 porty USB (min 2 w technologii 3.0 z czego jeden typu C), minimum 2 umiejscowione w pulpicie aparatu
12.	Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min. 18cm i obrót 60° (lewo/prawo min. 30°)
13.	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi wysuwana spod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej
14.	Dynamika systemu min 360 dB
15.	Min. 4 aktywne porty głowic w standardzie: Aparat wyposażony w min. 4 jednakowe niezależne gniazda do podłączenia różnego typu sond obrazowych z możliwością rozbudowy o piąte gniazdo dla głowic CW
16.	Monitor LCD LED lub OLED, wielkość ekranu min. 23 cale, równoważny lub lepszy.
17.	Panel dotykowy, wykonany w technologii pojemnościowej, o przekątnej ≥ 14” z rozdzielczością minimum 1920 x 1080px i możliwością personalizacji wyświetlanego menu (układ kafelków, układ kart, układ stron, kolor motywu)
18.	Cyfrowe, ≥ 9 strefowe sterowanie kompensacją wzmocnienia sygnału ultradźwiękowego w czasie oraz ≥ 9 strefowa horyzontalna kompensacja wzmocnienia sygnału. Ustawienie dostępne z poziomu panelu dotykowego z możliwością zapamiętywania ≥ 5 ustawień.
19.	Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD NVME na system i bazę danych o pojemności ≥ 512GB z możliwością rozbudowy do pojemności 1 i 2TB.
20.	Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np. print/send/save) pod jednym z dwóch wybranych klawiszy funkcyjnych z możliwością wybrania docelowej drukarki oraz docelowego miejsca wysyłki - możliwe do skonfigurowania inne parametry dla każdego z przycisków (np. dwie różne drukarki)
21.	Możliwość skonfigurowania min. jednego przycisku do automatycznego wysłania w czasie rzeczywistym wykonanego zdjęcia lub filmu na dysk sieciowy lub komputer.
22.	Funkcja tworzenia kont użytkowników z możliwością przydzielania im uprawnień w zależności od potrzeb. Możliwość personalizacji ustawień aparatu, ustawień głowic, ustawienia setup’u, skrótów klawiszowych, ustawień podłączonych drukarek, personalizacji pulpitu ekranu dotykowego indywidualnie dla każdego użytkownika w ramach utworzonych kont użytkowników. Funkcja posiada możliwość szybkiego przełączania kont użytkowników bez konieczności każdorazowego wprowadzania loginu i hasła użytkownika.
23.	Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. jamy brzusznej) kolejnych półpresetów (ustawień) dla obrazu 2D na konkretne struktury anatomiczne: nerka, trzustka, jelita, penetracja, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu.
24.	Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. Badanie brzuszne) kolejnych półpresetów (ustawień) dla trybów Dopplerowskich (Color Doppler, Power Doppler, PW) np: przepływy nerkowe, aorta, artefakt migotania złogu, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu.

Parametry obrazowania oraz funkcje podstawowe:	
25.	Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu diagnostycznego na cały ekran dla trybów 2D, PD oraz CD tak, aby obraz ten wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu. Możliwość wykonywania pomiarów przy uruchomionej opcji powiększenia obrazu
26.	Tryby obrazowania – co najmniej: - 2D - 3D lub 4D - M-Mode z min. 2 linii - M-Mode Anatomiczny - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler kolorowy
27.	Oprogramowanie podnoszące jakość oraz kontrastowość obrazu, poprawiające widoczność drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia
28.	Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne spektrum częstotliwości pracy przetwornika ultradźwiękowego. Jednoczesna emisja i odbieranie sygnałów o niskiej, średniej i wysokiej częstotliwości poprawiająca wizualizację zacienionych struktur. Funkcja może być włączana i wyłączana za pomocą jednego przycisku. Rozwiązanie, podobne do technologii HDR w aparatach fotograficznych, pozwalające na lepsze zobrazowanie zacienionych obszarów.
29.	Funkcja bazująca na zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu, poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej w czasie rzeczywistym dla precyzyjnego określenia położenia igły w przestrzeni podczas procedury wkłucia.
30.	Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami, z możliwością dostosowania skali do przedmiotu badania
31.	Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] co najmniej 0,5 – 25
32.	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie ≥ +/-80°
33.	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej ≥ +/-85°
34.	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej ≥ +/-30°
35.	Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta ≥ +/- 12m/s
36.	Prędkość odświeżania dla CD ≥ 680 klatek/sek.
37.	Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D ≥ 4800 Hz
38.	Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach
39.	Regulowana prędkość przesuwu M-Mode
40.	Rozmiar pamięci dynamicznej Cine dla trybu 2D ≥ 1GB oraz ≥ 3,5GB dla trybu CEUS lub rozwiązanie zapewniające równoważną lub większą funkcjonalność
41.	Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie co najmniej od 2 cm do 55 cm
42.	Możliwość swobodnej (min 10 krokowej) regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom.
43.	Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku.

44.	Obrazowanie typu „Compound". Ultradźwięki wysyłane pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min. 7 kątów i 6 ustawień
45.	Oprogramowanie wraz z pomiarami do badań min: - brzusznych - ginekologicznych - mięśniowo szkieletowych - położniczych - pediatrycznych - małych narządów w tym piersi - transkranialnych - urologicznych - naczyniowych - kardiologicznych Wszystkie wymienione typy badań dostępne bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
46.	Wykonawca zapewnia w ramach Przedmiotu zamówienia licencje, o ile będą potrzebne do przesyłania danych z aparatu do systemów Zamawiającego.
47.	Wyświetlane wyniki pomiarów z możliwością swobodnego ich przenoszenia na ekranie oraz dostosowania rozmiaru wielkości czcionki.
48.	Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej
49.	Niezależne okno lupy pomiarowej: system umożliwia równoległe wyświetlanie powiększonego obszaru kursora w osobnym widoku. Użytkownik może samodzielnie zdefiniować pozycję okna lupy na ekranie.
50.	Instrukcja obsługi z wyszukiwarką fraz dostępna po wciśnięciu przycisku na klawiaturze. Instrukcja w językach minimum: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim. Dodatkowo w aparacie jest dostępna niezależna, multimedialna instrukcja z grafikami oraz filmami instruktażowymi.
Parametry archiwizacji:	
51.	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów
52.	Videoprinter cyfrowy czarno biały do zdjęć i raportów w formacie A6 wraz z fabrycznym systemem montażowym trwale mocującym go do aparatu
53.	Możliwość podłączenia dowolnej drukarki formatu A4, wspieranej przez system operacyjny
54.	Dane obrazowe zapisane na dysku aparatu przechowywane w formie danych surowych pozwalających na dokonywanie zmian takich jak: dostosowanie wzmocnienia obrazu 2D oraz spektrum dopplera, zmiana położenia linii bazowej, korekcja kąta na obrazach zapisanych w archiwum.
55.	Możliwość automatycznego zanonimizowania badań w momencie dokonywania archiwizacji na zewnętrzne nośniki
56.	Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. Wsparcie dla kodowania znaków co najmniej: ISO_IR 192 (pełne wsparcie dla polskich znaków) ISO_IR 100
57.	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu pamięć przenośna USB
58.	Wsparcie dla formatów druku 3D: STL, OBJ, PLY, 3MF, XY
59.	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 1Gb/s do eksportu badań oraz komunikacji z systemami takimi jak RIS/PACS
60.	Możliwość wysyłania zdjęć, filmów oraz raportów z badań bezpośrednio na dysk sieciowy lub komputer za pomocą jednego przycisku.
61.	Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań

Funkcje dodatkowe:	
62.	Funkcja nadająca płaskiemu obrazowi przepływu krwi wygląd trójwymiarowy, pomagająca szybko i intuicyjnie zrozumieć struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w badanym miejscu.
63.	Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna minimum na głowicach convex oraz liniowej
64.	Oprogramowanie do wyliczania procentu unaczynienia w zaznaczonym obszarze obrazu (obszar możliwy do kalkulacji min. 50cm2)
65.	Funkcja pozwalającą na wykonanie szerokokątnego skanu (obrazowania panoramicznego) przy użyciu co najmniej głowic konweksowej i liniowej, z możliwością dokonywania pomiarów na uzyskanych obrazach (minimalna długość skanu 150cm)
66.	Zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej identyfikacji i śledzenia w czasie rzeczywistym kluczowych struktur anatomicznych, takich jak nerwy, kości, mięśnie i naczynia krwionośne. System zapewnia wizualizację każdej struktury za pomocą unikalnego koloru, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację obrazów medycznych.
67.	Pomiary Z-score pediatrii
68.	Automatyczne pomiary min BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM, CRL, VP
69.	Oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E', A', S'.
70.	Inteligentny asystent badania tarczycy (AI): Wbudowany, działający lokalnie program, (bez konieczności dostępu do sieci internetowej), który automatycznie obrysowuje zmiany w tarczycy, zapewniając możliwość ręcznej edycji. System sam mierzy wielkość zmiany i głębokość jej położenia oraz ocenia ją (Minimum 3 metody klasyfikacji zmian: K-TIRADS, ACR TI-RADS, EU-TIRADS) i przygotowuje gotowy raport ze zdjęciem oraz opisem cech nowotworowych.
71.	Oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate.
72.	Funkcja AI do automatycznego wykrywania i śledzenia zmian w piersiach w czasie rzeczywistym.
Oferowane głowice:	
73.	Głowica Liniowa, naczyniowa, wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa: Zakres częstotliwości pracy 2-12 MHz Liczba elementów min. 190 Pole skanowania 44 mm (+/- 2%) Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
74.	Głowica Liniowa, do badań tkanek miękkich, wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa: Zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz Liczba elementów min. 250 Pole skanowania 50 mm (+/- 2%) Obrazowanie harmoniczne Możliwość pracy z przystawką biopsyjną

	Możliwość pracy z elastografią typu SWE
75.	Głowica Convex, do badań brzusznych, wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa: Zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz Liczba elementów min. 190 Kąt skanowania min. 100 stopni Promień krzywizny max 57mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość pracy z przystawką biopsyjną Możliwość pracy z elastografią typu SWE
76.	Głowica sektorowa, do badań kardiologicznych, przezklatkowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz Liczba elementów min. 80 Kąt skanowania min. 90 stopni
Możliwości rozbudowy:	
77.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby na podstawie analizy tłumienia i rozproszenia wstecznych fal ultradźwiękowych.
78.	Możliwość rozbudowy o moduł elastografii akustycznej umożliwiający ilościową ocenę sztywności tkanek poprzez analizę prędkości fal poprzecznych. System oferuje możliwość dostosowania obszaru badania oraz prezentuje wyniki w postaci kolorowej mapy elastyczności oraz wskaźnika wiarygodności pomiaru w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie. Moduł jest kompatybilny z głowicami konweksowymi oraz liniowymi.
79.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego kliknięcia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG.
80.	Możliwość rozbudowy o inteligentny asystent badania piersi (AI): Wbudowany program, który automatycznie obrysowuje zmiany w piersiach bez użycia internetu, zapewniając możliwość ręcznej edycji. System sam mierzy wielkość zmiany i głębokość jej położenia oraz ocenia ją w skali BI
81.	Możliwość rozbudowy o przycisk nożny do obsługi aparatu bez użycia rąk z możliwością zaprogramowania wykonywanych funkcji
82.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie oparte na technologii AI do automatycznych pomiarów prostaty, nerki oraz śledziony
83.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie oparte na technologii AI do automatycznych pomiarów pęcherza moczowego - minimum automatyczny (jednoprzyciskowy) pomiar objętości
84.	Możliwość rozbudowy o zautomatyzowane oprogramowanie do obliczenia indeksu wątrobowo-nerkowego, które na podstawie analizy obrazu ultrasonograficznego automatycznie porównuje echogeniczność miąższu wątroby z korą nerki.
85.	Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych w czasie rzeczywistym wraz z dźwiękiem oraz obrazem z kamery na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach (w dowolnym miejscu na świecie) w celu współpracy/konsultacji online. Oprogramowanie umożliwia zdalne wykonywanie pomiarów oraz zmianę parametrów obrazowania ultrasonografu.
86.	Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie wskazanych obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR wyświetlanego na ekranie aparatu.
87.	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z analizą i przedstawieniem wyniku z podziałem na ryzyko dla grup wiekowych.

88.	Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na nagrywanie w czasie rzeczywistym przebiegu całego badania na dysk zewnętrzny np. PenDrive
89.	Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowane (wewnątrz aparatu) zasilanie bateryjne o pojemności min. 13000 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 30min
Możliwość rozbudowy o głowice:	
90.	Możliwość rozbudowy o: Głowica kardiologiczna pediatryczna, szerokopasmowa, Zakres częstotliwości pracy 3-8 MHz Liczba elementów min. 96 Kąt skanowania min. 90 stopni
91.	Możliwość rozbudowy o: Głowica kardiologiczna przezprzełykowa Zakres częstotliwości pracy 2-9 MHz Liczba elementów min. 40 Pole skanowania min. 90 stopni Obrazowanie harmoniczne
92.	Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-22 MHz Liczba elementów min. 190 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
93.	Możliwość rozbudowy o: Głowica Liniowa, szerokopasmowa wykonana w technologii matrycowej Zakres częstotliwości pracy 2-18 MHz Liczba elementów min. 1000 Pole skanowania max 50 mm (+/-3%) Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
94.	Możliwość rozbudowy o: Głowica wolumetryczna, objętościowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1-8 MHz Liczba elementów min. 190
95.	Możliwość rozbudowy o: Głowica Convex, do badań brzusznych, wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-10MHz Liczba elementów min. 190 Kąt skanowania min. 60 stopni Promień krzywizny max 46mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość pracy z przystawką biopsyjną
96.	Możliwość rozbudowy o: Głowica Endokawitarna Zakres częstotliwości pracy 2-11 MHz Liczba elementów min. 190 Kąt skanowania min. 200 stopni Średnica czoła głowicy max 10mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
97.	Możliwość rozbudowy o: Głowica Rektalna Zakres częstotliwości pracy 2-12 MHz Liczba elementów min. 128 Kąt skanowania min. 180 stopni

	Średnica soczewki głowicy max 7mm Obrazowanie harmoniczne
Dokumentacja i aktualizacje oprogramowania:	
98.	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej) - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, - kartę gwarancyjną, - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania
99.	Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji.

5. Zamawiający realizuje politykę zielonych zamówień i poszukuje rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko, uwzględniających cały cykl życia produktów. W przypadku niniejszego zamówienia brane są pod uwagę minimalne wymagania środowiskowe:
   - Wydłużona gwarancja
     Wykonawca zapewni okres gwarancji na Przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesiące.
     Gwarancja obejmuje wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu zamówienia, tj. aparat USG łącznie z głowicami oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi).
     Uzasadnienie: Dłuższy okres gwarancyjny promuje produkty trwałe i o długim cyklu życia, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów oraz bardziej zrównoważonego użytkowania zasobów.
   - Konstrukcja sprzyjająca trwałości, modernizacji i możliwości naprawy
     Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych na okres nie krótszy niż 8 lat.
     Wykonawca zapewni oryginalne części zamienne używane do naprawy urządzenia.
     Uzasadnienie: Zastosowane rozwiązanie przyczynia się do wydłużenia cyklu życia produktu, ograniczenia ilości odpadów oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
   - Krótki czas reakcji serwisowej
     Wykonawca zapewni reakcję serwisową w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
     Uzasadnienie: Krótki czas reakcji serwisowej ogranicza czas przestojów urządzenia i konieczność jego zastępowania innym sprzętem lub wcześniejszej wymiany. Szybka interwencja serwisowa sprzyja naprawie zamiast utylizacji, wydłuża cykl życia produktu, zmniejsza ilość odpadów i zużycie zasobów potrzebnych do produkcji nowego urządzenia.
   - Czas wykonania skutecznej naprawy
     Wykonawca zapewni usunięcie awarii w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, liczonych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Jeżeli naprawa nie będzie możliwa do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni na czas naprawy aparat zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż parametry naprawianego urządzenia.
     Uzasadnienie: Szybkie usunięcie awarii ogranicza konieczność wymiany urządzeń, zmniejsza ilość odpadów oraz zużycie surowców i energii potrzebnej do produkcji nowych elementów.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą brane pod uwagę.
7. Ocena spełniania wymagań będzie wykonana metodą spełnia/nie spełnia - na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1). Wymagane jest spełnienie wszystkich wymagań w stosunku do Przedmiotu zamówienia. W przypadku niespełniania choćby jednego wymagania, oferta będzie odrzucona.

8. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Urządzenie ma być nowe, nieużywane, kompletne, tj. powinno znajdować się w stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem, z chwilą uruchomienia.
9. Zamawiający wskazuje, że jeżeli w niniejszym zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej lub w innym dokumencie stanowiącym część zapytania ofertowego wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń, dodaje się do nich wyrazy „lub równoważne". Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zapewniające co najmniej takie same funkcjonalności.
10. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się pod adresem: Sulejów, ul. Piotrkowska 26/30.
11. Zamawiający wymaga, aby instruktaż w obsłudze urządzenia został przeprowadzony w miejscu realizacji Przedmiotu zamówienia dla minimalnie 2 osób oraz trwał co najmniej 12 godzin (w ramach 4 spotkań) w godzinach 8.00-14.00.
12. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie, wyrażony w miesiącach.
13. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych liczony jest od daty odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
14. Odbiór końcowy bez zastrzeżeń zostanie dokonany poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru. Odbiór końcowy będzie potwierdzał wykonanie całego Przedmiotu zamówienia tj. zakup, dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia wraz ze specjalistycznym instruktażem w jego obsłudze.
15. Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako czas od momentu zgłoszenia usterki do momentu przyjazdu serwisu do zakładu Zamawiającego celem rozpoczęcia usuwania usterki lub zdalnego rozpoczęcia naprawy, o ile taka jest możliwa. Zarówno dla czasu zgłoszenia usterki, jak i czasu reakcji serwisowej, liczone będą wyłącznie dni robocze, przy czym za dzień roboczy przyjmuje się okres 24 godzin (00:00–24:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
16. Przez czas wykonania skutecznej naprawy rozumie się okres od momentu zgłoszenia awarii do momentu przywrócenia pierwotnej funkcjonalności urządzenia. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym za dzień roboczy przyjmuje się okres 24 godzin (00:00–24:00).
17. Koszty transportu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę i pierwszy raz uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

V. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
    a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
    c) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Potwierdzeniem braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy (Oświadczenie nr 1). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Oświadczą, że znają i akceptują warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie.
3. W stosunku do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego.
4. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ.U.UE.L.2014.229.1 z 20.07.2025, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ.U.UE.L.2022.111.1 z 9.04.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

6. W stosunku do których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U.2025.514 z 18.04.2025).

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych powyżej jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń znajduje się w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy (Oświadczenie nr 2). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń znajdujących się w załączniku nr 1 - Formularz ofertowy. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania – Formularzem ofertowym, podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
2. Potwierdzenie wniesienia wadium.

IX. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
   1) pieniądzu;
   2) gwarancjach bankowych;
   3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
   4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr **50 1020 3916 0000 0402 0025 2213** prowadzony w Banku **PKO BP S.A. Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim.** W treści przelewu należy wpisać: „Wadium - Zapytanie ofertowe nr 3/FELD.06.03/2026/2”.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
   1) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu – za skutecznie wniesione uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na rachunku bankowym Zamawiającego w kwocie, o której mowa w pkt IX.1 Zapytania. Dowód wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert należy załączyć do oferty.
   2) W przypadku wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – dokument wadium należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, przy czym Zamawiający może żądać przedłożenia oryginału przed podpisaniem umowy. Dokument ten musi obejmować cały okres związania ofertą oraz musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, a także być podpisany przez osobę uprawnioną.
5. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) lub unieważnieniu postępowania lub rozstrzygnięciu postępowania bez wyboru żadnej oferty.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu na numer rachunku bankowego, z którego zostało wpłacone.

9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wadium, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji występuje do gwaranta z żądaniem zapłaty wadium, w jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

X. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2026 do godziny 10.00.
2. Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie.
3. Oferty należy składać w postaci skanów dokumentów podpisanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt VIII zapytania ofertowego lub dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaawansowanym podpisem elektronicznym tj. osobistym (e-dowód)) lub podpisem zaufanym. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
4. Wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. Pytania dotyczące zapytania ofertowego oraz wnioski o wyjaśnienia odnośnie do treści zapytania należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności poprzez zakładkę „Pytania" na stronie zapytania ofertowego [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/], nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego będą udzielane Oferentom wyłącznie za pomocą BK2021. Zamawiający opublikuje treść pytań/wniosków o wyjaśnienia wraz z udzielonymi odpowiedziami/wyjaśnieniami na stronie zapytania ofertowego w serwisie Baza Konkurencyjności [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/]. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie pytania oraz wnioski o wyjaśnienia niezłożone za pośrednictwem systemu BK2021 lub złożone później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert pozostaną bez rozpoznania.
5. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie za pośrednictwem BK2021 w terminie określonym w niniejszym punkcie.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający spośród ważnych ofert wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem Przedmiotu zamówienia, złożoną przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone następujące kryteria oceny:

a) Kryterium I: Cena – waga punktowa: 80
b) Kryterium II: Gwarancja – waga punktowa: 20

1. Kryterium I. Cena – rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = \frac{Cn}{Cb} \times 80$$

gdzie:
C – liczba punktów przyznana badanej ofercie za zaoferowaną cenę;
C_n – najniższa zaoferowana cena brutto przedmiotu zamówienia spośród ważnych ofert w ramach niniejszego postępowania;

C_b – cena brutto przedmiotu zamówienia zaoferowana w ofercie badanej.

Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w ww. kryterium wynosi 80.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu zamówienia, którego dotyczy niniejsze Zapytanie ofertowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert Wykonawców ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena brutto w PLN określona w ofercie. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie ceny – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.

2. Kryterium II. Gwarancja – rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji na dostarczony Przedmiot zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Jeśli okres gwarancji wynosić będzie 24 miesiące oferta otrzyma 0 punktów. Jeśli okres gwarancji będzie dłuższy niż wymagane minimalne 24 miesiące, to ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą listą:
   - okres gwarancji powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy włącznie - 10 punktów
   - okres gwarancji powyżej 36 miesięcy - 20 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie można otrzymać oferta w ww. kryterium wynosi 20.

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji podawać w pełnych miesiącach. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, rozumianego zgodnie z definicją pojęcia „odbiór końcowy bez zastrzeżeń" wskazaną w sekcji II pkt 14 niniejszego zapytania.

Okres obowiązywania gwarancji na Przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy niż 24 miesiące – zostanie odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.

3. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

$$S = C + G$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów
C – punkty za kryterium I. Cena
G – punkty za kryterium II. Gwarancja

4. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą końcową ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
7. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty będą zawierały taką samą końcową ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert a oferty te zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia ofert dodatkowych. W ofertach dodatkowych niedozwolone jest dokonywanie zmian w treści oferty (poza ceną). Zaproponowana cena w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena zaoferowana w ofercie pierwotnej. Zamawiający będzie powtarzał czynność, do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej.

XII. ZAWARCIE UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w ramach niniejszego postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający ma prawo zmienić umowę w przypadkach wskazanych w sekcji 3.2.4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, na podstawie których jest przeprowadzane niniejsze postępowanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach:
   a) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
   b) zmiana terminu realizacji Zamówienia – jeżeli będzie ona wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności jeżeli ulegnie zmianie harmonogram realizacji projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, ulegną zmianie przepisy prawa mające wpływ na realizację zamówienia, zadziała siła wyższa, Zamawiający zostanie zobowiązany przez instytucję współfinansującą projekt do wprowadzenia w nim zmian wpływających na realizację zamówienia, realizacja zamówienia będzie zależeć od uzyskania zgody instytucji współfinansującej lub innej uprawnionej instytucji;
   c) zmiana sposobu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wynikających z decyzji instytucji finansującej realizację projektu, w ramach którego udzielane jest zamówienie, zobowiązującej Zamawiającego do wprowadzenia zmian w projekcie skutkujących koniecznością zmian w umowie z Wykonawcą.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

XIV. INFORMACJE NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających.

XV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się poprzez portal BK2021 do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym zapytania ofertowego.
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, zgodnie ze sposobem opisanym w sekcji X pkt 4 niniejszego zapytania.
3. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców szczegółów oferty. Jeżeli Wykonawca przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   a) zmiany warunków udzielenia zamówienia przed upływem terminu składania ofert,
   b) unieważnienia postępowania,
   c) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
   d) odrzucenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

   W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia

w stosunku do Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
6. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. Decyzja Zamawiającego, m.in. o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty lub wykluczeniu Wykonawcy jest więc decyzją ostateczną.
7. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
   a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego Zapytania ofertowego;
   b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu pomimo jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/wyjaśnienia oferty w tym zakresie w terminie określonym przez Zamawiającego;
   c) nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymuje wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełniania braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. Komunikacja w tej sprawie będzie prowadzona za pośrednictwem wiadomości mailowych. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem z postępowania.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. będą się różnić o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni złożone wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Piotrkowska 26/30, 97-330 Sulejów, NIP: 7712925347, REGON: 525300891, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w celu zawarcia i realizacji umowy będącej następstwem przeprowadzonego postępowania.
2. Dane Państwa będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu.
3. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie dla projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie (nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia uzyskania przez SUL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Piotrkowska 26/30, 97-330 Sulejów, płatności końcowej w ramach projektu wskazanego w preambule zapytania).
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie

zamówienia jest realizowane w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

5. Dane osobowe nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO.
7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1) lub tajemnicą przedsiębiorstwa, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
8. Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie mogą być podmioty kontrolujące zamówienie, w szczególności właściwa instytucja wdrażająca, pośrednicząca lub zarządzająca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy w zakresie, jaki wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie mogą być podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na wsparcie w realizacji projektu, w szczególności wsparcie doradcze. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w niniejszym postępowaniu, a także zawarcie z Zamawiającym umowy w następstwie przeprowadzonego postępowania.
10. Posiada Pani/Pan:
    a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
    b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
    c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
    d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
    a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 14 RODO

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: info@lodzkie.pl
2. Administrator powołał Inspektora ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozliczenia Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, a także w celach archiwizacyjnych.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
      a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszy na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
      b. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności;
      c. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych;
      d. Ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
      e. Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Przetwarzane dane to:
   a) Imię i nazwisko/nazwa instytucji, NIP, REGON, data zawarcia umowy, kwota na którą zawarto umowę.
6. Źródłem Pani/Pana danych jest: Zamawiający
7. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą:
   a) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
   b) podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu;
   c) użytkownicy stron internetowych dotyczących zamówień publicznych.
8. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Instytucja Zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje wstrzymany w przypadku wszczęcia postępowania prawnego albo na wniosek Komisji Europejskiej. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile projekt dotyczy pomocy publicznej.
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
   a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
   c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO
   d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 21 RODO;
   e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie https://uodo.gov.pl/)