Fundusze Europejskie dla Wielkopolski | Dofinansowane przez Unię Europejską | SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dot. Zapytanie **na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach projektu „Gmina Golina stawia na usługi społeczne", nr projektu FEWP.10.01-IZ.00-0017/25, z dnia 09.11.2026 r.**

Informacja o zmianach w Opisie przedmiotu zamówienia

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców oraz przeprowadzoną ponowną analizą wymagań i potrzeb Zamawiającego, w celu zapewnienia możliwości złożenia ofert przez szersze grono Wykonawców, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia zamawianego sprzętu, Zamawiający wprowadza zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego postępowania pn. **„Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego na potrzeby wypożyczalni sprzętu"**, realizowanego w ramach projektu **„Gmina Golina stawia na usługi społeczne"**, nr FEWP.10.01-IZ.00-0017/25.

Zmiany dotyczą następujących pozycji asortymentowych:

1. Pozycja 1 – stolik przyłóżkowy

Dotychczasowy wymóg dotyczący regulacji wysokości blatu zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Regulacja wysokości blatu w zakresie obejmującym co najmniej przedział od 75 cm do 90 cm, przy czym dopuszcza się urządzenia oferujące szerszy zakres regulacji."

2. Pozycja 2 – kule łokciowe

Dotychczasowy wymóg dotyczący zakresu regulacji wysokości rękojeści zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Zakres regulacji wysokości rękojeści, mierzonej od podłoża, obejmujący przedział od 70 cm do 94 cm, z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych zapewniających porównywalny zakres regulacji."

3. Pozycja 4 – stojak na kroplówkę

Wymóg dotyczący zakresu regulacji wysokości punktów zawieszenia zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Zakres regulacji wysokości punktów zawieszenia umożliwiający ich ustawienie na wysokości nie większej niż 130 cm oraz na wysokości co najmniej 215 cm, mierząc od podłoża."

4. Pozycja 13 – wózek toaletowo-prysznicowy z pojemnikiem

Wymóg dotyczący wysokości siedziska zostaje zastąpiony następującym zapisem:

„Wysokość siedziska od podłoża dostosowana do bezpiecznego korzystania i transferu użytkownika, preferowana około 45–55 cm, przy czym dopuszcza się odchylenie o ±5 cm od wskazanego zakresu, pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzenia;"

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.11.2026 r. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Pozostałe wymagania określone w zapytaniu ofertowym i Opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia stanowi obowiązującą wersję Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego i należy uwzględnić go przy przygotowywaniu ofert.