Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego mobilność w projekcie pn.: „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego mobilność realizowana w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie”, zgodnie z asortymentem, ilościami oraz wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Zamówienie obejmuje dostawę kompletnych, fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń oraz sprzętu, gotowych do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Przedmiot zamówienia stanowi jedną całość i nie został podzielony na części. Oferta musi obejmować cały asortyment wskazany w niniejszym OPZ.

1.2. Warunki dostawy i realizacji

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia:
   1) własnym transportem,
   2) na własny koszt i ryzyko,
   3) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Zakres dostawy obejmuje w szczególności:
   1) rozładunek, wniesienie oraz rozmieszczenie sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,
   2) montaż oraz złożenie sprzętu wymagającego takich czynności,
   3) wykonanie niezbędnych regulacji i ustawień umożliwiających prawidłowe oraz bezpieczne użytkowanie sprzętu,
   4) uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania dostarczonego sprzętu, jeżeli dotyczy,
   5) uprzątnięcie wszystkich opakowań, materiałów zabezpieczających i odpadów powstałych w wyniku realizacji dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji czynności dostawczych w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

1.3. Wymagania dotyczące produktów

1. Dostarczony sprzęt musi być:
   1) fabrycznie nowy (nieużywany, nieregenerowany, nierefabrykowany),
   2) kompletny,
   3) wolny od wad fizycznych i prawnych,
   4) niepochodzący z ekspozycji, zwrotów lub testów,
   5) dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
2. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami europejskimi i krajowymi (w szczególności PN-EN), jeżeli mają zastosowanie do danego rodzaju asortymentu.
3. Produkty muszą posiadać wymagane prawem dokumenty, w szczególności:
   1) deklaracje zgodności UE, jeżeli są wymagane,
   2) oznakowanie CE, jeżeli jest wymagane dla danego produktu,

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

3) atesty higieniczne, wytrzymałościowe lub bezpieczeństwa, jeżeli dotyczą danego produktu,
4) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzenia produktu do obrotu i użytkowania.

4. W przypadku sprzętu stanowiącego wyrób medyczny musi on spełniać wymagania przepisów dotyczących wyrobów medycznych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w zakresie mającym zastosowanie do danego wyrobu.

1.4. Wymagania bezpieczeństwa i jakości

1. Wszystkie elementy muszą być wykonane w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, w szczególności:
   1) bez ostrych, nieosłoniętych krawędzi,
   2) bez elementów wystających stanowiących zagrożenie,
   3) bez luzów konstrukcyjnych mogących powodować niestabilność,
   4) bez elementów mogących powodować przytrzaśnięcia, skaleczenia lub inne urazy.
2. Konstrukcja wszystkich produktów musi zapewniać:
   1) stabilność w warunkach normalnego użytkowania,
   2) odporność na obciążenia eksploatacyjne zgodne z przeznaczeniem danego sprzętu,
   3) trwałość adekwatną do przeznaczenia, z uwzględnieniem wielokrotnego użytkowania przez różne osoby w ramach działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
3. Materiały zastosowane do produkcji muszą być:
   1) trwałe i odporne na zużycie,
   2) bezpieczne dla zdrowia użytkowników,
   3) odpowiednie do kontaktu z użytkownikiem, niewywołujące reakcji alergicznych w typowych warunkach użytkowania,
   4) łatwe do utrzymania w czystości i konserwacji, jeżeli wynika to z charakteru i przeznaczenia sprzętu,
   5) spełniające wymagania w zakresie odporności pożarowej, jeżeli dotyczą danej kategorii produktu.

1.5. Wymagania dotyczące dokumentacji i instrukcji

1. Każdy element dostawy musi być dostarczony wraz z kompletem dokumentacji w języku polskim, stosownie do rodzaju sprzętu oraz wymagań wynikających z przepisów prawa, w szczególności:
   1) instrukcją montażu, jeżeli dotyczy,
   2) instrukcją użytkowania, regulacji i konserwacji,
   3) dokumentem potwierdzającym warunki udzielonej gwarancji,
   4) dokumentami technicznymi (kartami katalogowymi, specyfikacjami), jeżeli są niezbędne do prawidłowego użytkowania sprzętu.
2. Dokumentacja musi umożliwiać jednoznaczne i bezpieczne użytkowanie, regulację oraz montaż sprzętu bez konieczności dodatkowych zapytań technicznych.
3. W przypadku sprzętu posiadającego elementy regulacyjne Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instrukcji dotyczącej prawidłowego dostosowania ustawień do potrzeb użytkownika.

1.6. Równoważność rozwiązań

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

1. Wszelkie wskazania materiałów, technologii, producentów, typów lub nazw handlowych mają charakter przykładowy i służą jedynie określeniu minimalnego standardu jakościowego.
2. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
3. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w OPZ, w szczególności w zakresie parametrów:
    1) funkcjonalnych,
    2) użytkowych,
    3) jakościowych,
    4) technicznych,
    5) bezpieczeństwa,
    6) trwałości.
4. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

1.7. Tolerancje wymiarowe i parametryczne

1. Jeżeli w OPZ wskazano wymiary, pojemności lub inne parametry liczbowe, dopuszcza się tolerancję ±5%, o ile:
    1) nie wpływa to na funkcjonalność sprzętu,
    2) nie ogranicza jego przeznaczenia,
    3) nie pogarsza bezpieczeństwa użytkowania,
    4) nie wpływa na możliwość prawidłowego użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Tolerancja, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie wyłącznie do parametrów, dla których w szczegółowym opisie asortymentu nie określono odmiennych zasad lub wartości granicznych.
3. W przypadku parametrów określonych jako minimalne wymagane jest spełnienie wskazanej wartości minimalnej, a w przypadku parametrów określonych jako maksymalne – nieprzekroczenie wskazanej wartości maksymalnej.
4. Określone w szczegółowym opisie asortymentu zakresy regulacji sprzętu muszą zostać zachowane i nie podlegają zmniejszeniu na podstawie ogólnej tolerancji wymiarowej.

1.8. Weryfikacja zgodności i odbiór

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonego sprzętu na każdym etapie realizacji umowy.
2. Weryfikacja obejmować może w szczególności:
    1) sprawdzenie ilości dostarczonego sprzętu,
    2) sprawdzenie zgodności z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi określonymi w OPZ,
    3) sprawdzenie kompletności dostawy,
    4) sprawdzenie działania urządzeń oraz mechanizmów regulacyjnych, jeżeli dotyczy,
    5) sprawdzenie wymaganej dokumentacji.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności z OPZ Zamawiający ma prawo:
    1) odmówić odbioru całości lub części dostawy,
    2) żądać wymiany na sprzęt zgodny z wymaganiami,
    3) wyznaczyć termin usunięcia niezgodności.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

4. Wszelkie koszty związane z wymianą sprzętu lub usunięciem stwierdzonych niezgodności ponosi Wykonawca.
5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, na zasadach określonych we wzorze umowy.

1.9. Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
   1) jakość dostarczonego asortymentu,
   2) zgodność z OPZ oraz złożoną ofertą,
   3) bezpieczeństwo użytkowania sprzętu,
   4) szkody powstałe w trakcie dostawy, rozładunku, montażu i uruchomienia sprzętu.
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego dopiero po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2. SPECYFIKACJA ASORTYMENTU

Lp.	ASORTYMENT
1.	Nazwa asortymentu: **Ciśnieniomierz** Ilość sztuk: **47 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego automatycznego ciśnieniomierza elektronicznego przeznaczonego do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w warunkach domowych lub medycznych. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. 2. Pomiar wykonywany na ramieniu (mankiet naramienny). 3. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania. **Funkcje i parametry techniczne** 1. Automatyczny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętna. 2. Automatyczny dobór i kontrola poziomu napełnienia mankietu (regulacja ciśnienia w mankiecie bez udziału użytkownika). 3. Wskaźnik arytmii serca lub funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca. 4. Kontrola prawidłowego założenia mankietu (sygnalizacja błędnego założenia lub rozwiązanie równoważne). 5. Wynik pomiaru prezentowany na czytelnym wyświetlaczu cyfrowym. **Zasilanie** 1. Zasilanie sieciowe poprzez zasilacz zewnętrzny lub wbudowany. 2. Dopuszcza się możliwość zasilania bateryjnego jako rozwiązanie dodatkowe (opcjonalne). **Wymagania jakościowe i użytkowe** 1. Mankiet dostosowany do standardowego zakresu obwodu ramienia dorosłych użytkowników (lub z możliwością regulacji / wymiany). 2. Urządzenie zapewniające dokładność pomiaru zgodną z obowiązującymi normami dla wyrobów medycznych tego typu. 3. Obsługa intuicyjna, jedno- lub wieloprzyciskowa. 4. Konstrukcja zapewniająca stabilność i powtarzalność pomiarów.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

2.	Nazwa asortymentu: **Pulsoksymetr** Ilość sztuk: **47 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pulsoksymetru przeznaczonego do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi (SpO_2) oraz tętna, stosowanego w warunkach domowych, medycznych lub opiekuńczych. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do pomiaru saturacji krwi oraz tętna metodą nieinwazyjną. 2. Pomiar wykonywany na palcu dłoni (czujnik napalcowy). 3. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia. **Funkcje i parametry techniczne** 1. Pomiar saturacji krwi (SpO_2) w sposób ciągły lub punktowy. 2. Pomiar tętna (pulsu) z prezentacją wyniku. 3. Wyniki pomiaru prezentowane na wbudowanym wyświetlaczu cyfrowym lub równoważnym ekranie czytelnym dla użytkownika. 4. Możliwość prezentacji podstawowych parametrów w sposób jednoznaczny i czytelny. **Wymagania konstrukcyjne i użytkowe** 1. Konstrukcja umożliwiająca łatwe założenie urządzenia na palec jednej dłoni. 2. Lekka, przenośna budowa umożliwiająca użytkowanie w różnych warunkach. 3. Zasilanie bateryjne lub równoważne rozwiązanie zapewniające mobilność urządzenia. 4. Automatyczny start pomiaru po założeniu urządzenia na palec lub rozwiązanie równoważne. **Wymagania jakościowe** 1. Urządzenie powinno zapewniać dokładność pomiarów zgodną z obowiązującymi normami dla tego typu wyrobów medycznych. 2. Stabilny i powtarzalny odczyt parametrów życiowych. 3. Konstrukcja bezpieczna w użytkowaniu, przeznaczona do kontaktu ze skórą.
3.	Nazwa asortymentu: **Automatyczny dozownik do leków** Ilość sztuk: **47 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego automatycznego dozownika do leków przeznaczonego do wspomagania prawidłowego przyjmowania leków przez użytkownika zgodnie z ustalonym harmonogramem dawkowania. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do automatycznego wydawania leków w ustalonych porach dnia. 2. Konstrukcja uniemożliwiająca dostęp do dawek leków innych niż aktualnie wydawana porcja (blokada dostępu do pozostałych komór z lekami do momentu ich automatycznego udostępnienia). 3. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania. **Funkcje i parametry techniczne** 1. Możliwość zaprogramowania harmonogramu dawkowania leków na co najmniej 7 dni.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

	2. Obsługa minimum 3 dawek leków dziennie (z możliwością ustawienia różnych godzin podawania). 3. System automatycznego wydawania leków zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. 4. Możliwość ograniczenia dostępu do leków w sposób uniemożliwiający pobranie dawek poza wyznaczonym czasem (zabezpieczenie przed pominięciem lub podwójnym pobraniem dawki). 5. Funkcja ustawienia czasu dostępności danej dawki (okno czasowe pobrania leku). **Sygnalizacja i interfejs** 1. Czytelny wyświetlacz elektroniczny pokazujący co najmniej aktualną datę i godzinę oraz informacje o dawkach leków. 2. Dźwiękowy sygnalizator informujący o konieczności przyjęcia leku. 3. Możliwość wyciszenia lub regulacji głośności sygnału (lub rozwiązanie równoważne). 4. Intuicyjny panel sterowania umożliwiający programowanie harmonogramu. **Wymagania użytkowe i bezpieczeństwa** 1. Zabezpieczenie przed przypadkowym dostępem do nieprzewidzianych dawek leków. 2. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz bezpieczne przechowywanie leków. 3. Urządzenie przystosowane do codziennego użytkowania w warunkach domowych lub opiekuńczych. 4. Zasilanie sieciowe lub bateryjne (lub równoważne rozwiązanie zapewniające ciągłość działania).
4.	Nazwa asortymentu: **Balkonik** Ilość sztuk: **5 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego balkonika rehabilitacyjnego przeznaczonego do wspomagania poruszania się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do pionizacji i wsparcia podczas chodzenia. 2. Konstrukcja składana umożliwiająca łatwe przechowywanie i transport. 3. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Wymagania konstrukcyjne** 1. Rama wykonana z aluminium lub materiału równoważnego o nie gorszej wytrzymałości i niskiej masie własnej. 2. Konstrukcja lekka, stabilna oraz odporna na odkształcenia podczas codziennego użytkowania. 3. Mechanizm składania umożliwiający szybkie złożenie i rozłożenie bez użycia narzędzi. 4. Połączenia konstrukcyjne zapewniające sztywność i bezpieczeństwo użytkowania. **Wymagania użytkowe** 1. Uchwyty (rączki) ergonomiczne, antypoślizgowe lub równoważne zapewniające pewny chwyt.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

	2. Regulowana wysokość (jeżeli dotyczy konstrukcji danego modelu) umożliwiająca dopasowanie do wzrostu użytkownika – dopuszczalna tolerancja wymiarowa ±5%. 3. Stabilna podstawa zapewniająca równowagę podczas chodzenia i wstawania. 4. Końcówki nóg wyposażone w antypoślizgowe nasadki gumowe lub równoważne zabezpieczenie przed ślizganiem. **Wymagania jakościowe i bezpieczeństwa** 1. Konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie w warunkach domowych i opiekuńczych. 2. Brak ostrych krawędzi oraz elementów mogących powodować urazy. 3. Odporność na typowe obciążenia związane z podpieraniem się użytkownika. 4. Stabilność potwierdzona konstrukcyjnie lub równoważnie zapewniona przez budowę urządzenia.
5.	Nazwa asortymentu: **Chodzik rehabilitacyjny-podpórka** Ilość sztuk: **5 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego chodzika rehabilitacyjnego (podpórki) przeznaczonego do wspomagania chodu oraz utrzymania równowagi przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do wsparcia podczas poruszania się oraz pionizacji użytkownika. 2. Konstrukcja składana umożliwiająca łatwe przechowywanie i transport. 3. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Wymagania konstrukcyjne** 1. Rama wykonana z aluminium lub materiału równoważnego o nie gorszej wytrzymałości i niskiej masie własnej. 2. Konstrukcja lekka, stabilna oraz odporna na odkształcenia w trakcie użytkowania. 3. Mechanizm składania umożliwiający szybkie złożenie i rozłożenie bez użycia narzędzi. 4. Stabilna podstawa zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. **Wymagania użytkowe** 1. Regulowana wysokość uchwytów w zakresie umożliwiającym dopasowanie do wzrostu użytkownika (dopuszczalna tolerancja wymiarowa ±10%). 2. Uchwyty ergonomiczne, antypoślizgowe lub równoważne zapewniające pewny chwyt. 3. Przednia część wyposażona w koła jezdne (minimum dwa) ułatwiające przemieszczanie się. 4. Tylne elementy wyposażone w stopki antypoślizgowe lub równoważne zabezpieczenie stabilizujące urządzenie. **Wymagania jakościowe i bezpieczeństwa** 1. Konstrukcja zapewniająca stabilność podczas użytkowania na różnych powierzchniach płaskich. 2. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy. 3. Odporność na typowe obciążenia wynikające z podpierania się użytkownika. 4. Elementy jezdne i stabilizujące zapewniające bezpieczne przemieszczanie.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

6.	Nazwa asortymentu: **Wózek inwalidzki** Ilość sztuk: **5 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka inwalidzkiego przeznaczonego do samodzielnego przemieszczania się lub transportu osób z ograniczoną mobilnością. **Wymagania ogólne** 1. Wózek przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (na utwardzonych powierzchniach). 2. Konstrukcja lekka, składana lub demontowalna umożliwiająca transport i przechowywanie. 3. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Wymagania konstrukcyjne** 1. Rama wykonana z aluminium lub materiału równoważnego o nie gorszej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. 2. Konstrukcja zapewniająca stabilność oraz bezpieczeństwo użytkownika podczas jazdy i postoju. 3. Koła tylne i przednie zapewniające płynne przemieszczanie się (rozwiązania równoważne dopuszczalne). **Regulacje i funkcjonalność** 1. Wszystkie 5 wózków inwalidzkich musi być tego samego typu i posiadać możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkowników o różnej budowie ciała. 2. Każdy wózek musi umożliwiać regulację szerokości siedziska w zakresie co najmniej od 40 cm do 50 cm, bez konieczności wymiany całego wózka na inny rozmiar. 3. Regulacja głębokości siedziska umożliwiająca ergonomiczne dopasowanie pozycji siedzącej do potrzeb użytkownika. 4. Regulowane oparcie pleców, umożliwiające dostosowanie kąta nachylenia lub wysokości oparcia. 5. Regulowane podnóżki z możliwością zmiany długości oraz dopasowania do długości kończyn dolnych użytkownika. 6. Elementy regulacyjne muszą umożliwiać łatwe i bezpieczne dostosowanie wózka do użytkownika, bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. 7. Zmiana ustawień wózka nie może powodować pogorszenia jego stabilności, bezpieczeństwa ani funkcjonalności. **Wymagania użytkowe i bezpieczeństwa** 1. Siedzisko i oparcie wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości, odpornych na zużycie. 2. Podłokietniki (jeśli występują) ergonomiczne i stabilne lub równoważne rozwiązania wspierające komfort użytkowania. 3. System hamulcowy zapewniający bezpieczne unieruchomienie wózka. 4. Konstrukcja bez ostrych krawędzi i elementów mogących stanowić zagrożenie dla użytkownika. 5. Stabilność konstrukcji przy obciążeniu zgodnym z przeznaczeniem wyrobu.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

7.	Nazwa asortymentu: **Łóżko rehabilitacyjne** Ilość sztuk: **10 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego łóżka rehabilitacyjnego z elektryczną regulacją pozycji, przeznaczonego do opieki długoterminowej, domowej lub instytucjonalnej nad osobami o ograniczonej mobilności. **Wymagania ogólne** 1. Łóżko przeznaczone do opieki nad pacjentem wymagającym pozycji leżącej z możliwością zmiany ułożenia ciała. 2. Konstrukcja stabilna, bezpieczna, umożliwiająca wielopozycyjne ustawienie leża. 3. Wyrób fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Konstrukcja i leże** 1. Leże czterosegmentowe (segment głowy, pleców, uda oraz podudzia lub równoważny układ segmentowy). 2. Konstrukcja umożliwiająca płynną regulację pozycji poszczególnych segmentów. 3. System ograniczający zsuwanie się pacjenta w dół łóżka podczas unoszenia segmentu oparcia (np. mechanizm antypoślizgowy, synchronizacja segmentów lub rozwiązanie równoważne). **Regulacja i napęd** 1. Elektryczna regulacja pozycji łóżka przy użyciu pilota przewodowego lub bezprzewodowego. 2. Możliwość regulacji co najmniej: • kąta nachylenia segmentu pleców, • kąta nachylenia segmentu nóg, • wysokości całego leża (jeżeli dotyczy konstrukcji). 3. Cicha i płynna praca siłowników elektrycznych. 4. Zasilanie sieciowe z systemem bezpieczeństwa (np. awaryjne opuszczanie w przypadku braku prądu lub rozwiązanie równoważne). **Wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalne** 1. Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkownika: minimum 165 kg. 2. Barierki boczne zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem, składane lub opuszczane w sposób bezpieczny i ergonomiczny. 3. Wysięgnik (tzw. trójkąt/uchwyt) umożliwiający pacjentowi samodzielną zmianę pozycji w łóżku. 4. Konstrukcja bez ostrych krawędzi, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. 5. Stabilna podstawa wyposażona w kółka z możliwością blokady (jeżeli występują w danym rozwiązaniu). **Wymagania jakościowe** 1. Wszystkie elementy mechaniczne i elektryczne muszą zapewniać bezpieczne, wieloletnie użytkowanie. 2. Materiały odporne na dezynfekcję i standardowe środki czystości stosowane w opiece medycznej i domowej. 3. Konstrukcja zapewniająca łatwość obsługi przez personel lub opiekuna.
8.	Nazwa asortymentu: **Krzesło toaletowe**

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

	Ilość sztuk: **10 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego krzesła toaletowego przeznaczonego do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, wymagające wsparcia w czynnościach higienicznych. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do użytku domowego lub opiekuńczego, wspomagające czynności fizjologiczne użytkownika. 2. Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczeństwo podczas siadania, wstawania i użytkowania. 3. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Wymagania konstrukcyjne** 1. Rama wykonana z aluminium lub materiału równoważnego o nie gorszej wytrzymałości, odporności na korozję oraz niskiej masie własnej. 2. Konstrukcja stabilna, umożliwiająca bezpieczne użytkowanie na powierzchniach płaskich. 3. Regulacja wysokości siedziska umożliwiająca dopasowanie do wzrostu użytkownika (dopuszczalna tolerancja wymiarowa ±5%). **Wyposażenie i funkcjonalność** 1. Pojemnik sanitarny (wiadro lub zbiornik) łatwy do demontażu, opróżniania i dezynfekcji. 2. Siedzisko z otworem sanitarnym umożliwiające komfortowe użytkowanie. 3. Podłokietniki zapewniające wsparcie podczas siadania i wstawania, stabilne i ergonomiczne. 4. Możliwość łatwego czyszczenia wszystkich elementów mających kontakt z użytkownikiem. **Wymagania dotyczące tapicerki** 1. Elementy siedziska i oparcia (jeżeli występują) wykonane z materiału łatwozmywalnego, odpornego na wodę, wilgoć oraz środki dezynfekcyjne. 2. Powierzchnia materiału odporna na zabrudzenia i łatwa w utrzymaniu higieny. **Wymagania bezpieczeństwa** 1. Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy. 2. Stabilność konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika podczas korzystania z urządzenia. 3. Antypoślizgowe zakończenia nóg lub równoważne zabezpieczenie przed przesuwaniem.
9.	Nazwa asortymentu: **Schodołaz kroczący** Ilość sztuk: **2 sztuki** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego schodołazu kroczącego przeznaczonego do transportu osób z ograniczoną mobilnością po schodach, w połączeniu z wózkiem inwalidzkim lub systemem siedziska transportowego. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do bezpiecznego transportu osób po schodach prostych i/lub zabiegowych (zgodnie z konstrukcją urządzenia).

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

	2. System umożliwiający współpracę z wózkiem inwalidzkim poprzez system wpinania lub adapter równoważny. 3. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Wymagania konstrukcyjne i techniczne** 1. Konstrukcja stabilna, wykonana z materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, przystosowana do pracy pod obciążeniem użytkownika. 2. System kroczący umożliwiający stopniowe przemieszczanie urządzenia po stopniach schodów w sposób kontrolowany i bezpieczny. 3. Mechanizm zapewniający płynne i bezpieczne pokonywanie schodów bez gwałtownych ruchów. **Parametry użytkowe** 1. Maksymalny udźwig urządzenia: minimum 160 kg. 2. System wpinania wózka inwalidzkiego lub siedziska transportowego umożliwiający stabilne i bezpieczne mocowanie użytkownika. 3. Możliwość regulacji i dopasowania systemu mocowania do różnych typów wózków inwalidzkich (rozwiązania równoważne dopuszczalne). 4. Ergonomiczne uchwyty dla operatora zapewniające kontrolę nad urządzeniem podczas transportu. **Zabezpieczenia i komfort użytkowania** 1. Pasy bezpieczeństwa stabilizujące użytkownika podczas transportu. 2. Zagłówek lub system podparcia głowy zapewniający stabilizację pozycji użytkownika. 3. System zabezpieczeń uniemożliwiający niekontrolowane przemieszczanie się urządzenia podczas postoju. 4. Konstrukcja zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo zarówno użytkownika, jak i operatora. **Wymagania jakościowe i bezpieczeństwa** 1. Urządzenie musi zapewniać stabilność na różnych typach schodów mieszczących się w standardowych warunkach użytkowych. 2. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy. 3. Elementy konstrukcyjne odporne na intensywne użytkowanie. 4. System sterowania (jeżeli występuje) zapewniający intuicyjną i bezpieczną obsługę.
10.	Nazwa asortymentu: **Balkonik wysoki** Ilość sztuk: **5 sztuk** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego balkonika wysokiego przeznaczonego do wspomagania chodu oraz pionizacji osób z ograniczoną sprawnością ruchową, stosowanego w warunkach domowych i zewnętrznych. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do wsparcia użytkownika podczas poruszania się w pozycji wyprostowanej. 2. Przystosowane do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz na utwardzonych nawierzchniach. 3. Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczeństwo i kontrolę podczas przemieszczania. **Wymagania konstrukcyjne**

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

	1. Rama wykonana ze stali lub materiału równoważnego o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej oraz trwałości. 2. Konstrukcja lekka, a jednocześnie wytrzymała, umożliwiająca łatwe manewrowanie. 3. System regulacji umożliwiający dopasowanie parametrów do użytkownika. **Funkcjonalność i regulacje** 1. Regulowana szerokość konstrukcji (w zakresie umożliwiającym dopasowanie do użytkownika, z tolerancją wymiarową ±5%). 2. Regulowana wysokość podparcia ramion umożliwiająca ergonomiczne dopasowanie do wzrostu użytkownika. 3. Obrotowe koła jezdne wyposażone w niezależne hamulce zapewniające pełną kontrolę nad urządzeniem. 4. System hamowania umożliwiający bezpieczne unieruchomienie balkonika w dowolnej pozycji. **Wyposażenie dodatkowe** 1. Uprząż asekuracyjna (system podtrzymujący użytkownika) zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo podczas pionizacji i chodu. 2. Ambonka (podparcie przedramion) umożliwiająca stabilne i wygodne podparcie ciała podczas użytkowania. 3. Miękkie, ergonomiczne uchwyty zwiększające komfort chwytu i redukujące zmęczenie dłoni. **Wymagania bezpieczeństwa i jakości** 1. Konstrukcja stabilna, zapobiegająca przewróceniu się urządzenia podczas użytkowania. 2. Elementy jezdne i hamujące zapewniające pełną kontrolę nad przemieszczaniem. 3. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy. 4. Materiały odporne na intensywne użytkowanie i łatwe w utrzymaniu czystości.
11.	Nazwa asortymentu: **Chodzik aluminiowy 4 kołowy** Ilość sztuk: **4 sztuki** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego chodzika rehabilitacyjnego czterokołowego z siedziskiem, przeznaczonego do wspomagania chodu oraz zapewnienia stabilnego wsparcia podczas przemieszczania się osób o ograniczonej sprawności ruchowej. **Wymagania ogólne** 1. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego (pomieszczenia mieszkalne) oraz zewnętrznego na utwardzonych nawierzchniach. 2. Konstrukcja zapewniająca stabilne podparcie oraz bezpieczne przemieszczanie się użytkownika. 3. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Wymagania konstrukcyjne** 1. Rama wykonana z aluminium lub materiału równoważnego o nie gorszej wytrzymałości, odporności na korozję oraz niskiej masie własnej. 2. Konstrukcja składana umożliwiająca łatwe przechowywanie oraz transport (np. składanie do pozycji kompaktowej lub równoważne rozwiązanie techniczne).

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

	3. Cztery koła jezdne zapewniające stabilność i płynność przemieszczania. **System jezdny i hamulcowy** 1. Dwa koła wyposażone w hamulce ręczne z dźwigniami umieszczonymi w strefie uchwytów rąk użytkownika. 2. Hamulce z funkcją blokady postojowej umożliwiającej unieruchomienie chodzika. 3. System hamulcowy zapewniający pełną kontrolę nad urządzeniem podczas użytkowania. **Funkcjonalność i regulacje** 1. Regulacja wysokości uchwytów oraz siedziska umożliwiająca dopasowanie do wzrostu użytkownika (tolerancja wymiarowa ±5%). 2. Miękkie, ergonomiczne siedzisko umożliwiające odpoczynek podczas użytkowania. 3. Konstrukcja umożliwiająca bezpieczne manewrowanie w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz. **Wymagania wymiarowe i użytkowe** 1. Wymiary urządzenia muszą umożliwiać swobodne poruszanie się w standardowych przestrzeniach mieszkalnych (drzwi, korytarze, pomieszczenia) oraz na zewnątrz. 2. Konstrukcja kompaktowa, umożliwiająca użytkowanie w ograniczonych przestrzeniach. **Wymagania bezpieczeństwa i jakości** 1. Stabilna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu się podczas użytkowania. 2. Uchwyty ergonomiczne, antypoślizgowe lub równoważne zapewniające pewny chwyt. 3. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy. 4. Wszystkie elementy ruchome muszą działać płynnie i bezpiecznie.
12.	Nazwa asortymentu: **Wózek inwalidzki dla dzieci** Ilość sztuk: **4 sztuki** Opis wymagań technicznych (specyfikacja produktu): Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla dzieci z ograniczoną mobilnością, umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie oraz odpowiednie podparcie ciała użytkownika. **Wymagania ogólne** 1. Wózek przeznaczony dla dzieci, dostosowany do potrzeb użytkowników w wieku rozwojowym. 2. Konstrukcja zapewniająca stabilność, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania podczas przemieszczania. 3. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania. **Wymagania konstrukcyjne** 1. Rama wykonana z aluminium lub materiału równoważnego o nie gorszej wytrzymałości, odporności na korozję oraz niskiej masie własnej. 2. Konstrukcja stabilna, przystosowana do codziennego użytkowania oraz transportu dziecka. 3. Elementy konstrukcyjne zapewniające odpowiednie podparcie i bezpieczeństwo użytkownika. **Regulacje i dopasowanie**

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

	1. Możliwość regulacji szerokości i głębokości siedziska w zakresie umożliwiającym dopasowanie do sylwetki dziecka (tolerancja wymiarowa ±5%). 2. Regulacja wysokości oparcia umożliwiająca dostosowanie do wzrostu i potrzeb użytkownika. 3. Regulowane podnóżki z możliwością zmiany długości oraz ustawienia pozycji. **System bezpieczeństwa** 1. Pasy stabilizujące zapewniające utrzymanie prawidłowej pozycji dziecka podczas użytkowania. 2. System zabezpieczeń zapobiegający przypadkowemu przesunięciu się lub wypadnięciu użytkownika. 3. Konstrukcja bez ostrych krawędzi i elementów mogących stanowić zagrożenie. **Wymagania funkcjonalne i jakościowe** 1. Wózek przystosowany do użytkowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz na utwardzonych nawierzchniach. 2. Elementy regulacyjne umożliwiające łatwe dopasowanie bez użycia specjalistycznych narzędzi (lub rozwiązania równoważne). 3. Konstrukcja zapewniająca stabilne prowadzenie i manewrowanie.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Świdwinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.