9/ZP/ZO/2026 Rzeszów, 18.11.2026r.

Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Baza Konkurencyjności

dotyczy: Zaproszenia do składania ofert pn. **Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu FEnIKS pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.**

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących treści Zaproszenia do składania ofert, udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań z dnia 18.11.2026r.

Pytanie numer 6

Pakiet nr 3 - Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP

1. Czy Zamawiający dopuści analizator z interfejsem użytkownika w języku angielskim, przy jednoczesnym zapewnieniu polskojęzycznej dokumentacji, instrukcji obsługi oraz szkolenia personelu?

Uzasadnienie: Obsługa systemu jest intuicyjna, a stosowane nazewnictwo opiera się na powszechnie używanej terminologii laboratoryjnej i diagnostycznej, znanej personelowi medycznemu. Jednocześnie wszystkie kluczowe dokumenty, instrukcje obsługi oraz szkolenia dla użytkowników będą zapewnione w języku polskim, co gwarantuje bezpieczną i prawidłową eksploatację analizatora.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania oznaczeń morfologii krwi i dopuści analizator oferujący oznaczenia parametrów CRP, PCT oraz TSH, a także szeroki panel dodatkowych badań immunodiagnostycznych, niewykonujący jednocześnie morfologii krwi?

Uzasadnienie: Wymóg wykonywania morfologii krwi istotnie zawęża krąg potencjalnych wykonawców. Na rynku dostępne są kompaktowe analizatory, dedykowane do szybkiej diagnostyki przyłóżkowej (POCT), umożliwiające wykonywanie wymaganych oznaczeń oraz wielu dodatkowych badań diagnostycznych, znacząco rozszerzających możliwości wykorzystania urządzenia.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterowania przez kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej minimum 12” i dopuści analizator wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1”, zapewniający pełną funkcjonalność, czytelność prezentowanych danych oraz komfort obsługi?

Uzasadnienie: Wymaganie minimalnej przekątnej ekranu 12” nie wpływa na parametry analityczne ani jakość wykonywanych badań. Oferowany analizator wyposażony jest w nowoczesny, kolorowy ekran

dotykowy o przekątnej 10,1”, który zapewnia intuicyjną obsługę oraz czytelną prezentację wyników i informacji systemowych. Dopuszczenie takiego rozwiązania zwiększy konkurencyjność postępowania bez pogorszenia walorów użytkowych urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę we wszystkich trzech punktach, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w Zaproszeniu do składania ofert opisanych w tabeli technicznej - Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych.

Dyrektor
Podkarpackiego Centrum
Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ
Katarzyna Kowalewska

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Kowalewska

Date / Data: 2026-11-18 13:36