Fundusze Europejskie dla Wielkopolski | Dofinansowane przez Unię Europejską | SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dot. Zapytanie **na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach projektu „Gmina Golina stawia na usługi społeczne", nr projektu FEWP.10.01-IZ.00-0017/25, z dnia 09.11.2026 r.**

Informacja o zmianach w Opisie przedmiotu zamówienia

W związku z pytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców oraz przeprowadzoną ponowną analizą wymagań i potrzeb Zamawiającego, w celu zapewnienia możliwości złożenia ofert przez szersze grono Wykonawców, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia zamawianego sprzętu, Zamawiający wprowadza zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego postępowania pn. **„Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego na potrzeby wypożyczalni sprzętu"**, realizowanego w ramach projektu **„Gmina Golina stawia na usługi społeczne"**, nr FEWP.10.01-IZ.00-0017/25.

Zmiany dotyczą następujących pozycji asortymentowych:

1. Pozycja 5 – Rotor rehabilitacyjny do kończyn górnych i dolnych

Dotychczasowy opis zostaje zastąpiony następującym zapisem:

Opis przedmiotu:

Rotor rehabilitacyjny elektryczny przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych w pozycji siedzącej. Urządzenie powinno umożliwiać wykonywanie ruchów obrotowych kończyn z wykorzystaniem napędu elektrycznego.

Wymagania minimalne:

- urządzenie z napędem elektrycznym;
- możliwość wykonywania ćwiczeń kończyn górnych i dolnych;
- możliwość wykonywania ruchów pedałów w kierunku do przodu i do tyłu;
- możliwość regulacji prędkości pracy urządzenia;
- możliwość ustawienia czasu treningu;
- wyświetlacz umożliwiający odczyt podstawowych parametrów treningu;

Wymaganie dotyczące równoważności:

Dopuszcza się zaoferowanie urządzenia równoważnego lub lepszego, pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych wymagań minimalnych. Urządzenie powinno zapewniać porównywalną funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwiać dostosowanie parametrów treningu do potrzeb użytkownika.

2. Pozycja 6 – Łóżko rehabilitacyjne

Dotychczasowy wymóg dotyczący materaca przeciwodleżynowego: ”umożliwiać odciążenie wybranego obszaru ciała za pomocą rozwiązania konstrukcyjnego zastosowanego przez producenta;” zostaje usunięty.