Wilkowice, dnia 20.11.2026 r.

Dotyczy konkursu nr K/18/2026/ZP - zakup wózków opatrunkowych w ramach dofinansowania Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

W odpowiedzi na pytania dotyczące warunków Konkursu Ofert informuje, co następuje:

Zapytanie nr 1

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 650x550x1000mm (szerokość x głębokość x wysokość)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwanym blatem bocznym o maksymalnym obciążeniu 5kg?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści wózek, którego maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi 10kg?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu, uruchomienia i szkolenia ze względu na fakt, iż produkty będące przedmiotem zamówienia dostarczane są złożone, gotowe do użytku, a ich obsługa ma charakter typowy.

Odpowiedź: W przypadku gdy przedmiot zamówienia dostarczany jest złożony, gotowy do użytku, nie jest konieczny montaż. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienia od wymogu montażu. Jeżeli producent przedmiotu zamówienia nie przewiduje (z uwagi na warunki gwarancji) konieczności szkolenia, to Wykonawca nie jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie dla personelu Zamawiającego.

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitala Kolejowego
w Wilkowicach-Bystrej
Ireneusz Stanlek