

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 2021-2414-53745)

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Dostawa wizjera termowizyjnego (kamery termowizyjnej) – opis i minimalne parametry techniczne:

Podstawowe minimalne wymagane parametry techniczne:

- Minimalny zakres pomiarowy temperatury – od 300°C do 1 500°C
- Rozdzielczość wyświetlacza - co najmniej 640 x 480 pikseli lub równoważne
- Rozdzielczość w podczerwieni – co najmniej 1024 x 768 pikseli lub równoważne
- Pole widzenia - co najmniej 24 x 18°
- Możliwość wymiennych soczewek
- Zoom cyfrowy – co najmniej 4x
- Maksymalny współczynnik emisyjności – 1
- Interfejs – co najmniej USB 2.0 i Bluetooth
- Ostrość ustawiana manualnie i automatycznie
- Dokładność podstawowa (+/-) °C - nie więcej niż 5°C
- Liczba palet kolorów – co najmniej 6
- Minimalna odległość ogniskowania – nie więcej niż 1m
- Czułość termiczna - nie mniej niż 50mK
- Oprogramowanie wewnętrzne
- Menu urządzenia w języku polskim

Oświadczenie Dostawcy

Niniejszym oświadczam, iż oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia wskazany w Formularzu oferty złożonym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (ogłoszenie nr 2021-2414-53745) spełnia minimalne parametry techniczne wskazane w niniejszej Specyfikacji.

.....
Miejsce i data

.....
Imię, nazwisko, podpis, pieczęć