

Specyfikacja minimalnych wymagań aparatury wynajmowanej w ramach realizacji projektu

„Opracowanie systemu szybkiego genotypowania próbek biologicznych dla celów kryminalistycznych - ForenSNP”

1. Komora starzeniowa

Parametry:

- Zakres temperatur z włączonym oświetleniem: minimum 10-60°C
- Zakres wilgotności z oświetleniem: minimum 10-75% wilgotności względnej
- Oświetlenie UV i światło białe
- Pojemność: minimum 50 litrów
- Zasilanie z jednej fazy
- Wewnętrzny rejestrator danych

2. Drukarka 3D

Parametry:

- Przestrzeń robocza min. 150x200x260
- Wbudowana komora azotowa
- Autonomiczna praca (bez potrzeby podłączonego komputera)
- Bezprzewodowa komunikacja
- Wyjmowany pojemnik z przesypem
- Kamera do podglądu pracy drukarki
- Podgrzewana powierzchnia drukowania
- Waga poniżej 100kg