

WPT/74/10/2021

Wrocław, 22.10.2021 r.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

wpt@technologypark.pl

tel.: +48 71 798 58 00, faks: +48 71 780 40 34

www.technologypark.pl**PYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 3
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr WPT/20/2021/1.2D**na dostawę urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Chemii i Biotechnologii
w ramach projektu„Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym –
INNOPOLISnext”

Wrocławski Park Technologiczny S.A. na podstawie zapisów ww. Zapytania Ofertowego (część XIII ust. 3-8) przekazuje treść pytań [pisownia oryginalna], które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 20.10.2021 r. i 21.10.2021 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

„Część 3 – Pkt. 17 – czy Zamawiający wymaga aby była możliwość podłączenia czujników do zintegrowanego z suszarką sterownika (rejestratora), czy możliwość włożenia zewnętrznych czujników z rejestratorem przez otwór inspekcyjny.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści obydwa rozwiązania.

Pytanie 2:

„Część 3 – Pkt. 19 – Zamawiający wymaga chłodzenia. Proszę o doprecyzowanie. Funkcji chłodzenia nie ma w suszarkach do szkła. Czy Zamawiający wyraża zgodę możliwości chłodzenia przez otwarcie drzwi ?”

Odpowiedź 2:

Chłodzenie może odbywać się przez otwarcie drzwi lub wymuszony obieg powietrza przy otwartych drzwiach (praca samego wentylatora bez udziału grzałek).

Pytanie 3:

„Część 4 – Proszę o doprecyzowanie czy urządzenie ma być wyposażone w pompę do odprowadzenia skroplin ?. Urządzenia z wbudowaną pompą wody mogą sprawnie działać 1,5 m w pionie i do 15 m w poziomie od linii odpływu , natomiast bez wymuszonego odpływu urządzenie musi być ustawione powyżej linii odpływu, aby grawitacja mogła zadziałać.”

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie określił wśród wymagań minimalnych wyposażenia urządzenia w pompę do odprowadzenia skroplin. Zaoferowanie takiego rozwiązania jest decyzją Wykonawcy.

Pytanie 4:

„Część 9 – Pkt. 2 – chłodziarka: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zakresem ustawienia temp od +3°C do +16°C”

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawienia temperatury od +3°C do +16°C.

Pytanie 5:

„Część 9 – zamrażarka: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Zamrażarkę z zakresem temperatury w środku (ustawianą): -14°C do -28°C”

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury w środku (ustawianą) od -14°C do -28°C.

Pytanie 6:

„Część 11 – Czy Zamawiający wymaga aby waga z pkt. 1 i 2 była legalizowana ?.”

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie określił wśród wymagań minimalnych legalizacji wag. Zaoferowanie wag legalizowanych jest decyzją Wykonawcy. Zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania.

Pytanie 7:

„Część 11 – Pkt. 2 ppkt. 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na liniowość +/- 20 mg”

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuści liniowość +/- 20 mg pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań minimalnych określonych dla urządzenia.

Pytanie 8:

„Pakiet nr VIII – Zamrażarka niskotemperaturowa – Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka wyposażona była w system chłodzenia oparty na kompresorach wykonanych w technologii inwerterowej, z której korzystają najwyższej klasy zamrażarki np. marki „PHCbi”? Urządzenia tego typu zapewniają szereg korzyści, wśród których wymienić należy przede wszystkim znacznie niższe zużycie energii elektrycznej i lepszą stabilność temperatury.”

Odpowiedź 8:

W zapytaniu ofertowym Zamawiający nie wskazał wśród wymagań minimalnych wspomnianej technologii. Zaoferowanie systemu chłodzenia opartego na kompresorach wykonanych w technologii inwerterowej jest decyzją Wykonawcy.