

Antoninek, 26.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2021-1197-81150 (NR WEW. 14/POIR/2021)**I Zamawiający****Dane firmy**Oxytop Sp. z o.o.
Siedziba Spółki:
Antoninek 2
62-060 Stęszew
Polska**Osoba do kontaktu:**Karolina Pruska-Iwanowska
email: karolina.pruska-ivanowska@oxytop.pl
M: 502258680**II Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: aparatu do miareczkowania zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym poniżej, wraz z oprogramowaniem, transportem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i używania sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

Zamówienie planowane jest w związku z realizacją projektu "Opracowanie zautomatyzowanego prototypu instalacji do produkcji ciekłych nadtlentków organicznych w dużej skali" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0913/19-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

III Tryb zamówienia

III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

III.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Oxytop Sp. z o.o. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje wszystkich Dostawców, którzy złożyli już swoje oferty. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

III.6 Niniejsze zapytane ofertowe nie zobowiązuje Oxytop Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

III.7 Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Dostawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

III.8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca. W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie, Dostawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

III.9 W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III.10 W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV Warunki udziału w postępowaniu i opis dokonania oceny spełnienia tych warunków

IV.1 Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Dostawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

Warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane w oparciu o Oświadczenie Dostawcy. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w pkt 2 zostanie odrzucona ze względów formalnych.

IV.3 Wykluczeniu z postępowania podlega Dostawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na:

- a uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga, aby Dostawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności istotnych warunków zamówienia.

V Specyfikacja przedmiotu zamówienia

V.1 Dostawa aparatu do miareczkowania zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym poniżej, w związku z realizacją projektu "Opracowanie zautomatyzowanego prototypu instalacji do produkcji ciekłych nadtlenków organicznych w dużej skali".

V.2 Kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe.

V.3 W celu złożenia oferty Dostawca jest zobowiązany spełnić wszystkie wymagania opisane w punkcie V.

V.4 Minimalny okres udzielonej gwarancji to 3 lata.

V.5 Dostępność części minimalnie 10 lat od momentu wycofania urządzenia z produkcji

V.6 Możliwość realizacji zamówienia w ciągu maksymalnie 6 tygodni od daty zamówienia.

V.7 Zapewnienie transportu zamówionych produktów bezpośrednio do siedziby firmy (Adres dostawy: Oxytop Sp. z o.o. Antoninek 2, 62-060 Stęszew, Poland).

V.8 Przekazanie informacji o terminie dostawy najpóźniej 5 dni przed planowaną dostawą.

V.9 Przedmiotem zamówienia jest:

L.p.	1. Aparat do miareczkowania – minimalne wymagania techniczne	
1.1	Rodzaje prowadzonych miareczkowań	- potencjometryczne (w tym: alkacymetryczne, redoksymetryczne, argentometryczne, kompleksometryczne, strąceniowe) - woltametryczne - amperometryczne
1.2.	Dozowanie titranta podczas miareczkowania	Dynamiczne (ze zmienną porcją titranta) Monotoniczne (ze stałą porcją titranta) Do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do dwóch punktów końcowych w jednej analizie)
1.3.	Realizacja pomiarów	Urządzenie powinno wykonywać pomiary w poniższym zakresie specyfikacji lub szerszym: - pH z dokładnością: 0,003 pH w zakresie: -20-+20 pH - U (mV) z dokładnością: 0,5 mV w zakresie: -2,400-+2,400 mV, - I _{pol} z dokładnością: 0,01 µA w zakresie: -200-+200 µA - U _{pol} z dokładnością: 0,5 mV w zakresie: -2,400 -2,400 mV - Temperatury: - czujnik NTC z dokładnością: ±0.6°C w zakresie: +10.0°C-40.0°C - czujnik Pt 1000 z dokładnością: ±0.4°C w zakresie: -20.0°C-150.0°C - Stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych
1.4.	Rozpoznawanie punktu końcowego	Automatyczne rozpoznawanie minimum 9 punktów równoważnikowych na krzywej miareczkowania. Możliwość rejestracji kolejno minimum 9 krzywych miareczkowania w jednej procedurze miareczkowania.
1.5.	Kalibracja elektrod pehametrycznych	- Maksymalnie 9-cio punktowa - Możliwe wprowadzanie tabeli rozkładu temperaturowego własnych buforów (np. Avantor, Beaker, Hamilton, Carl Roth, itd.) - Dane kalibracyjne zapamiętywane dla każdej elektrody pH
1.6.	Mieszadła	Magnetyczne –podłączone do titratora mieszadło magnetyczne, którego prędkość może być kontrolowana z poziomu oprogramowania oraz za pośrednictwem klawiszy zlokalizowanych na obudowie. Mieszadło współpracuje z różnymi wielkościami dipolów magnetycznych, których wielkość jest uzależniona od szerokości zlewki.
1.7.	Interfejsy pomiarowe	Analogowy interfejs pomiarowy wyposażony w dwa wejścia pomiarowe do podłączenia elektrod pomiarowych (polaryzowanych prądowo/potencjałowo) oraz czujnika temperatury, a także w wejście do podłączenia elektrody odniesienia.
1.8.	Elektrody	Możliwość współpracy z elektrodami: - Cyfrowymi, które posiadają zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy oraz chip elektroniczny, który pozwala na zapisywanie podstawowych danych (nazwa, historia kalibracji, współczynnik asymetrii, nachylenie, itd.)

		- Analogowymi W zestawie powinna znajdować się elektroda platynowa do pomiarów redoksymetrycznych.
1.9.	Moduł napędowy systemu dozującego	- Moduł napędowy o rozdzielczości 100 000 kroków na objętość biurety, pozwalający na dozowanie z dokładnością nie gorszą niż 0,01% powinien być integralną częścią aparatu. - System powinien pracować w zgodzie z dolną geometrią dozowania cieczy, a dzięki dowolnie konfigurowalnym portom w biurecie dozującej z systemem zaworów przestawno-rotacyjnych pozwalać na: - zaciąganie odczynnika z butelki do biurety - dozowanie odczynnika z biurety do naczynia do miareczkowania przez dowolny port dozujący - opróżnianie odczynnika z biurety z powrotem do butelki - automatyczne opróżnianie i przepłukanie biurety, zabezpieczając przed skutkami krystalizacji odczynników System powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie minimum czterech modułów dozujących System powinien posiadać na wyposażeniu trzy moduły dozujące z mieszadłami magnetycznymi, a jeden z powyższych modułów powinien mieć możliwość dodatkowego podłączenia mieszadła śmigłowego
1.10.	Biureta dozująca z systemem zaworów przestawno-rotacyjnych	- Biureta powinna być wyposażona w minimum cztery dowolnie konfigurowalne porty dozujące, cylinder szklany, tłoczek, komplet rurek dozujących oraz końcówkę dozującą zakończoną zaworem antydyfuzyjnym. - Dostępne objętości biuret: 2, 5, 10, 20 i 50 ml - Na wyposażeniu systemu powinny się znaleźć biurety: 20 ml
1.11.	Adaptory na butelkę	Możliwość stosowania przynajmniej dwóch rodzajów adapterów: - Wieloodczynnikowy: uniwersalny adapter, wielokrotnego użytku, dostarczany razem z aparatem, pozwalający na ustanowienie bezpiecznego połączenia między butelką z odczynnikiem, a urządzeniem sterującym. Adapter powinien posiadać chip komunikacji RFID, który pozwala na zapisywanie najważniejszych informacji (nazwy, stężenia, miana wraz z historią mianowania, numeru CAS, daty przygotowania oraz przydatności do zużycia, itd.) na temat odczynnika. - Jednoodczynnikowy: jednorazowy adapter który dostarczany jest razem z odczynnikami firmy Merck lub Honeywell, które są chronione przed otwarciem za pomocą plomby zabezpieczającej. Taki adapter zagwarantuje bezpieczne oraz w pełni chronione połączenie między butelką z odczynnikiem, a urządzeniem sterującym. Adapter powinien posiadać chip komunikacji RFID, który pozwala na zapisywanie najważniejszych informacji (nazwy, stężenia, miana wraz z historią mianowania, numeru CAS, daty przygotowania oraz przydatności do zużycia, itd.) na temat odczynnika.
1.12.	Współpraca z wagą analityczną	Możliwość współpracy z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS 232: Radweg, Mettler, Sartorius, Precisa, Ohaus, Gibertini, Scaltec, AND
1.13.	Porty komunikacyjne	USB RJ 45 – do podłączenia do Intranetu (Ethernet) RS 232
		4. Oprogramowanie
4.1	Opis działania	Program komputerowy powinien umożliwiać sterowanie pracą systemu do miareczkowania, rejestrację danych pomiarowych, ich graficzną prezentację on-line i rejestrację w bazie danych. Program powinien umożliwiać intuicyjne tworzenie dedykowanych systemów pracy dla każdej, pojedynczej aplikacji, tworzenie metod oraz procedur operacyjnych. Ponadto program powinien zapewniać możliwość ponownego przetwarzania wyników i przeliczania ich po modyfikacji naważki, czy też parametrów oszacowania krzywej miareczkowej.
4.2	Wymiana danych	Możliwość eksportu wyników do plików CSV. Kompatybilność plików CSV z systemami LIMS.
4.4	Wymagania techniczne	Program kompatybilny z systemem Microsoft Windows 8, 10, 11.
4.5	Archiwizacja danych	Powinna istnieć możliwość konfiguracji mechanizmu automatycznej kopii ustawień i danych.
		5. Akcesoria
5.1		3 sztuki dodatkowych elektrod
		6. Usługi
6.1		Transport, instalacja oraz szkolenie
6.2		Program opieki serwisowej, okresowych przeglądów i wydłużonej gwarancji.

VI Kryteria oceny ofert

VI.1 Cena – waga 100% (max. 100 pkt.)

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:

$$P_c = C_{\min} / C_{\text{badana}} * 100 \text{ pkt.}$$

P_c – punkty w kryterium ceny

$C_{\min}$ – cena netto najniższa

C_{badana} – cena netto badanej oferty

VI.2 Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VI.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert z Dostawcą, którego oferta zdobyła największą liczbę punktów, zwłaszcza gdy cena oferowana przez Dostawcę przekracza budżet przeznaczony przez zamawiającego na realizację danego zamówienia.

VI.5 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów.

VII Termin i sposób składania ofert

VII.1 Termin składania ofert został wskazany w treści opublikowanego postępowaniu w systemie BK2021. Termin składania ofert może ulec wydłużeniu.

VII.2 Oferty należy składać bezpośrednio w systemie BK2021 dostępnym po adresem

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

VII.3 Jednocześnie oprócz zgłoszenia oferty w systemie BK2021 prosimy również dostarczyć dokumenty ofertowe:

VII.4 osobiście lub listownie na adres Zamawiającego wskazany w pkt. I lub

VII.5 pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt. I.

VII.6 W tytule wiadomości należy podać numer zapytania ofertowego.

VII.7 Ofertę należy przygotować na wzorcu oferty stanowiącym Załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć podpisane Oświadczenia stanowiące Załączniki nr 2, 3 i 4.

VII.8 Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Dostawcy. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa. Do Zamawiającego powinien zostać wysłany komplet (oferta i pozostałe załączniki) podpisanych dokumentów ofertowych w formacie pdf lub podpisanych oryginałów w wersji papierowej. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy również przesłać Załącznik nr 1 - ofertę w formacie edytowalnym (np. doc, docx, odt).

VII.9 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie I adres e-mail lub adres stacjonarny.

VII.10 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail lub oferty niespełniające opisanych warunków nie będą podlegały ocenie. Przedstawiona oferta musi być zgodna ze specyfikacją. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Dostawcę do jej uzupełnienia.

VII.11 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia oraz formalnych zapisów w zapytaniu ofertowym należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I.

VII.12 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert).

VII.13 W ofercie dla każdego odczynnika powinna zostać doprecyzowana: nazwa, numer CAS produktu, czystość, wielkość opakowania, minimalny okres ważności, cena jednostkowa (opakowania) netto, cena za 1kg / 1l netto, cena jednostkowa brutto. Dodatkowo oferta powinna zawierać deklarowany czas realizacji zamówienia, warunki dostawy, warunki płatności oraz okres gwarancji stałości ceny do 31.10.2023 roku. Jednostka miary powinna być zachowana zgodnie z podaną specyfikacją.

VII.14 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

VII.15 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Dostawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

VII.16 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i w walucie PLN.

VII.17 Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

VIII Zawiadomienie o wyborze

Dostawca o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Wyniki postępowania zostaną również udostępnione w Bazie Konkurencyjności.

IX Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagana realizacja zamówienia w ciągu maksymalnie w 6 tygodni od daty zamówienia.

X Istotne postanowienia umowy

X.1 Umowa zostanie zawarta z Dostawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (uzyska najwyższą liczbę punktów).

X.2 Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym i ofercie.

X.3 Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

X.4 Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

X.5 Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności jeśli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy, w przypadku wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania likwidacyjnego, naprawczego bądź upadłościowego, a także karnego w zakresie związanym z przedmiotem Umowy.

X.6 Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie trwania Umowy przez Zamawiającego w przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania Projektu.

X.7 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, jednak Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w punktach dotyczących m. in. zakresu, terminu i sposobu wykonania, w przypadkach:

- a zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, miejsca realizacji projektu);
- b uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych czy politycznych);
- c Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Dostawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej; w przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, przy czym przedłużenie terminu nie ma żadnego wpływu na wysokość wynagrodzenia określonego
- d konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Dostawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
- e obiektywnych przyczyn niezależnych od Dostawcy lub Zamawiającego;
- f okoliczności siły wyższej;
- g zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
- h Zamawiający dopuszcza przedłużenie i skrócenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia sytuacji, której Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od Dostawcy;
- i otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany
- j zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności sprzętów, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia oszacowanego pierwotnie w umowie,
- k zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- l zmiany w umowie mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.

X.8 Wyżej wymienione przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

X.9 Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

XI Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

- Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
- Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Oxytop Sp. z o.o., Antoninek 2, 62-060 Stęszew, Polska; NIP: 779-00-17-718, REGON: 630055654, KRS: 0000179032.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Oxytop Sp. z o.o., Antoninek 2, 62-060 Stęszew, Polska lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@oxytop.pl.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@oxytop.pl.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

- wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

- marketingu produktów i/lub usług,
- realizacji produkcji,
- ofertowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług,
- obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

XII Załączniki do zapytania ofertowego

XII.1 Załącznik nr 1 – Wzór oferty

XII.2 Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV zapytania ofertowego

XII.3 Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

XII.4 Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

