



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMORY HIPERBARYCZNEJ

009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

w ramach projektu

**Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Invicta – Europejskiego Centrum badań Klinicznych,
Genetyki, Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Płodności Człowieka**
(umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0254/17-00).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Data ogłoszenia postępowania: 07/01/2022

Data ostatniej aktualizacji: 18/01/2022

Nr Zapytania: 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Aktualizacja z dnia 18/01/2022

W związku z zapytaniem i wątpliwościami potencjalnych Oferentów, Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 13, udzieloną w dniu 17.01.2022 r., informując iż:

Odp. Samo organicznie geograficzne miejsca realizacji robót, które można zaliczyć na poczet doświadczenia nie stanowi naruszenia zasady konkurencyjności oraz nie jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli jest ono uzasadnione. W tym przypadku miało ono na celu zagwarantowanie, że Oferent wykazał się zdolnością dostarczenia sprzętu spełniającego wymogi jego dopuszczenia do obrotu (w tym posiadające niezbędne świadectwa i certyfikaty) oraz wykorzystywania do świadczenia usług zdrowotnych, na obszarze na którym ma być eksploatowany, a więc w tym wypadku w obrębie Unii Europejskiej. Z tego względu Zamawiający ograniczył dostawy, które można wykorzystać jako potwierdzenie doświadczenia do dostaw na terenie UE, gdzie w konsekwencji musiały one dotyczyć urządzeń dopuszczonych do obrotu na terenie UE i posiadać niezbędne świadectwa i certyfikaty. Chcąc jednak lepiej odzwierciedlić istotę wymogu, Zamawiający dokonuje

ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

następującej zmiany warunku udziału w postępowaniu wskazanego rozdziale V ust.1 pkt j) Zapytania Ofertowego, w następujący sposób:

Było:

„ j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, zaprojektowanych i dostarczonych zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 1 400 000,00 zł brutto, co potwierdzą przedstawiając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”

Jest:

„ j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, spełniających wszystkie wymagania niezbędne do ich dopuszczenia do obrotu na terenie UE oraz wykorzystywania do świadczenia usług zdrowotnych (w tym posiadające wszystkie niezbędne świadectwa i certyfikaty), o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 1 400 000,00 zł brutto, co potwierdzą przedstawiając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”

Zamawiający modyfikuje zapisy Zapytania ofertowego oraz Formularza Ofertowego w powyższym zakresie

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2022 r.
2. Załącznik nr 2 Formularz Oferty z dnia 18.01.2022 r.

Aktualizacja z dnia 17/01/2022

Pytanie nr 12



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Pyt. 1 Ad pkt 69 załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących – Szkolenie.

Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkolenia dla grupy 4 do 8 osób – obsługa i właściwa konserwacja systemu komory hiperbarycznej – Rozumiemy, że Zamawiający wymaga aby szkolenie było przeprowadzone w języku polskim na terenie placówki Zamawiającego oraz, że osoby prowadzące szkolenie powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje m.in. min. inżynier z wykształceniem wyższym odpowiadającym przedmiotowi oferty np. inżynier biomedyczny, inżynier kliniczny posiadający

doświadczenie oraz uprawnienia nadane przez jednostki naukowo- edukacyjnej dla wieloosobowych medycznych komór hiperbarycznych.

Wnosimy o dokładne wyjaśnienie, ponieważ ma to znaczący wpływ na zakres oferty, podane informacje przez zamawiającego są zbyt ogólne aby przygotować rzetelną ofertę.

Odp. Zamawiający wymaga przeszkolenie personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem dostarczonego sprzętu i przy jego użyciu. Szkolenie powinno być przeprowadzone w języku polskim. Osoby szkolące powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie:

- a) operatora medycznych komór hiperbarycznych
- b) bieżącej obsługi komory hiperbarycznej wraz z instalacjami jej towarzyszącymi

Zamawiający nie wymaga szkolenia lekarza oraz pielęgniarki zgodnie z wymaganiami NFZ oraz standardami ECHM

Pytanie nr 13



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Dnia 13.01.2022 r. Pyt. 7. Zamawiający w punkcie V.1.1) w „treści dokumentu

ZO_zapytanie_ofertowe_komora_hiperbaryczna” wymaga aby Wykonawcy wykazali, że

j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej na terenie UE w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 2 000 000,00 zł brutto ...”

Zapis taki jak w zapytaniu ofertowym znacznie zawęża liczbę podmiotów do uczestnictwa w złożeniu oferty i traktuje preferencyjnie jednego z potencjalnych wykonawców co skutkuje ograniczeniem uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie zapisów do obowiązujących aktów prawnych i zmianę zapisu na:

„w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 1 400 000,00 zł brutto, co potwierdzą przedkładając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Dodatkowo informujemy, że ograniczanie wykazania się dostawami tylko na terenie Unii Europejskiej jest ograniczeniem niezgodnym z zasadą konkurencyjności oraz dyrektywami

Odp. W uzupełnieniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wymaga, aby komora hiperbaryczna była zaprojektowana zgodnie z dyrektywami UE ze względu na jej specjalistyczny charakter i konieczność stosowania konkretnych procedur medycznych, norm i standardów leczenia obowiązujących na terenie UE.

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu, wskazany w rozdziale V ust.1 pkt j) Zapytania Ofertowego, w następujący sposób:

Było:

„ j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej na terenie UE w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 1 400,00 zł brutto, co potwierdzą przedkładając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty „

ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Jest:

„j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, zaprojektowanych i dostarczonych zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 1 400,00 zł brutto, co potwierdzą przedstawiając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”

Zamawiający modyfikuje zapisy Zapytania ofertowego oraz Formularza Ofertowego w powyższym zakresie.

Pytanie nr 14

Dodatkowo informujemy, że ograniczanie wykazania się dostawami tylko na terenie Unii Europejskiej jest ograniczeniem niezgodnym z zasadą konkurencyjności oraz dyrektywami Unijnymi. Zgodnie z opisem

Zamawiającego podmioty, które dostarczyły i wykonały setki projektów na świecie a nie dostarczyły na terenie Unii zostają wykluczone. Wnosimy o dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację czy możliwa jest zmiana godziny wizji lokalnej w dniu 20.01.2022 roku na godzinę 12.00?

Odp. Zmiana terminu i godziny nie jest możliwa.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Załączniki:

3. Zapytanie ofertowe z dnia 17.01.2022 r.
4. Załącznik nr 2 Formularz Oferty z dnia 17.01.2022 r.



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Aktualizacja z dnia 12/01/2022

Pytanie nr 1

Pyt. 1 Do dnia dzisiejszego na stronie opublikowania Zapytania Ofertowego brakuje załącznika nr 3 zawierającego specyfikację, zgodnie z prawem załącznik ten powinien być opublikowany bez ograniczeń. Aby rzetelnie przygotować ofertę wymagany jest ten załącznik oraz odpowiedni czas na jego przeanalizowanie. W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie Zapytania ofertowego o odpowiednie dokumenty i załączniki oraz przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. W załączniku przesyłamy oświadczenie o zachowaniu poufności Załącznik nr. 1

Odp.- Zamawiający zamieszcza załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający podstawowe informacje odnośnie zakresu przedmiotu zamówienia. Natomiast zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego, załącznik nr 1 do załącznika nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, oraz pozostała niezbędna dokumentacja wykonawcza i techniczna, jako że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zostaną udostępnione po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2

Pyt. 2. Zamawiający w punkcie V.1.1) w „ w treści dokumentu ZO_zapytanie_ofertowe_komora_hiperbaryczna” wymaga aby Wykonawcy wykazali, że
j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 umowy w zakresie



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej na terenie UE w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 2 000 000,00 zł brutto, co potwierdzą przedkładając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zapis taki jak w zapytaniu ofertowym znacznie zawęża liczbę podmiotów do uczestnictwa w złożeniu oferty i traktuje preferencyjnie jednego z potencjalnych wykonawców co skutkuje ograniczeniem uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie zapisów do obowiązujących aktów prawnych i zmianę zapisu na:

„w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 1 400 000,00 zł brutto, co potwierdzą przedkładając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zapis taki poszerzy grono potencjalnych wykonawców, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kwalifikację do wykonania przedmiotu postępowania.

Odp. –Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu, wskazany w rozdziale V ust.1 pkt j) Zapytania Ofertowego, w następujący sposób:

Było:

„ j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej, których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej na terenie UE w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 2 000 000,00 zł brutto, co potwierdzą przedkładając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty „

Jest:

„ j) w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia Oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 umowy w zakresie technologii hiperbarycznej,



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

których przedmiot odpowiada Przedmiotowi Zamówienia, tj.: obejmuje realizację projektów w zakresie technologii hiperbarycznej i nurkowej na terenie UE w zakresie dostawy i instalacji komór hiperbarycznych, o wartości pojedynczego zadania (umowy) min. 1 400,00 zł brutto, co potwierdzą przedkładając dowody określające czy projekty realizowane w ramach tych umów zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego umowy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty „

Zamawiający modyfikuje zapisy Zapytania ofertowego oraz Formularza Ofertowego w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Pyt. 3 W związku z tym, że w zapytaniu ofertowym brakuje informacji o stanie budynku i jego wykończeniu rozumiemy, że Zamawiający przygotowuje: drogę transportu, dostosuje odpowiednie pomieszczenia wraz z instalacjami branżowymi np. prądu elektrycznego, tlenu medycznego itp. dla komory hiperbarycznej oraz jej wyposażenia.

Chcemy jednoznacznie podkreślić, że komory hiperbaryczne to specjalistyczne urządzenia o znacznych wymaganiach budowlanych i instalacyjnych

Prosimy o odpowiedź.

Odp.

Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego przedmiotem zamówienia jest „dostawa, montaż i uruchomienie komory hiperbarycznej”, a załączony przedmiar robót wskazuje, że montaż obejmuje:

- montaż wyposażenia komory hiperbarycznej
- system ogrzewania i system chłodzenia
- system przeciwpożarowy
- system niskociśnieniowy zasilania powietrzem
- system wysokociśnieniowy zasilania powietrzem
- wykonanie instalacji, instalacji rurowych, kanałów

Przedmiot Zamówienia obejmuje również roboty towarzyszące oraz prace pomocnicze. Szczegółowy opis oczekiwanych prac znajduje się w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz komplecie dokumentów administracyjnych i architektonicznych, które pozwalają na ocenę niezbędnych do wykonania prac, a które Zamawiający udostępnia po podpisaniu przez potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności.

W Zapytaniu Ofertowym wskazano też, że Przedmiot Zamówienia obejmuje również roboty towarzyszące oraz prace pomocnicze.

Budynek, do którego ma zostać dostarczona komora hiperbaryczna jest w trakcie budowy i został zaprojektowany przy założeniu, że znajdzie się w nim komora hiperbaryczna. Dokumentacja projektowa i wykonawcza zostanie



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

udostępniona potencjalnym Oferentom, którzy złożą Zamawiającemu Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zamawiający zapewni drogę dojazdu do budynku na odcinku zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Załącznika nr 6 do Umowy (Protokół Przekazania Terenu Budowy / Frontu Robót). Powyższe załączniki zostaną udostępnione potencjalnym Oferentom, którzy złożą Zamawiającemu Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Dodatkowo, w celu zapoznania się z terenem budowy i stanem budynku, potencjalni Oferenci mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Szczegóły i terminy dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej zawarte są w Zapytaniu Ofertowym.



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Pytanie nr 4

Pyt. 1 Ad pkt 2 ppkt A) załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących

Rozumiemy, że Zamawiający pisząc: instalacja tlenowa 8-12 bar, 1000-1200 nominalnych litrów/min ma na myśli tylko wewnętrzną instalację tlenową w komorze hiperbarycznej, rozprowadzającą gaz oddechowy do punktów oddechowym?. Prosimy o potwierdzenie powyższej tezy.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Pyt. 2 Ad pkt 2 ppkt. F) i G) załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących

Zamawiający wymaga projektu umiejscowienia komory oraz urządzeń wchodzących w skład systemu aby możliwe było spełnienie tego wymogu przez jakiegokolwiek wykonawcę Zamawiający musi udostępnić projekty architektoniczne i instalacyjne pomieszczeń przeznaczonych na komorę hiperbaryczną i podzespoły. Wnosimy o udostępnienie i opublikowanie w/w projektów

Odp. Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, Zamawiający udostępnia Dokumentację Wykonawczą w powyższym zakresie, po podpisaniu i dostarczeniu Oświadczenia o poufności Dokumentacji Wykonawczej stanowi załącznik nr 5 do Umowy. W powyższym załączniku została określona lokalizacja Komory Hiperbarycznej oraz urządzeń służących obsłudze komory hiperbarycznej.

Pytanie nr 6

Pyt. 3 Ad pkt 8 załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących

Zamawiający zapisał „test ciśnieniowy: 7,9 bar – informujemy, że zgodnie z wcześniej opisanymi przez Zamawiającego normami i dyrektywami, które obowiązują na terenie UE minimalne ciśnienie testowe systemu ciśnieniowego np. komory hiperbarycznej musi być minimum 1,5 raza wyższe od ciśnienia nominalnego pracy. W takim przypadku minimalne ciśnienie testowe dla przedmiotu zamówienia dla ciśnienia operacyjnego komory 5,5 bar musi wynosić 8,25 bar aby było zgodne z dyrektywami. Wnosimy o dostosowanie zapisów w specyfikacji do obowiązujących norm i dyrektyw.

Odp. Zamawiający będzie wymagał stosowania się do obowiązujących norm co zostanie potwierdzone przez wykonawcę stosownymi deklaracjami. –W związku z powyższym zmienia zapisy Załącznika nr 1 do Załącznika nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 8 w następującym zakresie:

Było:

„Test ciśnieniowy: 7,9 bar”

ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Jest:

„Test ciśnieniowy: wartość zgodna z obowiązującymi normami i dyrektywami na terenie UE

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do załącznika nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia w powyższym zakresie.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 zostanie niezwłocznie przekazany Oferentom, którzy otrzymali już dostęp do pierwotnej wersji w/w załącznika oraz udostępniony zainteresowanym Oferentom po dostarczeniu Oświadczenia o poufności.

Pytanie nr 7

Pyt. 4 Ad pkt 12 załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących.

Zamawiający określił wymiary np „łączna wysokość ok. 2200 mm – opis parametru „około” jest nieprecyzyjny i z technicznego punktu widzenia nie ma znaczenia bo stwierdzenie około może w podobny sposób oznaczać 2400 mm jak również 2000 mm. Rozumiemy, że zamawiający dopuszcza rozwiązania techniczne, które sprostają wymaganiom użytkowym i dopuści urządzenie o różnych rozmiarach wynikających z parametrów użytkowych takich jak liczba miejsc czy ciśnienie pracy – bo to one wpływają na wymiary ostateczne komory?

Podobnych nieprecyzyjnych zapisów Zamawiający użył w pkt.17, 18, 19, 20 i innych – rozumiemy, że Zamawiający pozostawia określenie dokładnych wymiarów wykonawcy, które wynikają z parametrów funkcjonalnych i użytkowych – i dopuszcza różne wymiary.

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarowe w zakresie wysokości + 50 mm. Zamawiający nie dopuszcza wymiarów wynikających z parametrów użytkowych komory. Zamawiający nie dopuszcza określenia wymiarów komory przez Oferenta wynikających z parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Zamawiający nie dopuszcza różnych wymiarów. Zamawiający informuje, że tolerancja wymiarowa wynosi dla szerokości i długości oraz otworów +/- 1%.

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 w pkt 12, 17, 18, 19 i innych w których występują zapisy „około”, wskazując tolerancje wymiarowe.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 zostanie niezwłocznie przekazany Oferentom, którzy otrzymali już dostęp do pierwotnej wersji w/w załącznika oraz udostępniony zainteresowanym Oferentom po dostarczeniu Oświadczenia o poufności.



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Pytanie nr 8

Pyt. 4 Ad pkt 44 załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących.

Zamawiający wymaga udostępnienia API i wykonanie prac programistycznych, ze względu że systemy oprogramowania i sterowania komorą stanowią certyfikowany system medyczny rozumiemy, że Zamawiający dostosuje odpowiednio swoje systemy do standardów zastosowanych w komorze hiperbarycznej oraz że Zamawiający ma świadomość odpowiedzialności za późniejszą ingerencję w powyższe systemy?

Zamawiający nie przewiduje ingerencji w komorę hiperbaryczną ani jej certyfikowane systemy. Zamawiający zamierza natomiast wykorzystywać dane przetwarzane w ramach komory hiperbarycznej w innych systemach.

Pytanie nr 9

Pyt. 4 Ad pkt 44 załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących.

Zamawiający wymaga systemu Windows 11 wraz z bezpiecznym podłączeniem do Internetu – rozumiemy, że Zamawiający to Zamawiający dostarczy odpowiednie podłączenie do sieci Internet np. za pośrednictwem sieci Wi-Fi w pomieszczeniu komory?

Odp. Zamawiający informuję, iż zapewni podłączenie do sieci Internet.

Pytanie nr 10

Pyt. 4 Ad pkt 53, 54,55, 67 załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących

W punktach tych Zamawiający opisuje system zasilania w powietrze oddechowego i wymaga zgodności z normą EN14931 a zarazem ogranicza ilość zbiorników powietrza, wydajność sprężarek, rodzaje sprężarek itp.

Rozumiemy, że Zamawiający dopuści rozwiązanie zasilania w powietrze oddechowe systemu komory hiperbarycznej, które będzie zgodne z normą EN14931, normą EN12021 oraz innymi dotyczącymi systemów ciśnieniowych i komór hiperbarycznych oraz który będzie odpowiednio dostosowany do zaoferowanej komory?

Po analizie specyfikacji zaproponowanej przez Zamawiającego wynika że zaproponowane rozwiązania – ograniczenia opisane przez Zamawiającego mogą nie być wystarczające i zgodne z obowiązującymi normami do zasilania takiej komory jak w specyfikacji.

Odp. Zamawiający wymaga wykonania prac zgodnie z założeniami określonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie



ZAPYTANIE OFERTOWE 009 | PAKIET B5PT(27) | KOMORA HIPERBARYCZNA | 2022 | 01

Pytanie nr 11

Pyt. 4 Ad pkt 56, 57 załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Parametry techniczne Komory Hiperbarycznej oraz instalacji towarzyszących

Zamawiający wymaga systemu wysokociśnieniowego a zarazem odnosi się do normy EN12021 oraz EN14931 gdzie takiego wymogu nie ma. Naszym obowiązkiem jako doświadczonego dostawcy systemów hiperbarycznych jest poinformowanie, że system taki nie jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania komory – istnieją inne lepsze rozwiązania dzięki którym komora będzie w pełni funkcjonalna i bezpieczna.

Koszty eksploatacji systemów wysokociśnieniowych są wielokrotnie wyższe niż np.. podwojonego systemu niskociśnieniowego do 10 bar.

Patrząc pod względem funkcjonalnym, bezpieczeństwa i ekonomicznym oraz praktyki technicznej i medycznej nie ma potrzeby wyposażania komory hiperbarycznej o ciśnieniu 5,5 bar w system wysokociśnieniowy dlatego też dbając o zoptymalizowanie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacyjnych pytamy czy Zamawiający dopuści w zamiar systemu wysokociśnieniowego podwójny system zasilania w sprężone powietrze oparty na podwójnym układzie niskociśnieniowym ?

Podkreślamy, że rozwiązanie takie nie będzie gorsze pod względem technicznym i funkcjonalnym a będzie bardziej niezawodne i mniej kosztowne dla Zamawiającego w późniejszej eksploatacji.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia i dopuszczenia, dotyczące Zapytania ofertowego i jego załączników, stanowią integralną część Zapytania ofertowego, w związku z powyższym należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 12.01.2022 r.
2. Załącznik nr 2 Formularz Oferty z dnia 12.01.2022 r.
3. Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia