

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Część 18

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa **TAK** w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregośkolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.
- Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu w siedzibie Zamawiającego (MCSM) dla instruktorów symulacji, nauczycieli, techników medycznych, pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi, konserwacji sprzętu określonego w przedmiocie zamówienia symulatorów, otoczenia symulacyjnego, fantomów i sprzętu medycznego.
- Zamawiający informuje, że pod przedmiot zamówienia została przygotowana infrastruktura teletechniczna (okablowanie, LAN, audio, wideo) w pomieszczeniach symulacyjnych, sterowni i serwerowni.

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 kpl.		
Nazwa, typ, model oferowanego produktu.....(uzupełnić)		
Producent, rok produkcji.....(uzupełnić)		
L.p.	Opis wymagań	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE
1.	Zestaw do nauki przemieszczania pacjenta:	
	• Podstawa obrotowa z uchwytem pod nogi umożliwiającą transfer obrotowy pacjenta; średnica 40cm, udźwig min. 120kg	
	• Elastyczna poduszka obrotowa; średnica min. 42cm; wykonana z materiałów o niskim współczynniku tarcia	
	• Mata ślizgowa wymiary: 60x175cm, obciążenie maksymalne 200kg i pas obejmujący nogi podczas transferu	
	• Profesjonalny pas do przenoszenia chorego; wykonany z trwałego materiału; wewnątrz materiał antypoślizgowy; regulowana długość min. 125cm, szer. Min, 14 cm.	
	• Pas do podnoszenia i przemieszczania pacjenta z łóżka na wózek, zmiany pozycji pacjenta w łóżku; wymiary: 65x25cm	
	• Krótka deska do przemieszczania pacjenta z łóżka na fotel lub wózek; deska giętka o gładkiej powierzchni, wymiary: 73x32cm, obciążenie maksymalne 200kg	
	• Urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjenta; min. wymiary dł. 110 cm, szer.48 cm, udźwig do 160kg	
	• Podpórka do wstawiania z fotela; lekka konstrukcja metalowa wyposażona w antypoślizgowe uchwyty; min. wymiary 51x40x80cm.	
	• Podstawa podwyższająca pod stopy, wspomagająca transfer pacjenta; wykonana z polietylenu; wymiary min. 38x32x10 cm	
	• Mata ślizgowa do przemieszczania pacjenta, wykonana z bardzo śliskiej tkaniny, o otwartej konstrukcji, posiadająca uchwyty z boku i przodu, wymiary min. 100x200cm.	

..... dnia

.....
/Podpis Wykonawcy/

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Część 19

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa **TAK** w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregośkolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.
- Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu w siedzibie Zamawiającego (MCSM) dla instruktorów symulacji, nauczycieli, techników medycznych, pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi, konserwacji sprzętu określonego w przedmiocie zamówienia symulatorów, otoczenia symulacyjnego, fantomów i sprzętu medycznego.
- Zamawiający informuje, że pod przedmiot zamówienia została przygotowana infrastruktura teletechniczna (okablowanie, LAN, audio, wideo) w pomieszczeniach symulacyjnych, sterowni i serwerowni.

Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej – 1 kpl.		
Nazwa, typ, model oferowanego produktu.....(uzupełnić)		
Producent, rok produkcji.....(uzupełnić)		
L.p.	Opis wymagań	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE
1.	Materac przeciwoleżynowy rurowy;	
	Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego materiału; komory napełniane cyklicznie powietrzem przez pompę zasilającą.	
	Wymiary materaca: 200cm x 90 cm.	
	Materac wyposażony w pokrowiec	
	Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji	
2.	Materac przeciwoleżynowy	
	Wykonany z pianki wysoko-elastycznej, trwały i odporny na odkształcanie, nie przepuszczający płynów, odporny na rozdarcie	
	Materac w pokrowcu nieprzemakalny, paroprzepuszczalnym	
	Wymiary: 90x200x14cm	
3.	Zestaw poduszek do pozycjonowania pacjentów wypełnionych mikrogranulkami lub mikrowłóknem; pokrowce zmywalne, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; lub poduszki wykonane z pianek wysokoelastycznych z pokrowcem; w zestawie minimum:	
	1) Poduszka w kształcie półksiężyca do podpierania pleców, wymiary min. 135x85cm; mała poduszka pod głowę	
	2) Okrągła poduszka pod kark o średnicy min. 45 cm	
	3) Poduszka „wąż” do układania pacjenta w pozycji bocznej; min. długość 180 cm	
	4) Średnia i mała poduszka stabilizująca; wymiary: poduszka średnia: min. 40x56cm; poduszka mała: 35x26cm	
	5) Poduszka w kształcie wałka, wymiary min. 60cm x20cm wraz z poduszką do odwodzenia kolan	
	6) Poduszka odwodząca kolana (separator/klin między uda); wymiary min. 25x20x15cm.	

7) Poduszka w kształcie klina – do stabilizacji miednicy, do układania między nogami pacjenta. Wymiary minimalne: dł. 80cm, szer. 30cm, wys. 8/15cm	
8) Szyna Brauna – poduszka dopasowana do kształtu podudzia; wymiary minimalne: dł. 80, szer. 30, wys. 19,5cm	
9) Klin pod plecy lub nogi: poduszka umożliwiająca podparcie pleców lub nóg w zakresie 30-60 stopni; poduszka w bawełnianej poszewce/ochraniaczu; wymiary: 22,5x60x58cm;	
10) Poduszka przeciwoleżynowa okrągła do siedzenia; grubość min. 8cm; średnica min. 41x32; grubość otworu wewnętrznego 13x19cm	
11) Krążki przeciwoleżynowe w pokrowcu frotte; rozmiary: średnica 20x6cm – 2 szt.; 40x5 cm – 1 szt; 25x7 cm – 2 szt.	
12) Podkładka pod głowę, zapobiegająca powstawaniu odleżyn; wykonana z pianki poliuretanowej; wymiary: 23x21x10cm	

..... dnia

.....
/Podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2t do zapytania ofertowego nr 0006/2022/4

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Część 20

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa **TAK** w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregośkolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.
- Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu w siedzibie Zamawiającego (MCSM) dla instruktorów symulacji, nauczycieli, techników medycznych, pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi, konserwacji sprzętu określonego w przedmiocie zamówienia symulatorów, otoczenia symulacyjnego, fantomów i sprzętu medycznego.
- Zamawiający informuje, że pod przedmiot zamówienia została przygotowana infrastruktura teletechniczna (okablowanie, LAN, audio, wideo) w pomieszczeniach symulacyjnych, sterowni i serwerowni.

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik – 1 kpl.

Nazwa, typ, model oferowanego produktu.....(uzupełnić)

Producent, rok produkcji.....(uzupełnić)

L.p.	Opis wymagań	Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE
1.	Wózek transportowo-kąpielowy dla osoby dorosłej	
	Barierki i szczyty wózka wykonane ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo	
	wanna PCV z odpływem, wodoodporną poduszką	
	Koła wózka z blokadą	
	Uchylane barierki, 4 odbojniki	
2.	Podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów	
	Rama wózka malowana proszkowo;	
	Sterowany elektrycznie, przycisk awaryjny, dodatkowy manualny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii; sterownie pilotem przewodowym;	
	Obrotowe koła przednie; koła tylne wyposażone w blokadę.	
	Czteropunktowy wieszak nosidła	
	W wyposażeniu nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku	
3.	Zestaw do mycia włosów u osób w pozycji leżącej. Pneumatyczna miska z węzłem odpływowym, pojemnik na wodę z węzłem z końcówką prysznicową.	
4.	Taboret lub krzesło prysznicowe z oparciem	
	Taboret/krzesło wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nóżki antypoślizgowe	

..... dnia

.....
/ Podpis Wykonawcy/