

Katowice, 29.04.2022 r.
(miejscowość, data).

Fertilita sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 34, 40-97 Katowice
NIP: 634-297-42-05

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Regeneracja płodności kobiety za pomocą jajnikowych komórek macierzystych (OSC): opracowanie programów integracyjnych regenerujących wyczerpane jajniki po leczeniu nowotworów oraz u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników (POF)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem, w tym dostawę i odbiór po okresie wynajmu wynajmowanego sprzętu:

I. ZAMAWIAJĄCY

Fertilita sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 34, 40-097 Katowice
NIP: 634-297-42-05
Tel. 601 381 888
e-mail: jmagnucki@wp.pl

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI SPORZĄDZANIA OFERT

1. O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot:
 - a. prowadzący działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
 - b. wobec którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - c. nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Nie dopuszcza się ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każde urządzenie z osobna:
 1. Stanowisko do ICSI/IMSI z mikromanipulatorem typu Integra 3, laserem Saturn 5 Active, w tym stół antywibracyjny AV1 (lub równoważne jako system pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
 2. Inkubatory hodowlane
 3. Pompa do pobierania oocytów typu Labotect (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
 4. Komora laminarna II klasy L234 z mikroskopami typu Leica S9 oraz systemem RI Witness (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

5. Mikroskop do analizy nasienia typu Leica DM1000 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
6. Zbiorniki do przechowywania gamet i zarodków w ciekłym azocie
7. Zgrzewarka do słomek typu CBS SYMS III (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
8. Oczyszczacz powietrza typu Coda Aero 500 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
9. Wirówka laboratoryjna typu Origio Midi (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
10. Drukarki laboratoryjne typu Brady BMP 71 (kompatybilne z systemem RI Witness) (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
11. Sorter

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy wynajmu oraz dostawy i odbioru po okresie wynajmu następującego sprzętu medycznego (okres najmu 14 miesięcy i 26 dni):

1. Stanowisko do ICSI/IMSI z mikromanipulatorem typu Integra 3, laserem Saturn 5 Active, w tym stół antywibracyjny AV1 (lub równoważne jako system pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) jest standardową metodą w pracowniach IVF na całym świecie, a dobre wyposażenie stanowić będzie wsparcie we wdrażaniu dobrej praktyki laboratoryjnej, komfortowej i wydajnej pracy oraz poprawianiu wyników tej procedury. Mikroskopy Leica DMI8 (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) będące podstawą systemu dzięki najlepszej optyce, a także w powiązaniu z łatwością obsługi pozwolą na prowadzenie procedur ICSI i IMSI (ICSI z dodatkową oceną komórki plemnikowej) na jednym zestawie. Nowatorki system IMSI (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) oparty będzie na obiektywie 100x z wysoką wartością przesłony numerycznej i dodatkowym powiększeniu optycznemu pozwalającym na uzyskanie całkowitego powiększenia do 8000x na monitorze LCD (lub równoważnym pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych). Dzięki temu ocena morfologii komórek plemnikowych oraz ich selekcja będzie skuteczniejsza. Integra 3™ (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) - zaawansowany technicznie mikromanipulator o wysokiej czułości i łatwej obsłudze, dzięki czemu prowadzenie procedur ICSI/IMSI będzie bardzo proste i szybkie. Mikromanipulator Integra 3™ (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) wyposażony będzie dodatkowo w przełomowy system Thermosafe (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych), który tłoczyć będzie delikatny strumień ogrzanego powietrza pod szalkę hodowlaną stabilizując i wyrównując temperaturę na całej jej powierzchni. Będzie to zintegrowany układ, który zapewni stabilność ogrzewania nieosiągalną w przypadku metalowych lub szklanych płytek grzejnych. Laser Saturn 5™ Active (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) będzie laserem o kierowanej wiązce, który stanowić będzie niezwykle użyteczne narzędzie do biopsji czy procedur assisted hatching. Korzystając z trybu Biopsy Mode (lub równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) będzie się wyznaczać zakrzywioną linię, po której prowadzona będzie wiązka laserowa. Laser wypali jedynie ściśle wyznaczony obszar, co wyeliminuje konieczność obracania zarodka za pomocą mikropipety. Zarodek będzie dodatkowo zabezpieczony za pomocą zoptymalizowanej mocy wiązki (wysoka moc, krótki impuls) oraz zastosowanie czerwonej kontrolnej wiązki do zweryfikowania celności lasera i poprawności jego działania. Całość spoczywać będzie na stole antywibracyjnym AV1 (lub równoważnym pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych), eliminującym niepożądane drgania, które mogłyby utrudniać sprawne wykonanie procedury.

Szczegółowe parametry techniczne:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Stół antywibracyjny typu AV1 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) – 1 szt.

1.	Wymiary: szer. 110–1300 mm gł. 700-750 mm wys. 780-800 mm
2.	Obciążenie do 70 kg
3.	System z płytą pod mikroskop opartą na sprężynach chowanych pod blatem
4.	Waga 90 - 110 kg

Mikromanipulator typu Integra 3 Thermosafe (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) - 1 szt.

1.	Mikromanipulator mechaniczny zintegrowany ze stolikiem mikroskopu oraz płytkami grzejnymi
2.	Centralna metalowa płytka grzejna z otworem o średnicy umożliwiający korzystanie z obiektów o powiększeniu większym niż 40x do procedury IMSI
3.	System Thermosafe (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) tłoczący ogrzane powietrze pod otwór w centralnej płytce grzejnej, który pozwala na uzyskanie wysokiej stabilności i jednorodności temperatury
4.	Stabilność i jednorodność $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ Regulacja temperatury w zakresie 30-45°C
5.	Wyświetlacz typu LCD
6.	Pompy powietrzne lub olejowe 2 szt.
7.	Sprzęt oznaczony jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC

Laser typu Saturn 5 Active (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) – 1 szt.

1.	Laser jest wyposażony w diodę emitującą wiązkę laserową o długości fali 630-650 nm. Jest to światło widzialne dla ludzkiego oka, które prowadzone jest tym samym torem co wiązka ablacyjna i służy potwierdzeniu celności lasera.
2.	Obiektyw zaprojektowany, by zoptymalizować emisję wiązki ablacyjnej. Pozwala on na uzyskanie poprawnego obrazu przy jednoczesnym zachowaniu krótkich impulsów. Obiektywy są testowane, by potwierdzić zgodność z laserami Saturn 5™ (lub równoważnymi pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) Obiektywy dostępne są w powiększeniach 20x i 40x.
3.	Wiązka ablacyjna o długości fali 1480nm (+/- 50 nm) oraz mocy $\geq 400\text{mW}$. Czas trwania impulsów od 0.001 do 2.0ms (1-2000 μs) Produkt klasy I (zgodnie z IEC 60825-1:2007) Testowany na sposób w jaki oddziałuje na materiał biologiczny oraz równomierność ablacji.
4.	Kompatybilny z systemem Oosight™ (lub równoważnym pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
5.	Program RI Viewer™ do sterowania laserem oraz archiwizacji obrazu przy wykorzystaniu kamery typu Watec (lub równoważnych pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
6.	Sprzęt oznaczony jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC

Mikroskop odwrócony typu Leica DMI8 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) - 1szt

1.	Dwustronna śruba mikro/makro
2.	Mikroskop odwrócony przystosowany do pracy ze światłem przechodzącym
3.	Mikroskop przystosowany do pracy z kontrastem modulacyjnym (typu Hoffman, lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
4.	Zintegrowany zmieniacz powiększeń min. 1x - 1,6x
5.	Boczny port do kamery o podziale światła 80/20 oraz 0/100
6.	Tubus trinokularowy z portem do kamery o podziale światła 50/50 oraz 0/100
7.	Okulary o minimalnym polu widzenia 22 mm
8.	Odchylane do tyłu ramię oświetlacza
9.	Wbudowane oświetlenie LED regulowane za pomocą pokrętła w dolnej, lewej części korpusu mikroskopu
10.	Kondensor zapewniający prześwit min. 40 mm, z polem widzenia min. 25 mm, wyposażony w 7-pozycyjny zmieniacz rewolwerowy pozwalający na instalację wkładek do wszystkich zainstalowanych metod kontrastowych (średnice od 23 do 32 mm)
11.	Zintegrowany z obudową suwak zamontowany w przedniej części korpusu zawierający wkładki (modulatory) do kontrastu (typu Hoffman lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	funkcjonalnych)
12.	Polaryzator w odchylanym uchwycie zamontowanym na kondensorze
13.	Szary filtr
14.	Obiektyw o powiększeniu 4x (+/- 1)
15.	Obiektyw o powiększeniu 4x (+/- 1) z kołnierzem
16.	Obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 10x (+/- 1) i wartości przesłony min. 0.25
17.	Obiektyw semi-apochromatyczny o powiększeniu 20x (+/- 1) i wartością przesłony min. 0.40 z pierścieniem korekcyjnym
18.	Obiektyw semi-apochromatyczny o powiększeniu 40x (+/- 1) i wartością przesłony min. 0.60 z pierścieniem korekcyjnym
19.	Obiektyw semi-apochromatyczny o powiększeniu 63x (+/- 1) i wartością przesłony min. 0.70 z pierścieniem korekcyjnym
20.	Złącze typu C o powiększeniu 0,55x (+/- 0,05)
21.	Możliwość rozbudowy o kontrast rodzaju DIC (Nomarski)
22.	Mikroskop spełnia wymagania Dyrektywy UE 98/79/EC dotyczącej diagnostyki in vitro.

2. Inkubatory hodowlane

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: podstawę sprzętu do prowadzenie hodowli stanowić ma 2 inkubatory typu G185 (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych), który wyposażony powinien być w 10 osobnych przedziałów, z których każdy jest przeznaczony dla jednej pacjentki. Ograniczać to ma stres, któremu poddawane są zarodki podczas rutynowych zabiegów i pozwala na szybkie odzyskiwanie parametrów pracy po otwarciu drzwiczek. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu filtrowi, z powietrza wewnątrz inkubatora powinien na bieżąco eliminować lotne związki organiczne (VOC), których toksyczność jest ważnym czynnikiem negatywnie wpływającym na powodzenie hodowli. Uzupełnieniem mają być natomiast 2 inkubatory typu C60 (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) z nowoczesnym systemem regulacji wilgotności, który ma być wykorzystywany do przygotowywania mediów oraz jako dodatkowy inkubator hodowlany.

Szczegółowe parametry techniczne:

Inkubator typu G185 - 2 szt. (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Inkubator wyposażony w przynajmniej 10 osobnych przedziałów hodowlanych i dodatkową komorę do ogrzewania mediów hodowlanych
2.	Wyposażony we wbudowany mieszalnik gazów. Inkubator zasilany czystymi gazami N ₂ i CO ₂
3.	Wbudowany filtr powietrza – umożliwiający uzyskanie wewnątrz inkubatora czystość powietrza w klasie A
4.	Wymiary nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 930 x 570 x 170 mm
5.	Waga poniżej 40 kg
6.	Kontrola temperatury w zakresie 20 °C – 42 °C
7.	Maksymalne zużycie CO ₂ : 1.5 l/godzinę Maksymalne zużycie N ₂ : 7 l/godzinę
8.	Fabrycznie zamontowane porty dla zewnętrznych systemów pomiarowych dla pH, koncentracji CO ₂ oraz temperatury
9.	Sprzęt oznaczony jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
Inkubator typu C60 – 2 szt. (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Wymiary nie większe niż 520 x 550 x 730 mm
2.	Pojemność przynajmniej 60l
3.	Wewnętrzna komora wykonana w technologii bezszwowej z elektropolerowanej stali nierdzewnej. Po wyjęciu stelaża oraz półek, powinno się otrzymać idealnie gładką powierzchnię ścian, łatwą w dezynfekcji.
4.	Ogrzewanie wszystkich ścian wewnętrznych oraz drzwii
5.	Wentylator w komorze hodowlanej
6.	Zakres temperatury 27-42 °C
7.	Stabilność temperatury ±0.1 °C



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	Jednorodność temperatury $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
8.	Kontrola poziomu CO ₂ za pomocą wysoko-precyzyjnego, dwu-wiązkowego czujnika IR
9.	Kontrola CO ₂ w zakresie 0–10 % Stabilność CO ₂ $\pm 0.1\%$ CO ₂
10.	Aktywne, sterylne nawilżanie minimalizuje ryzyko skażenia.
11.	Zakres pomiaru wilgotności w zakresie 0–98 % rH / kontrola wilgotności w zakresie 60–95 % rH
12.	Sprzęt oznaczony jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
Niezbędne oprzyrządowanie inkubatorów - Analizator gazów typu G-100 – 1 szt. (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Przenośny analizator gazów z pułapką kondensacyjną
2.	Zakres CO ₂ : przynajmniej 0-20% Zakres O ₂ : 0-100%
3.	Czas reakcji czujnika CO ₂ ≤ 20 s
4.	Czas reakcji czujnika O ₂ ≤ 60 s
Niezbędne oprzyrządowanie inkubatorów - pH metr do zastosowań związanych z hodowlą IVF – 1 szt.	
1.	Urządzenie przenośne wyposażone w baterię
2.	Dokładność pomiaru $\pm 0.02\text{pH}$ Dokładność czujnika temperatury $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
3.	Bufory kalibracyjne pH 4, 7 i 10 Pamięć wewnętrzna oraz możliwość podłączenia do komputera

3. Pompa do pobierania oocytów typu Labotect (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: posiada system płynnej regulacji siły ssania pompy aspiracyjnej, pełną kontrolę i wysoką czułość, umożliwiające szybkie i bezpieczne pobieranie płynu pęcherzykowego, a wbudowany blat grzejny pozwalać ma na organicznie czasu, w którym oocyty wystawione są na działanie niskiej temperatury – co mogłoby powodować ich nieodwracalne uszkodzenie.

Szczegółowe parametry techniczne:

Pompa do pobieranie oocytów typu Labotect – 1 szt. (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Pompa typu „high vacuum, low flow” zgodnie z normą DIN ISO 10079-1:1999
2.	Zakres generowanego podciśnienia: 0 – 500 mm Hg (0 - 666 mbar)
3.	Regulacja siły ssania: bezstopniowa, płynna regulacja w zakresie od 0 do 500 mm Hg za pomocą pedału
4.	Pojemność zbiornika przelewowego: minimum 100 ml
5.	Możliwość autoklawowania zbiornika przelewowego
6.	Możliwości podłączenia drenu aspiracyjnego o średnicy od 2 do 4 mm
7.	Klasa bezpieczeństwa: I
8.	Klasa urządzenia wg dyrektywy 93/42/EEC: Klasa IIa

4. Komora laminarna II klasy L234 z mikroskopami typu Leica S9 oraz systemem RI Witness (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: komora II klasy skonfigurowana z myślą o



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



wykorzystaniu jej w pracowniach wspomaganego rozrodu, która w standardzie posiada wiele rozwiązań ułatwiających pracę z gametami i zarodkami, jak na przykład ogrzewane blaty i system kloszy z regulacją atmosfery. Urządzenie powinno być też fabrycznie wyposażone w oświetlenie do wysokiej jakości mikroskopów stereoskopowych Leica S9 (lub równoważnych pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) oraz posiadać wbudowane punkty do ich ergonomicznego zamocowania. Dodatkową cechą komory L234 (lub równoważnej pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) ma być też blat grzejny zintegrowany z nowoczesnym systemem świadczenia RI Witness opartym o wykorzystanie etykiet RFID (lub równoważnym pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) – system zbliżeniowy, który automatycznie wykrywa i identyfikuje materiał znajdujący w obrębie stanowiska roboczego.

Szczegółowe parametry techniczne:

Komora Laminarna II klasy typu L234 (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	komora II kl. bezpieczeństwa biologicznego chroniąca produkt i operatora zgodna z dyrektywą Unii EN12469
2.	wyposażona w kompletny system kontroli prędkości powietrza
3.	pomiar prędkości powietrza w komorze za pomocą zewnętrznego aneometru umieszczonego wewnątrz komory w płaszczyźnie horyzontalnej (wg EN12469)
4.	średnia prędkość powietrza w komorze 0,35m/s (+/- 0,03)
5.	2 filtry rodzaju HEPA
6.	usuwanie min. 99,9995% cząstek 0,3micronowych
7.	recyrkulacja powietrza w stosunku: 70% recyrkulacji – 30% wyziewu przez filtr HEPA
8.	poziom hałasu <51dB
9.	panel sterujący wbudowany w blat komory i łatwo dostępny dla operatora
10.	Ergonomiczny blat ze stali nierdzewnej, zintegrowany z płytą systemu RI Witness (lub równoważnym pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
11.	boczne panele ze wzmocnionego szkła
12.	wbudowana lampa UV z timerem
13.	wbudowanie gniazdek elektrycznych wewnątrz komory
14.	możliwość podłączenia zewnętrznego źródła gazu
15.	Blat roboczy o szerokości przynajmniej 120cm
16.	Wymiary maksymalne: 1250x740x2020mm szer./głęb./wys.
17.	Zintegrowane oświetlenie LED do mikroskopów stereoskopowych
18.	Mikroskopy stereoskopowe typu Leica S9i (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) – posiadające zintegrowaną kamerę, gotowe do montażu w komorze

5. Mikroskop do analizy nasienia typu Leica DM1000 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: sprawdzony i łatwy w obsłudze mikroskop do oceny nasienia. Jego cechami mają być wysokiej jakości optyka oraz doskonała ergonomia.

Szczegółowe parametry techniczne:

Mikroskop do analizy nasienia typu Leica DM1000 – 1 szt. (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Leica DM 1000 LED (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) do pracy w świetle przechodzącym
2.	Oświetlenie LED o żywotności przynajmniej 50 000 godzin
3.	Ergonomiczny korpus, pokręta do regulacji położenia stolika na długim trzonku i możliwość pełnego dostosowania mikroskopu dla osób prawo i leworęcznych
4.	Stolik z powłoką ceramiczną
5.	Głowica rewolwerowa na 5 obiektywów



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6.	Kondensor i obiektywy z oznaczeniami barwnymi ułatwiającymi ustawienie przesłony
7.	Kontrast fazowy z wymiennymi wkładkami
8.	Obiektyw planachromatyczny 5x/0.12
9.	Obiektyw planachromatyczny 10x/0.25 do kontrastu fazowego
10.	Obiektyw planachromatyczny 20x/0.40 do kontrastu fazowego
11.	Obiektyw planachromatyczny 40x/0.65 do kontrastu fazowego
12.	Obiektyw planachromatyczny 100x/1.25 OIL do kontrastu fazowego
13.	Mikroskop spełnia wymagania Dyrektywy UE 98/79/EC dotyczącej diagnostyki in vitro.

Niezbędne oprzyrządowanie - Komora do analizy nasienia typu Makler Counting Chamber – 1 szt. (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

1.	Komora do analizy nasienia typu Makler Counting Chamber (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
2.	Spełnia wymagania dyrektywy In Vitro Diagnostic Devices Directive (IVD) 98/79/EC, Annex III

6. Zbiorniki do przechowywania gamet i zarodków w ciekłym azocie

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: zbiorniki typu MVE (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) będą rozwiązaniem, które zostało dobrane pod kątem wykorzystania przy klinikach IVF. Zestaw pozwalać będzie na wygodne przechowywanie dużej liczby słomek z materiałem na ograniczonej powierzchni. Ilość: 3 plus oprzyrządowanie.

Szczegółowe parametry techniczne:

Zbiornik do przechowywania materiału biologicznego w ciekłym azocie typu MVC XC 47/11-10 – 3 szt. (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

1.	Zbiornik aluminiowy na 10 (+/- 1) kanistrów
2.	Objętość przynajmniej 47 litrów
3.	Pojemność: przynajmniej 3200 słomek o objętości 0,5 ml
4.	Utrata azotu na poziomie nie większym niż 0,39 l/dzień
5.	Utrzymanie azotu na poziomie nie mniejszym niż 76 dni
6.	Średnica szyjki minimum 127 mm
7.	Podstawa z kółkami
8.	Kompatybilne z elektronicznymi miernikami poziomu azotu
9.	Gwarancja na próżnię: przynajmniej 5 lat
10.	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC

Oprzyrządowanie - Zbiornik do dozowania ciekłego azotu typu LAB 30 – 1 szt. (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

1.	Aluminiowy zbiornik przystosowany do przechowywania i dozowania ciekłego azotu
2.	Objętość przynajmniej 30 litrów
3.	Utrata azotu na poziomie nie większym niż 0,22 l/dzień
4.	Średnica szyjki minimum 64 mm
5.	Podstawa z kółkami



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6.	Zestaw do podawania azotu
7.	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
Oprządkowanie - Zbiornik typu LAB 4 do dozowania niewielkich ilości ciekłego azotu – 2 szt. (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Aluminiowy zbiornik przystosowany do przechowywania i dozowania ciekłego azotu
2.	Objętość przynajmniej 4 litry
3.	Uchwyt ułatwiający przelewanie azotu
4.	Utrata azotu: nie więcej niż 0,19 l/dzień
5.	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
Oprządkowanie - Zbiornik do transportu próbek typu MVSC4/3V – 2 szt. (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Zbiornik z wypełnieniem uniemożliwiającym rozlanie się ciekłego azotu
2.	Liczba kanistrów: 1
3.	Objętość: 4,0 – 4,5 l
4.	Czas utrzymania: przynajmniej 21 dni
5.	Utrata azotu: nie więcej niż 0,20 l/dzień
6.	Waga pustego zbiornika: nie więcej niż 5,5 kg
7.	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC
Oprządkowanie - Urządzenie kontroli poziomu ciekłego azotu typu LA 100 – 3 szt. (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Elektroniczne mierniki poziomu azotu do MVC XC47 (lub równoważnych pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

7. Zgrzewarka do słomek typu CBS SYMS III (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: nowoczesna zgrzewarka z intuicyjnym interfejsem i sterownikiem, który umożliwi szybkie dobranie temperatury i czasu zgrzewania do konkretnego typu słomki. Będzie pozwalała na uzyskiwanie wysokiej jakości uszczelnienia i całkowitej powtarzalności.

Szczegółowe parametry techniczne:

Zgrzewarka typu SYMS III – 1 szt. (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Zgrzewarka SYMS III przeznaczona do zgrzewania słomek CBS High Security 0.3 ml, 0.5 ml i CBS High Security Vitrification oraz ampułek CBS High Security (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
2.	Kolorowy ekran dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach Dwa tryby pracy: automatyczny i manualny Funkcja wykrywania błędów podczas pracy
3.	Waga: nie więcej niż 3 kg.
4.	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC

8. Oczyszczacz powietrza typu Coda Aero 500 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: Oczyszczacz przeznaczony do pracowni wspomaganego rozrodu z systemem High Performance™ 4- stage Filter® (lub równoważnego pod



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



względem parametrów technicznych i funkcjonalnych), funkcja - usuwanie z powietrza substancji szczególnie niebezpiecznych dla ludzkich zarodków – jak lotnych związków organicznych VOC.

Szczegółowe parametry techniczne:

Oczyszczacz powietrza typu Coda Aero 500 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

- | | |
|----|--|
| 1. | Oczyszczacz przeznaczony do pracowni wspomaganego rozrodu z systemem High Performance™ 4- stage Filter® (lub równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) |
|----|--|

9. Wirówka laboratoryjna typu Origio Midi (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: Prostota konstrukcji i łatwość konserwacji (autoklawowalny wirnik) ułatwiają jej wykorzystanie w laboratorium andrologicznym.

Szczegółowe parametry techniczne:

Wirówka typu Origio Midi – 1 szt. (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

- | | |
|-----|---|
| 1. | Wirówka przeznaczona do pracowni IVF |
| 2. | Wirnik nadający się do sterylizacji w autoklawie |
| 3. | Wirnik o stałym kącie |
| 4. | Pojemność: 6 probówek 15ml (+/- 1ml) |
| 5. | Dostępne adaptory dla przejściówek min.: 3ml i 5ml |
| 6. | Wyświetlacz LCD |
| 7. | Automatyczny zatrząsk pokrywy oraz alarmy braku wyważenia, przegrzania i nadmiernej prędkości |
| 8. | Prędkość obrotowa: przynajmniej 4000 rpm |
| 9. | RCF: przynajmniej 2075 g |
| 10. | Czas pracy: 99min (+/- 1 min) lub ciągły |
| 11. | Czas przyspieszania: ≤ 20 s |
| 12. | Czas hamowania: ≤ 20 s |
| 13. | Pamięć: 10 programów |
| 14. | Waga bez wirnika: do 19.0 kg |

10. Drukarki laboratoryjne typu Brady BMP 71 (kompatybilne z systemem RI Witness) (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE - dzięki kompaktowej budowie i mnogości funkcji drukarki typu Brady BMP 71 (lub równoważnej pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) jako urządzenie laboratoryjne do wspomaganego rozrodu służyć będzie do oznaczania naczyń hodowlanych i słomek do mrożenia. Dodatkową cechą tej drukarki ma być również możliwość jej powiązania z systemem RI Witness (lub równoważnym pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych) i rozciągnięcia świadkowania również na materiał przechowywany w ciekłym azocie. Ilość: 2 drukarki: jedna u Zamawiającego, druga (rezerwowa) u Dostawcy, w razie awarii podstawowej dostępna w ciągu 24 godzin.

Szczegółowe parametry techniczne:

Drukarki typu Brady BMP 71 (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)	
1.	Solidna budowa do pracy w warunkach przemysłowych, gotowa do pracy z RI Witness (lub systemem równoważnym pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
2.	Druk termotransferowy min. 300 dpi
3.	Prędkość druku min. 38mm/s
4.	Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny LCD
5.	Druk na różnych materiałach, m.in. samolaminujące etykiety i koszulki termokurczliwe PermaSleeve™ (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
6.	Szerokość druku 46 mm (+/- 1 mm) maks. długość druku 1016 mm
7.	Pełna klawiatura typu QWERTY (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
8.	Możliwość zachowywania, wczytywania i usuwania plików etykiet oraz zapisania ponad 100 000 etykiet
9.	Druk minimum 4 000 etykiet bez konieczności ładowania akumulatora

11. Sorter

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE: - Sorter typu Chromium controller & Next GEM Accessory Kit - lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych

Szczegółowe parametry techniczne:

Sorter	
1.	elastyczna metoda separacji komórek
2.	zapewnienie zachowania integralności i właściwości komórkowych,
3.	technologia zapewnia minimalne znakowanie komórek docelowych i zachowanie właściwości komórkowych.
4.	imunomagnetyczne sortowanie komórek wzbogacające niejednorodną mieszaninę komórek w oparciu o ekspresję białek na powierzchni komórki (antygeny).
5.	wysoka czystość komórek, nawet z trudnych materiałów wyjściowych
6.	gwarantowana sterylność próbki
7.	dysocjacja tkanek: ręczna lub automatyczna lub półautomatyczna dysocjacja tkanek na zawiesziny pojedynczych komórek lub dokładne homogenaty.
8.	procedura sortowania: zautomatyzowana lub ręczna
9.	szybka elektronika umożliwiająca szybkość > 100 000 eps dla akwizycji i > 70 000 eps dla sortowania
10.	zasilanie: prąd elektryczny
11.	waga maksymalna: 100 kg
12.	maksymalna wysokość, szerokość, długość: 1,5 m/ 1,7 m/ 1,7 m

Oferta powinna obejmować wynajem, w tym dostawę na wskazany adres i odbiór (po okresie wynajmu). Dostawca gwarantuje urządzenie zastępcze na czas ewentualnej naprawy w okresie najmu.

Dostawa urządzeń stanowiących przedmiot zapytania powinna nastąpić na adres:
ul. 3 Maja 34, 40-097 Katowice lub ul. Zabrska 19, 40-083 Katowice

Termin wyboru wykonawcy: do 3 czerwca 2022 r.

Termin gotowości do fizycznego dostarczenia urządzeń: od minimum 10-ego do maksimum 30 czerwca 2022 r.

Termin realizacji (okres najmu urządzeń): od 1.07.2022 r. do 26.09.2023 r.

Gwarancja: do 26.09.2023 r. lub, w przypadku możliwości przedłużenia realizacji projektu - do maksimum 2 lat

IV. KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



V. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 1.07.2022 r.

VI. MINIMALNY ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ URZĄDZENIA

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą/Wynajmującym.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. **Termin realizacji zamówienia:** zamówienie powinno zostać zrealizowane w okresie 1.07.2022 do 26.09.2023 (okres wynajmu), dostawa sprzętu na wskazany adres w dn. 10-30.06.2022 r.
4. **Kary umowne:**
Wynajmujący zobowiąże się do zapłaty na rzecz Najemcy następujących kar umownych:
 - a. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% określonego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;
 - b. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego zapłaci on na rzecz Najemcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za całościowy najem urządzenia/-eń określonego/-ych w ofercie;
 - c. Ww. kary nie będą stosowane w przypadku zaistnienia siły wyższej, o czym bezzwłocznie strona zgłaszająca jej wystąpienie powiadomi stronę drugą.
1. Najemca ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej kary umowne.

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, w następującym zakresie:

- 1) wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
- 2) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (przedłużające się złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, wprowadzone restrykcje w prowadzeniu działalności przez instytucje państwowe czy samorządowe, itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia,
- 3) Najemca nie zapewnił wystarczającej powierzchni umożliwiającej w terminie posadowienie, instalację i uruchomienie urządzenia bądź miejsce to nie zostało w sposób prawidłowy przygotowane (np. instalacja energetyczna o niewystarczającej mocy, posadzka uniemożliwiająca posadowienie urządzenia o danej wadze, etc.) – w takiej sytuacji Najemca poinformuje Wynajmującego o jaki okres (niezbędny do przygotowania powierzchni) zostaje przesunięta dostawa urządzenia.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

VIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

IX. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym każdy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty (Załączniki nr 1).
2. Każdy Oferent powinien dostarczyć również oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik nr 2).
3. Oferta powinna:
 - a. zawierać datę sporządzenia,
 - b. zawierać adres Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany),
 - c. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon lub adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
 - d. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta.

XI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Każda oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem e-mail, poczty, kuriera, lub osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
2. **Do dnia 31 maja 2022 r. oferty powinny wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego lub na adres e-mail podany powyżej lub złożenia jej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.**
3. Oferenci składający oferty mogą przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe ze wszystkimi oferentami na równych warunkach. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony pismem w formie protokołu z negocjacji.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni od dnia dokonania zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Dostawcy/Wynajmującego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lp.	Kryterium	Metodologia przyznawania punktów	Waga
1.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.1. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
2.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.2. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
3.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.3. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
4.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.4. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
5.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.5. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
6.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.6. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
7.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.7. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
8.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.8. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
9.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.9. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
10.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.10. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%
11.	Cena netto za wynajem - za urządzenie wymienione w pkt III.11. zapytania	Cena netto najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.	100%

Oferty, spełniające wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach kryterium oceny. Liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

Oferty należy złożyć w złotych lub w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP. Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia na bazie konkurencyjności.

Celem złożenia oferty proszę wykorzystać załączony formularz oraz uzupełnić w nim: Wartość miesięcznego kosztu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



wynajmu netto i brutto.

W polu „UWAGI” należy uzupełnić ewentualne, istotne dla oferty informacje.

Ponadto składa się Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udziela:

Jacek Magnucki, adres email: jmaglucki@wp.pl tel. 601 381 888

2. W przypadku wątpliwości co do interpretacji zapisów treści ogłoszenia na portalu baza konkurencyjności a zapisami niniejszego zapytania ofertowego - pierwszeństwo mają zapisy niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie możliwości składania ofert częściowych tj. daje się możliwość składania ofert w ramach całego zamówienia na poszczególne 11 typów urządzeń określonych w części III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) - przykładowo: tylko na urządzenie nr 1 i 8, kryteria wyboru dla każdego z 11 typów urządzeń - zawsze te same (waga -100% cena)

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych Oferenta jest FERTILITA sp. z o.o.;
- inspektorem ochrony danych osobowych w firmie FERTILITA sp. z o.o. jest Pan Jacek Magnucki, adres email: jmaglucki@wp.pl
- dane osobowe Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego zapytaniem ofertowym nr 2/2022
- odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Programu Regionalnego;
- obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem zapytania ofertowego nr 2/2022, konsekwencją niepodania określonych danych osobowych jest wykluczenie Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Oferent posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Oferentowi:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 2/2022
FORMULARZ OFERTY**

.....
Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2/2022 składamy FERTILITA sp. z o.o. ofertę na wynajem, w tym dostawę i odbiór po okresie wynajmu - wynajmowanego sprzętu:
(sprzęt oferowany do wynajmu proszę oznaczyć znakiem „x” przy lub w kwadracie pod nazwą urządzenia)

1. Stanowisko do ICSI/IMSI z mikromanipulatorem typu Integra 3, laserem Saturn 5 Active, w tym stół antywibracyjny AV1 (lub równoważne jako system pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
2. Inkubatory hodowlane
☐
3. Pompa do pobierania oocytów typu Labotect (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
4. Komora laminarna II klasy L234 z mikroskopami typu Leica S9 oraz systemem RI Witness (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
5. Mikroskop do analizy nasienia typu Leica DM1000 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
6. Zbiorniki do przechowywania gamet i zarodków w ciekłym azocie
☐
7. Zgrzewarka do słomek typu CBS SYMS III (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
8. Oczyszczacz powietrza typu Coda Aero 500 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
9. Wirówka laboratoryjna typu Origio Midi (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
10. Drukarki laboratoryjne typu Brady BMP 71 (kompatybilne z systemem RI Witness) (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)
☐
11. Sorter
☐

Wynajem dokonywany w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Regeneracja płodności kobiety za pomocą jajnikowych komórek macierzystych (OSC): opracowanie programów integracyjnych regenerujących wyczerpane jajniki po leczeniu nowotworów oraz u kobiet z przedwczesną niewydolnością jajników (POF)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP (lub nr równoważny w kraju siedziby oferenta):

.....

2. Imię i nazwisko oraz telefon lub e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

.....

3. Wartość oferty:

Lp.	Nazwa	Wartość miesięcznego kosztu wynajmu netto (1)	Wartość miesięcznego kosztu wynajmu brutto (z VAT) (1)
1.	Stanowisko do ICSI/IMSI z mikromanipulatorem typu Integra 3, laserem Saturn 5 Active, w tym stół antywibracyjny AV1 (lub równoważne jako system pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
2.	Inkubatory hodowlane		
3.	Pompa do pobierania oocytów typu Labotect (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
4.	Komora laminarna II klasy L234 z mikroskopami typu Leica S9 oraz systemem RI Witness (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
5.	Mikroskop do analizy nasienia typu Leica DM1000 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
6.	Zbiorniki do przechowywania gamet i zarodków w ciekłym azocie		
7.	Zgrzewarka do słomek typu CBS SYMS III (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
8.	Oczyszczacz powietrza typu Coda Aero 500 (lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
9.	Wirówka laboratoryjna typu Origio Midi (lub równoważna pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
10.	Drukarki laboratoryjne typu Brady BMP 71 (kompatybilne z systemem RI Witness) (lub równoważne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych)		
11.	Sorter		

(1) - we wrześniu 2023 roku cena najmu będzie niższa o 4/30 z uwagi na skrócony okres najmu w tym miesiącu do 26 dni. W powyższej tabeli podaje miesięczny czynsz najmu dla pełnego miesiąca.

4. Spełnienie warunków podmiotowych i przedmiotowych zamówienia

Składając niniejszą ofertę oferent oświadcza, że spełnia warunki podmiotowe udziału w postępowaniu, a przedmiot oferty spełnia warunki zapytania ofertowego.

5. Termin ważności oferty: 1.07.2022 r.

6. Termin realizacji (okres wynajmu): 01.07.2022 – 26.09.2023

7. Inne / Uwagi:

.....



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Oświadczenia:

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
3. Oświadczam, iż nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

..... dnia
(miejscowość) (data)

.....
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 2/2022**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM**

Ja niżej
podpisany(a)
oświadczam, że (*nazwa oferenta*) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym - FERTILITA sp.z o.o., 40-097 Katowice ul. 3 Maja 34

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... dnia
(miejscowość) (data)

.....
Czytelny odpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta