

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 2022-2215-126229)

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**Dostawa 2 szt. magnetometrów cezowych – opis i parametry techniczne:**

Opis i przeznaczenie:

Magnetometr będzie zastosowany w podwodnym pojeździe AUV przeznaczonym do pracy na głębokości do 100m. Powinien być wyposażony między innymi tryby pracy: kompensacja błędu kursu, kompensacja martwej strefy.

1. Specyfikacja parametrów

Sensor	
Rodzaj sensora	Cezowy
Szumy (wartość typowa)	$\leq 5\text{pT}/\sqrt{\text{Hz}}$
Błąd kursu (wartość typowa)	$\leq \pm 30\text{nT}$
Zakres pomiarowy nie mniejszy niż	od 30,000 do 100,000 nT
Wymiary sensora (długość, wysokość, szerokość)	
Długość	$< 50\text{mm}$
Szerokość	$< 50\text{mm}$
Wysokość	$< 50\text{mm}$
Waga	$\leq 250\text{g}$
Moduł sensora	
Napięcie zewnętrznego zasilania dowolne z zakresu	12-15VDC
Maksymalna moc	$\leq 15\text{W}$
Częstotliwość próbkowania	$> 200\text{Hz}$
Zewnętrzne wymiary modułu sensora:	
Długość	$< 150\text{mm}$
Szerokość	$< 60\text{mm}$
Wysokość	$< 30\text{mm}$
Całkowita waga	$< 400\text{g}$

Oświadczenie Dostawcy

Niniejszym oświadczam, iż oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia wskazany w Formularzu oferty złożonym w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (ogłoszenie nr 2022-2215-126229) spełnia minimalne parametry techniczne wskazane w niniejszej Specyfikacji zamówienia.

.....
Miejsce i data.....
Imię, nazwisko, podpis, pieczęć