

Projekt pt. „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogenego czynnika transkrypcyjnego”, realizowany w ramach Działania 1.1 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 - „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 4 – Potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z parametrami określonymi w Szczegółowej specyfikacji zamówienia

PAKIET I

Lp.	Wymagane parametry/ funkcje	TAK/NIE	Oferowany parametr
Wirówka laboratoryjna (1 szt.) Nazwa, producent i model oferowanego urządzenia: 			
1	urządzenie nowe lub używane nie starsze niż 5 lat		
2	możliwość regulowania prędkości wirowania w zakresie 100 - 15060 rpm.		
3	możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie 10 s - 9 h 59 min (w zakresie 1-2 min regulacja pracy co 10 s, 2-10 min co 30 s, powyżej 10 min co 1 min) a także możliwość pracy bez ograniczenia czasowego		
4	możliwość pracy w zakresie temperatur minimum od -10 do 40 °C.		
5	oddzielny przycisk z funkcją szybkiego wirowania bez konieczności ciągłego wciskania przycisku		
6	urządzenie posiadające tacę zbierającą skropliny z komory wirówki		
7	urządzenie posiadające wbudowaną funkcję umożliwiającą łagodne zatrzymanie i rozpędzanie rotora		
8	urządzenie posiadające wbudowaną funkcję umożliwiającą szybkie schłodzenie komory do zadanej temperatury przed włożeniem próbek		
9	możliwość sterowania za pomocą pokręteł i klawiatury membranowej.		
10	maksymalna siła wirowania rcf 21300 x g		

Projekt pt. „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogenego czynnika transkrypcyjnego”, realizowany w ramach Działania 1.1 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 - „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11	europejska wtyczka 230V/50Hz oraz maksymalny pobór mocy do 280W.		
12	możliwość odliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia przez rotor co najmniej 95% nastawionej prędkości		
13	rotor aerozoloszczelny z pokrywą na 24 probówki 1,5/2 mL kompatybilny z wirówką		
14	rotor na 32 probówki typu PCR o pojemności 0.2 mL z pokrywką, kompatybilny z wirówką		
15	instrukcja w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej		
16	urządzenie powinno być zainstalowana w laboratorium Zamawiającego przez wyspecjalizowany serwis, który przeprowadzi szkolenie w zakresie jej użytkowania		
17	szkolenie z obsługi sprzętu on-line lub w siedzibie Zamawiającego w języku polskim lub angielskim zawarte w cenie		
18	gwarancja i serwis w okresie najmu		

Data i podpis Oferenta