

Jastrzębie Zdrój, dnia 20.10.2022 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2022
Szczegółowa specyfikacja techniczna dostaw i usług w ramach
części 2 zapytania ofertowego

W związku z realizacją przez **Lecznico-Rehabilitacyjny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Orthogon Sp. z o.o.** z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Adolfa Wodeckiego 23 projektu pn. „Dostosowanie epidemiologiczne i wdrożenie nowych świadczeń medycznych w Lecznico-Rehabilitacyjnym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej” w ramach Osi Priorytetowej XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU ogłaszamy

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 / część 2 na:
Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia sal

I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1 Część 2: Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia sal.

Podane parametry są parametrami minimalnymi, zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry.

W ramach części 2:

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
Platforma stabilometryczna z pełnym oprogramowaniem	szt.	1	Urządzenie diagnostyczne poprawiające trening stabilizacji i równowagi u pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Urządzenie pomagać będzie zwiększać sprawność pacjentów po urazach głowy, udarach, SM, chorobie Parkinsona. Przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach, skręceniach stawu skokowego, kolanowego, zwichnięciach stawu biodrowego, oraz po operacjach endoprotezoplastyce stawów. Umożliwia będzie również terapię pacjentów po amputacjach kończyn dolnych. Dane techniczne: - wymiary 550 x 550 x 80 mm - waga 27 kg Wyposażenie minimalne: - platforma stabilometryczna, - podest z poręczą, - monitor dla pacjenta minimum 42 cale Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką. Komputer spełniający minimalne wymagania: - system operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, lub równoważny, - komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - pamięć min. 8 GB RAM, - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 lub równoważny - karta sieciowa Wi-Fi - wymagane złącza: 2 x USB (3.0), 2 x USB (2.0) - kamera podłączana do USB,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- stojak z telewizorem (dla pacjenta), - statyw z kamerą, - oprogramowanie PC, - niezbędne do poprawnego działania przewody.	
Tor do nauki chodzenia	szt.	1	Tor do nauki chodzenia służyć będzie do poprawy koordynacji, elastyczności oraz siły mięśni u pacjentów z dysfunkcjami kończyn dolnych. Poręcze toru wykonane będą ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową, odporną na zarysowania. Regulacja wysokości oraz rozstawu pozwala na dopasowanie poręczy do postury ćwiczącego. Parametry techniczne: - długość: 300 cm, - szerokość: 125 cm, - wysokość: 69 - 109 cm, - masa własna: 62 kg, - max obciążenie: 150 kg.	Nowy środek trwały
Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych	szt.	1	Fotel do rehabilitacji leczniczej, do ćwiczeń czynnych, wolnych, oraz z oporem dla kończyn górnych i dolnych. Konstrukcja fotela umożliwiać będzie ćwiczenia w pozycji siedzącej oraz leżącej. Fotel wyposażony będzie w 2 główce oporowe oraz pasy stabilizacyjne. Zastosowanie uchwytów na pasy stabilizacyjne, umożliwi skuteczną stabilizację w obrębie tułowia i ud, pozwalając na bezpieczne prowadzenie ćwiczeń izolowanych. Dodatkowo posiadać będzie zaczepy w podstawie, które umożliwią zaczepienie taśm i rzemieni gumowych. Konstrukcja głowic umożliwiać będzie wprowadzenie systemu Biofeedbacku. Parametry techniczne: - długość: 165cm, - szerokość: 100cm, - wysokość: 157cm, - wysokość oparcia: 89cm, - zakres regulacji oparcia: 85°-180°, - zakres regulacji podpór pod kończyny dolne: 0°-90°.	Nowy środek trwały
Bieżnia rehabilitacyjna do nauki chodu	szt.	1	Bieżnia rehabilitacyjna mechaniczna napędzana będzie przez ćwiczącego siłą jego mięśni nie będzie wymagała podłączenia do zasilania elektrycznego. Parametry techniczne: - powierzchnia biegowa: 152,5x55 cm, - kąt nachylenia: 7%, - max. waga użytkownika: 180 kg, - wymiary: 89,5x227,5x149 cm, - przycisk awaryjnego zatrzymania wbudowane programy.	Nowy środek trwały
Rower rehabilitacyjny	szt.	2	Parametry techniczne: - waga koła zamachowego: 4 kg, - regulacja oporu ręczna, - maksymalna waga użytkownika 110 kg, - system oporu: magnetyczny, - liczba programów min. 6, - czujniki tętna w uchwytach, - system wyrównania nierówności podłogi, - kółka transportowe, - waga urządzenia 45 kg, - źródło zasilania 220 V,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- maks. wzrost użytkownika nie niższy niż 190 cm.	
Urządzenie do reedukacji przeciwapadkowej	szt.	1	Urządzenie będzie umożliwiało aktywną rehabilitację eliminującą ryzyko upadku. Balancer System będzie stosowany w rehabilitacji pacjentów z zespołem poupadkowym, treningu równowagi oraz chodu. Urządzenie będzie wykorzystywać system podwieszenia bezpośredniego, pozwalającego na zabezpieczenie pacjenta przed upadkiem w czasie prowadzenia ćwiczeń równowagi, chodu oraz treningu propriocepcji. Rehabilitacja z jego użyciem polegać będzie na stworzeniu naturalnych warunków środowiskowych prowadzących do utraty równowagi (przy zastosowaniu zewnętrznych perturbacji aktywnych np. popchniecie pacjenta lub pasywnych, czyli użyciu przeszkód podłogowych) oraz samodzielnego odzyskania równowagi przez pacjenta z zabezpieczeniem przed upadkiem.	Nowy środek trwały
Wirówka kończyn górnych	szt.	1	Masaż w wirówce do kończyn górnych prowadzony będzie za pomocą 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny. Intensywność masażu wirowego regulowana będzie zaworem ciśnienia strumienia wypływającego z dysz oraz poprzez regulację stopnia napowietrzenia wody. Parametry techniczne: - pojemność całkowita: 30 l, - pojemność robocza: 20 l, - wymiary wewnętrzne: wys. 210 mm, szer. 560 mm, dł. 280 mm, - wymiary zewnętrzne: wys. 930 mm, szer. 790 mm, dł. 770 mm, - zasilanie: 230 V / 50 Hz, - pobór mocy: 0,75 kW.	Nowy środek trwały
Wirówka kończyn dolnych	szt.	1	Urządzenie z systemem efektywnych dysz przeznaczona do rehabilitacji kończyn dolnych. Zapewniać będzie hydromasaż (masaż wirowy). Dane techniczne: - pojemność zabiegowa: ok. 150 l, - pojemność do przelewu: ok. 170 l, - pobór mocy: 0,9 kW, - liczba dysz: 6 szt., - czas napełniania / opróżnienia: 4/3, - zasilanie: 230 V / 50 Hz, - wymiary: 118 cm x 62 cm x 81 cm, - masa: 56 kg, - bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B.	Nowy środek trwały
Wirówka stóp i podudzia	szt.	1	Urządzenie do hydroterapii umożliwiające rehabilitację stóp i podudzi z wykorzystaniem delikatnego masażu wirowego. Wirówka do stóp i podudzi jest wyposażona w czterdzieści funkcjonalnych dysz powietrznych. Dane techniczne: Pojemność zabiegowa: ok. 50 l Pojemność do przelewu: ok. 60 l Pobór mocy: 0,9 kW Czas napełniania / opróżniania: 1,7/0,7 Liczba dysz: 38 szt.	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			Zasilanie: 230 V / 50 Hz Wymiary: 98 cm x 90 cm x 62 cm Masa: 49 kg Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B	
Aparat do elektroterapii	szt.	3	Urządzenie posiadać będzie dwa niezależne kanały zabiegowe. Wytwarzają będą one wszystkie rodzaje fal o niskich i średnich częstotliwościach, wyznaczać krzywą I/T oraz wyliczać reobazę i chronaksję. Dane techniczne: - wysokość: 12 cm, - szerokość: 29 cm, - długość: 33 cm, - waga: 4,4 kg, - zasilanie: 230 V, 50-60 Hz $\pm$ 10%.	Nowy środek trwały
Aparat do magnetoterapii z leżanką i trzema aplikatorami	szt.	1	Urządzenie do przeprowadzenia zabiegów z zakresu magnetoterapii. Aparat przeznaczony będzie do leczenia za pomocą pola magnetycznego o niskiej częstotliwości. Posiadać będzie dwa całkowicie niezależne kanały terapeutyczne do przeprowadzenia zabiegów u dwóch pacjentów jednocześnie. Dane techniczne: - maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku: aplikator CSP 60 - 4,0 mT, aplikator CSP 35 - 10,0 mT, aplikator CSL 60 - 2,5 mT, aplikator CSL 35 - 5,0 mT, - parametry trybu impulsowego impuls: 1s/przerwa 0,5 – 8 s, - zakres częstotliwości: 2 – 60 Hz, - zegar zabiegowy: 1 – 30 min., - zasilanie, pobór mocy: 230 V, 50 Hz, 450 W, - wymiary sterownika: 35x47x16 cm, - masa sterownika 13 kg.	Nowy środek trwały
Lampa sollux statywowa	szt.	2	Lampa terapeutyczna służyć będzie do zabiegów nagrzewania z wykorzystaniem energii cieplnej emitowanej przez promiennik. Lampa sollux naświetlać będzie promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. Zadane promieniowanie uzyskane będzie poprzez zastosowanie odpowiedniego filtra. Parametry światłoterapii: - intensywność świecenia żarówki 10 - 99%, - maksymalna moc żarówki 375 W, - pobór mocy: maks. 450 W, - zegar zabiegowy: 1 - 30 min., Parametry techniczne: - wysokość urządzenia na statywie min. 1,2 m, maks. 1,9 m, - wymiar podstawy statywu maks. 0,5 x 0,6 m, - wymiary podstawy stołowej (bez lampy) 30,0 x 31,5 x 6,0 cm, - wymiary podstawy stołowej z lampą 30,0 x 39,0 x 41,0 cm, - masa statywu z lampą 13,7 kg (z żarówką i filtrem), - masa podstawy stołowej z lampą 5,5 kg (z żarówką i filtrem), - zasilanie 230 V, 50/60 Hz.	Nowy środek trwały
Przenośny aparat do elektroterapii	szt.	1	Urządzenie przeznaczone do terapii kombinowanej: - szeroką gamą prądów bipolarnych i unipolarnych,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- ultradźwiękami i fonoforezą, - kombinacją powyższych technik w postaci standardowej oraz elektrofonoforezy, - laseroterapią biostymulacyjną, - polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Dane techniczne: - duży wyświetlacz graficzny, - nowoczesny projekt, - wygodna w użyciu klawiatura, - lekka i zwarta budowa ułatwiająca przenoszenie aparatu, - możliwość pracy w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia), - autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu, - pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie.	
Koncentrator tlenu	szt.	1	Koncentrator tlenu, przenośny, mobilny, wytwarzający tlen z otaczającego powietrza. Wymagane minimalne techniczne: - rozmiar: 27,4 x 10,1 x 24,1 cm, - waga: 3,2 kg, - bateria 12 komorowa: 4h/2h, - bateria 24 komorowa: 8h/4h, - stężenie tlenu: 90+/- 3%, - ilość ustawień: 5, - rejestrator danych 1 rok/USB, - możliwość korzystania przenośnego albo stacjonarnego (po podłączeniu do źródła zasilania), - głośność pracy maks. do 38 dB, - waga nie większa niż 3,2 kg, - zużycie energii do 40 W, - wózek ułatwiający używanie koncentratora, - certyfikat FAA, - możliwość działania w niskiej temperaturze, - zmniejszona ilość wibracji, - aplikacja wymaganego stężenia tlenu w czasie krótszym niż 1 min.	Używany środek trwały
Torba reanimacyjna	szt.	1	Torba na sprzęt reanimacyjny, przenośna z szelkami. Przenośny zestaw pierwszej pomocy Typ B MEDI SPORT Lub profesjonalna torba medyczna z szelkami. Wykonana z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, a także wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne. Materiał lekki. Zewnętrzna strona tkaniny powleczone będzie warstwą teflonu. Regulatory, klamry i inne elementy wykonane z materiałów zapewniających trwałość i odporność na zniszczenie. Nici rdzeniowe odporne na większość chemikaliów, rozciąganie, kurczenie i marszczenie. Wymiary orientacyjne: - wysokość - 35 cm, - szerokość - 52 cm, - długość - 21 cm, - pojemność - 38 l, - waga: 2 kg.	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
Laryngoskop	szt.	1	Laryngoskop standardowy wykonany ze stali nierdzewnej z tradycyjnym oświetleniem. W skład którego wchodzić będą 3 szt. łyżek, uchwyt i etui transportowe. Do wykorzystania w oddziałach ratunkowych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, sztabach kryzysowych. Produkt przeznaczony do sterylizacji w temperaturze do 134°C.	Nowy środek trwały
Otoskop	szt.	1	Otoskop światłowodowy z technologią LED z wzornikami, rączką, futerałem. Wbudowana soczewka trzykrotnie powiększająca obraz widziany przez otoskop. - oświetlenie LED, - strumień światła: 18,5 lumina, - powiększenie: 3x, - żarówka: LED Model V-BT301; 3V; 0,15A, - 2 baterie alkaliczne AA; 1,5V (w zestawie), - wzorniki (po dwa z każdego wymiaru): 2,4mm, 3mm, 4mm, 5mm.	Nowy środek trwały
Resuscytator	szt.	1	Resuscytator worek samorozprężalny dla dorosłych. Wykonany z silikonu i polysulfonu (bez latexu). W pełni autoklawowalny w temperaturze 134 C. Wyposażony w silikonową maskę nr 4 - dla dorosłych, 60cm H2O z zaworem. Objętość - worek resuscytatora/wdech: około 1600 ml. Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2500 ml.	Nowy środek trwały
Termometr elektroniczny	szt.	3	Bezkontaktowy, elektroniczny termometr mierzący temperaturę na czole. Przeznaczony do regularnych pomiarów temperatury ciała w okolicy skroni. Wynik powinien się pojawiać nie później niż po 3 sekundach z funkcją zmiany wyniku na stopnie Celsjusza lub Fahrenheita. Posiadać będzie pamięć ostatnich 30 pomiarów oraz alarm świetlny o przekroczeniu temperatury 37,5 °C. Będzie umożliwiał również pomiar temperatury mleka w butelce, wody do kąpieli dziecka, temperatury otoczenia.	Nowy środek trwały
Aparat do mierzenia ciśnienia krwi	szt.	3	Cięśniomierz automatyczny, naramienny. Wymagane parametry techniczne: - warunki pracy 10-40°C/50-104°F, - sposób pomiaru: oscylometryczny, - zakres pomiaru: 20-280 mmHg/ ciśnienie krwi, 40-200 uderzeń na minutę/tętno, - zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0-299 mmHg, - wymiary nie większe niż: 138 x 94,5 x 62,5mm.	Nowy środek trwały
Pulsoksymetr	szt.	2	Pulsoksymetr napalcowy mierzący poziom nasycenia hemoglobiny tlenem oraz puls w sposób nieinwazyjny (SpO2). Wyposażony w: • wyświetlacz OLED, • funkcja pomiaru przy niskiej perfuzji, • system alarmów wizualnych i dźwiękowych, • czujnik antywstrząsowy, • 6 trybów wyświetlania.	Nowy środek trwały
Lampa bakteriobójcza	szt.	2	Ścienna lampa bakteriobójcza do umieszczenia w pokoju badań oraz w pokoju zabiegowym. Wymagane parametry techniczne: - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, - pobór mocy nie więcej niż: 33W,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W, - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m², - trwałość promiennika: 8000 h, - dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m², - obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°, - klasa zabezpieczenia ppor.: I, - typ obudowy: IP 20, - rodzaj pracy: ciągła - wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm, - masa kopuły: 3 kg, - długość wysięgnika: 120 mm, - Statywowa lampa bakteriobójcza na korytarze. Wymagane parametry techniczne: - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, - pobór mocy nie większy niż: 33 W, - element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30W, - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m², - trwałość promiennika: 8000 h, - dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m², - obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 270°, - klasa zabezpieczenia ppor.: I, - typ obudowy: IP 20, - rodzaj pracy: ciągła, - wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm, - masa kopuły: 3 kg, - wysokość statywu: 1800 mm.	
Lampa bakteriobójcza	szt.	13	Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bez licznika czasu pracy. Dane techniczne: - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, - pobór mocy: 33 W, - element emitujący promieniowanie UV-C: 1x30 W, - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 2,3 W / m², - trwałość promiennika: 8000 h, - dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m², - obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°, - klasa zabezpieczenia ppor.: I, - typ obudowy: IP 20, - rodzaj pracy: ciągła, - wymiary kopuły: 960 x 85 x 135 mm, - masa kopuły: 3 kg, - długość wysięgnika: 120 mm.	Nowy środek trwały
Kozetka lekarska na kółkach z bokami	szt.	2	Kozetka stół do zabiegów z bokami na kółkach z blokadą (1 szt.). Leże tapicerowane skajem medycznym zmywalnym. Wymagane parametry techniczne: - udźwig: 120 kg, - długość: 160 cm, - szerokość: 55 cm, - wysokość: 90 cm,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			Kozetka dwusegmentowa wykonana ze stelażu stalowego lakierowanego proszkowo, wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego. Leże tapicerowane, zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°. Pozostałe parametry techniczne: – regulacja zagłówka: +45° mm, – długość zagłówka: 500 mm, – długość całkowita: 1850 mm, – szerokość całkowita: 560 mm, – wysokość całkowita: 500 mm.	
Poręcze na korytarzu	mb	64	Odbojnica wypukła o grubości 3,5 cm, szerokości 15 cm i długości 200 cm. Zamówienie obejmuje 30 mb po stronie prawej korytarza i 34 mb po stronie lewej. Specyfikacja: Uchwyty przylegające bezpośrednio do ściany. Odbojnica składa się będzie z wysoko wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacniającego na całej długości. Konstrukcja ma zapewnić ochronę przed mocnymi uderzeniami wózków inwalidzkich i kozetek. Kolorystycznie dostosowane do wykończenia pomieszczeń. Montaż do ściany za pomocą kołków rozporowych.	Nowy środek trwały
Uchwyty na salach chorych i w toaletach	szt.	22	Specyfikacja obejmuje uchwyty uchylne dla niepełnosprawnych i uchwyty proste dla niepełnosprawnych. 1. Uchwyty uchylne dla niepełnosprawnych (11 szt.). Uchwyt umywalkowy/WC łukowy uchylny 85 cm o średnicy 32 mm z zawieszka na papier toaletowy dla osób niepełnosprawnych. Wykonany będzie ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz wykończonej wizualnie za pomocą farby proszkowej w kolorze białym. Wykonany z rury o grubości ścianki 1,5 mm ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm. Płyta bazowa o grubości 3 mm. 2. Uchwyty proste dla niepełnosprawnych (11 szt.). Uchwyty malowane proszkowo, w kolorze białym, o długości 30 cm i dopuszczalnym obciążeniu 120 kg. Średnica rury 25 mm, grubość ścianki rury 1,5 mm, grubość blachy podstawy 3 mm. Metoda spawania TIG.	Nowy środek trwały
Łóżko ortopedyczne	szt.	8	Umożliwiać będzie ustawienie leża w niewielkiej odległości od podłoża – na wysokości od 200 mm do 600 mm od poziomu podłogi. Wyposażone będzie w: - czterosekcyjne leże z metalowych lameli, - elektryczną regulację pozycji sekcji pleców i uda, - mechaniczną regulację pozycji sekcji podudzia, - obniżoną konstrukcję, - drewniane barierki.	Nowy środek trwały
Dozownik na mydło w płynie i mydło dezynfekcyjne	szt.	24	Dozownik łokciowy do mydła w płynie i płynu dezynfekcyjnego do montażu przy każdej umywalce. Dozownik łokciowy o pojemności 1000 ml (do wielokrotnego napełniania) przeznaczony będzie do dozowania żelu lub płynu dezynfekcyjnego. Przedłużona dźwignia dozownika zabezpieczać będzie użytkownika przed bezpośrednim dotykaniem jej dłonią, a tym samym przed kontaktem z potencjalnym źródłem zakażeń. Dane techniczne:	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna - gatunek 1.4301 (304), - wymiary [cm]: 10 (szer.) x 7 (gł.) x 27 (wys.), - montaż: do ściany trzy kołki montażowe lub do stojaka do swobodnego stosowania w przestrzeniach otwartych, - butelka plastikowa z dozownikiem w komplecie, - doza: 3 ml- zgodnie z zaleceniem producenta płynu, - materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo.	
wózek medyczny zabiegowy	szt.	1	Wózek wielofunkcyjny przeznaczony do przechowywania oraz transportu materiałów oraz urządzeń używanych na oddziałach szpitalnych. Taca wózka wykonana będzie z laminatu poliestrowo-szklanego. Korpus wózka wykonany będzie z płyty wiórowej, a fronty z płyty MDF. Całość pokryta będzie okleiną PCV. Wózek osadzony będzie na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem. W środku szafki znajdować się będzie wysuwana półka, na pojemniki na odpady. Szuflady wózka wyłożone będą matą antypoślizgową. Dane techniczne: - minimum dwie szuflady, - szerokość całkowita: nie mniej niż 70 cm, - wysokość całkowita nie mniejsza niż 100 cm, - głębokość całkowita nie mniejsza niż 50 cm.	Nowy środek trwały
Tace lekowe	szt.	3	Taca medyczna wykonana będzie z lekkiego tworzywa, wyposażona w 16 podstawek, każdy z nich przeznaczony na 2 kieliszki. Na tacy mieści się mają 32 sztuki kieliszków. W zestawie znajdować się będą również samoprzylepne karteczki, do zapisywania nazwy i pory podania leku. Wymiary tacki: - długość: 43 cm, - szerokość: 32,5 cm, - wysokość: 6 cm.	Nowy środek trwały
Statyw do kroplówek	szt.	1	Statyw wykonany z aluminiowego stelażu i podstawy z tworzywa sztucznego. Regulacja wysokości w zakresie od 104 do 211 cm. Podstawa mobilna z 5 kółkami obrotowymi. Pozostałe parametry techniczne: - 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak, - kolory stelażu: chromowany, - kolor podstawy: czarny, - wysokość podstawy: 13 cm, Produkt o charakterze medycznym, atestowany.	Nowy środek trwały
Brama dezynfekcyjna	szt.	2	W komorze bramy dezynfekującej наносzony będzie środek dezynfekujący. Podczas 10 sekundowego pobytu w komorze nastąpi dezynfekcja okrycia wierzchniego. Specyfikacja: - 4 kółka, - 4 uchwyty ułatwiające ustawienie i transport, - wykrywacz ruchu na podczerwień, - rampa dla osób starszych i niepełnosprawnych, - 12 dysz, - dwa zbiorniki na płyn dezynfekujący, - przyłącze elektryczne, - pompy zapewniające odpowiednie ciśnienie dysz, - bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji rąk, - wanna na zużyty płyn do dezynfekcji,	Nowy środek trwały

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Nazwa przedmiotu	Jednostka	Liczba	Specyfikacja techniczna	Rodzaj środka trwałego
			- schowek boczny na dodatkowe akcesoria, - oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.	
Profesjonalne wózki do sprzątania	szt.	3	Antybakteryjny zestaw do sprzątania z konstrukcją z tworzywa sztucznego z czterema wiadrami z pokrywkami 6 litrowymi w kolorach niebieskim, różowym i niebieskim, z dwoma wiadrami o pojemności 20 litrów w kolorach różowym i niebieskim z prasą do wyciskania mopa w różowo-zielonym kolorze, z dwoma różowymi kuwetami oraz 120 litrowym niebieskim workiem na śmieci. Parametry techniczne: - pojemność: 120 l + 2 x 20 l + 4 x 6 l, - waga nie większa niż: 36,80 kg, - wymiary: 1430 x 640 x 1120 mm.	Nowy środek trwały

II KOD CPV ORAZ NAZWA KODU CPV DLA CZĘŚCI 2

33100000-1 Urządzenia medyczne

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

34912100-4 Wózki popychane

39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła