

Katowice, 27 października 2022 r.

KONIOR CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Pszenna 11  
43-300 Bielsko-Biała

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Przedmiot zapytania

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę urządzenia jakim jest unit stomatologiczny (2 sztuki).

### II. Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich jest wymagane):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę urządzenia jakim jest unit stomatologiczny – 2 szt.

Dane techniczne i funkcjonalne każdej sztuki:

#### Fotel pacjenta

Ruch fotela sterowany siłownikami elektrycznymi

Udźwig fotela min. 185 kg

Anatomiczny w kształcie zagłówek regulowany przyciskiem

Anatomiczny kształt siedziska i oparcia, podnoszone podłokietnik lewy

Tapicerka w dwóch opcjach – miękka i twarda

Możliwość instalacji jako unitu dla lekarza leworęcznego jak i praworęcznego.

Oparcie węższe w górnej części, w celu lepszego dostępu do pacjenta

Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza

Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela, sterowniku nożnym, pulpicie asysty.

Brak oddzielnej skrzynki przyłączeniowej, przyłącza do unitu usytuowane bezpośrednio pod obudową unitu

Opcja odwrócenia zagłówka do tyłu, umożliwiającą przyjęcie pacjenta na wózek inwalidzkim

Uchwyt monitora LCD z monitorem LCD z szybą ochronną zapewniającą dezynfekcję

#### Stolik lekarza

Możliwość wyboru rodzaju prowadzenia rękawów: od góry lub od dołu

Wersja z rękawami od góry: stolik zamocowany na pantograficznym ramieniu umożliwiającym szeroki zakres ruchu we wszystkich kierunkach, umożliwiający pracę „od tyłu” i „z boku pacjenta”

Długość rękawów instrumentów min. 80 cm

Możliwość montażu 6 rękawów instrumentów

Możliwość sterowania ustawieniami parametrów instrumentów, spluwaczki, fotela na wyświetlaczu LCD

Bezpośrednie przyciski zmiany parametrów pracy:

- zmiana kierunku obrotów mikrosilnika

- włączanie/wyłączanie sprayu na końcówkach

- spłukiwanie misy spluwaczki

- napełnianie kubka

- sterowanie fotelem poprzez przyciski pozycji: „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, „ratunkowa”, min. 2 dowolnie programowalne

- włączanie/wyłączanie lampy zabiegowej, zmiana temperatury barwowej i natężenia światła

- przyciski programowanych ustawień dla 6 użytkowników

- przyciski programowane timera

Przyciski sterowania oparciem góra-dół i siedziskiem góra-dół

Przycisk włączania/wyłączania przeglądarki zdjęć RTG

Zintegrowany zawór antyretrakcyjny w instrumentach zapobiegający zassaniu skażonych materiałów

Możliwość umieszczenia instrumentów (turbina, mikrosilnik, skaler) na stoliku lekarza w dowolnej kolejności

Możliwość montażu obrotowej tacy na narzędzia z dwoma metalowymi, wymiennymi tackami z możliwością sterylizacji w autoklawie

#### Stolik asysty

Stolik asysty na obrotowym ramieniu, z min. trzystopniową regulacją wysokości

Min 4 miejsca na instrumenty, w tym: rękaw ssaka, rękaw ślinociągu, instrument z napędem elektrycznym, dmuchawka

Przyciski płynnego sterowania fotelem pacjenta i przywoływania ustawień predefiniowanych (pozycja „0”, „spluwaczkowa”, „poprzednia pozycja”, min. 2 dowolnie programowalne)  
Przyciski napełniania kubka i splukiwania misy spluwaczki  
System ssący wyposażony w sito/filtr z możliwością oczyszczania przez personel medyczny bez użycia dodatkowych narzędzi lub serwisu  
Lama polimeryzacyjna

#### Blok spluwaczki

Porcelanowa, obracana o min. 260 st misa spluwaczki  
Unit przystosowany do współpracy z suchym lub mokrym systemem ssącym  
Blok podłączony do wody z sieci wodociągowej – automatyczna dezynfekcja i uzdatnianie wody wewnątrz unitu  
Unit przystosowany do współpracy z zewnętrzną pompą ssącą

#### Lampa zabiegowa

systemy świetlne w technologii LED  
Natężenie światła max. 40 000 lux  
Odwzorowanie kolorów zbliżone do światła dziennego.  
Zakres regulacji ustawienia lampy w trzech płaszczyznach, obrót lampy w prawo i lewo z możliwością oświetlenia zza głowy pacjenta leżącego.  
Możliwość sterylizacji uchwytów lampy  
Bezdotykowe (sensor) włączanie, wyłączanie, tryb anty polimeryzacyjny o natężeniu światła min. 15 000 Lux  
Zmiana ustawień natężenia emitowanego światła ze stolika lekarza  
Gładka powierzchnia, bez miejsc na śruby, ułatwiająca dezynfekcję powierzchniową

#### Wielofunkcyjny przełącznik nożny

Płynna regulacja pracy narzędzi: mikrosilników elektrycznych, turbiny, skalera  
Sterowanie położeniem fotela pacjenta  
Włączenie/wyłączenie funkcji dmuchawki (tzw. „chip blower”)  
Przełączanie kierunku obrotów mikrosilnika  
Sterowanie sprayem w końcówkach  
Wyłączenie ruchu fotela – tryb bezpieczeństwa

#### Krzesiśko lekarza

Anatomiczny kształt siedziska i oparcia  
Ustawienie siedziska z regulacją  
Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 465  
Mięka, elastyczna, bezszwowa tapicerka  
Łatwe i szybkie zdejmowanie tapicerki w celu lepszej higieny lub wymiany  
Amortyzowane podwozie krzesiśka na pięcioramiennym krzyżaku z polerowanego aluminium.  
Mięka okładzina kółek zapobiegająca rysowaniu powierzchni

#### Dmuchawka

3 – funkcyjna, z możliwością sterylizacji jej obudowy bez konieczności odkręcania całej dmuchawki.  
Przyciski sterujące w dmuchawce zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do jej wnętrza.  
Łatwy do zdemontowania przez asystę nosek dmuchawki wykonany z tworzywa. Możliwość sterylizacji noska.

#### Rękaw mikrosilnika ze światłem endo

Mikrosilnik bezszczotkowy  
Zakres obrotów rzędu [l/min] od min. 100  
Ustawianie kierunku obrotów (prawo – lewo)  
Źródło światła LED min. 25 000 Lux  
Wewnętrzny system chłodzenia  
System zapobiegania zasysania wody i powietrza do wnętrza instrumentu  
Możliwość sterylizacji w temp. 135 st. C  
Tryb Endo z możliwością programowania ustawień mikrosilnika poprzez wyświetlacz LCD na stoliku lekarza

#### Turbina

Moduł turbiny z możliwością szybkiej zmiany instrumentu (szybkozłączka).  
Regulacja natężenia sprayu w szybkozłączce.  
Ceramiczne łożyska rotoru.  
Czterodrożny spray.  
Moc  $\geq 18$  W.  
Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”  
Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym  
Światłowód zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy

#### Szybkołączka

Montowana na rękaw typu Midwest

Regulacja sprayu

Żarówka/dioda umożliwiająca otrzymanie w miejscu pracy 25 000 lux

#### Katnica

Przełożenie obrotów 1:1

Wewnętrzny, dwukanałowy system chłodzenia

Mocowanie wiertła systemem „push button chuck”

Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym

Światłowod zapewniający 25 000 lux w miejscu pracy

#### Skaler piezoelektryczny

Trzy końcówki standardowe

Możliwość płynnej lub wielostopniowej regulacji mocy skatera

Skaler z światłem

Kod CPV:

33100000-1 Urządzenia medyczne

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).

Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów.

Termin realizacji umowy: 31.03.2023 r.

### **III. Warunki udziału w postępowaniu:**

Złożona oferta powinna zawierać:

1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty,
4. Informację o ilości dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (nie później niż do 31.03.2023 r.),
5. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana/doręczona na adres korespondencyjny:

KONIOR CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Pszenna 11

43-300 Bielsko-Biała

lub na adres e-mail:

[biuro@koniorclinic.pl](mailto:biuro@koniorclinic.pl)

lub powinna być złożona za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy nie wpłynęła żadna oferta, wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

#### **IV. Termin składania ofert upływa w dn. 28 listopada 2022 r.**

Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail lub jej złożenia za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

#### **V. Kryteria oceny ofert:**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena: 60 %

Termin realizacji zamówienia (ilość dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy): 40 %

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację:

a) punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:

$$(Cena\ oferty\ najniższej / Cena\ oferty\ badanej) \times 100 \times 60\% = \text{ilość punktów}$$

b) punkty za kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$(Ilość\ dni\ realizacji\ zamówienia\ w\ ofercie\ z\ najkrótszym\ terminem\ realizacji / Ilość\ dni\ realizacji\ zamówienia\ w\ ofercie\ badanej) \times 100 \times 40\% = \text{ilość punktów}$$

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

#### **VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych:**

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

#### **VII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

- Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie, w tym jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
  - W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
  - Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
  - Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
  - Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
  - Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
  - Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
  - Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
  - Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
  - Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
  - Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
- Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.

(Nazwa podmiotu składającego ofertę)

**Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów**

Ja niżej podpisany(-a) *(imię i nazwisko)*

.....  
reprezentujący(-a) firmę/jednostkę *(pełna nazwa firmy/jednostki, adres)*

.....  
oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma/jednostka i/lub osoby uprawnione do jej reprezentowania:

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie.

.....  
Podpis