

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do **zapytania ofertowe**
na „**Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**”

W podziale na dwie części.

CZĘŚĆ I:

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

Lp.	Wyposażenie	ilość
1.	<u>Materac pneumatyczny bąbelkowy na odleżynę (do 130 kg.)</u> Cechy produktu: - bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy wykonany z PCV - ręczna regulacja ciśnienia w materacu - cicha pompa elektryczno-tłocząca powietrze do materaca - wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych - zestaw naprawczy w komplecie - nośność materaca do 130 kg. - szerokość podkładu: 90 cm. - wysokość podkładu po napompowaniu w przedziale 7-10 cm. - długość produktu wraz z wyłogami w przedziale 200-205 cm. - długość materaca bez wyłogów po napompowaniu 190 cm.	3 szt.
2.	<u>Materac piankowy bazowy na łóżko rehabilitacyjne</u> Cechy produktu: - pianka płaska 10-15 cm - gęstość pianki: min. 30kg/m³ - pokrowiec nieprzemakalny zmywalny z zamkiem błyskawicznym - pokrowiec dwustronny z jednej strony frotta, z drugiej nieprzemakalne PCV - wymiary 90 x 200 x 10-15 cm - produkt medyczny, atestowany.	3 szt.
3.	<u>Łóżko rehabilitacyjne elektryczne na pilota</u> Cechy produktu (±5%): - wymiary zewnętrzne szer.x dł. całkowita. w przedziale 100-105 cm. x 215-220 cm. - elektryczna regulacja oparcia pleców 0 - 70 stopni - elektryczna regulacja uda 0 - 40 stopni - elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi 0 - 15 stopni - funkcja antytrendelenburga - leże czterosegmentowe z listew drewnianych sprężynujących odpornych na działanie środków dezynfekujących - wymiary leża 90 x 200 - płynna regulacja wysokości leża 40 - 80 cm - wykończenia drewniane w kolorze ustalonym z zamawiającym - wysięgnik z trójkątem - produkt nowy, medyczny, atestowany.	3 szt.
4.	<u>Balkonik rehabilitacyjny trójfunkcyjny dla seniora:</u> Balkonik trójfunkcyjny 3 w 1: - balkonik z funkcją kroczącą - umożliwia naprzemienny chód - balkonik z funkcją stałą - przestawny - do odciążania kończyny, stabilnego podparcia - balkonik z dwoma kółkami - umożliwia szybsze przemieszczanie Cechy produktu: - aluminiowa konstrukcja - regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) - wymienne nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami - wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12-15 cm	5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do **zapytania ofertowe**
na „**Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**”

W podziale na dwie części.

CZĘŚĆ I:

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

	- produkt nowy, medyczny, atestowany.	
5.	<u>Chodzić rehabilitacyjny z regulowanym siedziskiem dla seniora</u> Cechy produktu: - aluminiowa konstrukcja - składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i transport - miękkie siedzisko oraz barierka wykonane z materiału skóropodobnego - regulowana wysokość uchwytów - regulacja wysokości siedziska - cztery bezobsługowe koła z możliwością demontażu - demontowana barierka oparcia - przednie koła obrotowe - tylne kółka z możliwością zablokowania - hamulec wielofunkcyjny - hamulec standardowy i hamulec postojowy - torba na zakupy (max. obciążenie 1,5 kg) - uchwyt na kulę - produkt nowy, medyczny, atestowany	5 szt.
6.	<u>Wysoki chodzik rehabilitacyjny typu Ambona „pionizator”</u> Cechy produktu: - stalowa konstrukcja - miękkie podłokietniki o możliwości płynnej regulacji wysokości - cztery bezobsługowe koła - tylne kółka z możliwością zablokowania - długość podłokietników wraz z uchwytami w przedziale 60 – 85 cm - głębokość wycięcia elementu tapicerowanego: ok. 30 cm - szerokość wycięcia elementu tapicerowanego w przedziale 35-40 cm - produkt nowy, medyczny, atestowany	4 szt.
7.	<u>Podnośnik transportowo-kąpielowy pacjenta</u> Cechy produktu: - Rączka sterująca w kształcie litery „U” - sterowanie elektryczne - podwójny system sterowania: za pomocą pilota oraz przycisków wbudowanych w korpus baterii - Wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa, - możliwość składania urządzenia do transportu - wskaźnik naładowania baterii - jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny, - wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii, - siłownik certyfikowanego producenta, - koła przednie obrotowe, - koła tylne wyposażone w hamulec, - regulowana szerokość nóg podstawy, - w skład podnośnika wchodzić powinno jedno wygodne w użyciu nosidło zapewniające właściwą stabilizację pleców Parametry techniczne: - długość 110 cm - rozstaw podstawy w przedziale 65 - 90 cm	4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do **zapytania ofertowe**
na „**Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**”
W podziale na dwie części.

CZĘŚĆ I:

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

	- wysokość podstawy: 12,5 cm - zakres podnoszenia ramienia 74-177,5 cm - średnica kół przednich w przedziale 7-9 cm - średnica kół tylnych 10 cm - maksymalne obciążenie do 150 kg - produkt nowy, medyczny, atestowany	
8.	<u>Rotor rehabilitacyjny elektryczny rowerko kończyn górnych i dolnych na pilota</u> Cechy produktu: - Wyświetlacz LCD pokazujący: prędkość, czas, dystans pokonany w km, kalorie) - 12 stopniowa regulacja trybu pracy i obciążenia przy pomocy pilota, - Zmiany kierunku ruchu pedałów: przód, tył, - Możliwość wyboru czasu treningu lub programu automatycznego, - Możliwość ustawienia prędkości od 30 do 60 obrotów na minutę, - pilot przewodowy z wyświetlaczem - stopki montowane do dolnej części rotora- wyposażone w gumki antypoślizgowe, - pedały z paskami chronią stopy przed zsuwaniem, - produkt medyczny, atestowany Parametry techniczne: - napięcie: ~220V - moc: 70W - wysokość w przedziale: 25-30 cm - szerokość: 30 cm - długość: 50 cm - maksymalna waga użytkownika: 120 KG	5 szt.
9.	<u>Rotor rehabilitacyjny rowerko treningowy rąk i nóg</u> Cechy produktu: - korpus wykonany ze stali malowanej proszkowo, - antypoślizgowe pedały wyposażone w opaski z 2-stopniową opcją regulacji zapobiegające zsuwaniu się stopy - w górnej części przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń rękoma, uchwyty wykonane z pianki - stopki antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się rotora na podłożu - dwie oddzielne gałki do płynnej regulacji oporu (góra/dół) - produkt medyczny, atestowany, Dane techniczne: - rozstaw uchwytów w przedziale 40-45 cm - minimalna wysokość: 75 cm - maksymalna wysokość: 100 cm - rozstaw pedałów w przedziale 40-45 cm - wysokość ramy U: 20 cm - podstawa rotora: 40 cm x 40 cm - maksymalna waga użytkownika: 120 kg	5 szt.
10.	<u>Wózek inwalidzki stalowy</u> Cechy produktu: - składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej - ergonomiczne uchwyty dla opiekuna	5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do **zapytania ofertowe**
na „**Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**”
W podziale na dwie części.

CZĘŚĆ I:

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

	- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie, - podłokietniki uchylne i wyciągane - wyciągane i odchylane na boki podnóżki - podnóżki wyposażone w pasy zabezpieczające przed zsuwanie nóg - tylne koła wyposażone w system szybkiego demontażu - maksymalna waga użytkownika: 120 kg - produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne: - długość całkowita z podnóżkiem: 110-115 cm - szerokość po złożeniu: do 30 cm. - głębokość siedziska w przedziale 40-45 cm - wysokość oparcia w przedziale 40-45 cm - wysokość siedziska w przedziale 45-50 cm - minimalny promień skrętu: 162 cm - średnica kół tylnych: 24" - średnica kół przednich: 20 cm - maksymalna wytrzymałość: 120 kg.	
11.	<u>Uniwersalne kule inwalidzkie pachowe</u> Cechy produktu: - regulowane w dwóch miejscach, - rozmiar uniwersalny i lekki , - miękkie podparcie pod pachę i ergonomiczny kształt uchwytu - aluminiowy trzon z gumową nasadką ułatwiającą poruszanie się, - produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne: - wysokość w przedziale 95 -160 cm	5 szt.
12.	<u>Kula łokciowa inwalidzka ortopedyczna</u> Cechy produktu: - materiał - aluminium - zabezpieczona epoksydowym lakierem, - Opatentowany system "BackboneStructure" zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo, - możliwe długości od 680 do 990 mm (14 stopni co 2,5 cm). - ergonomiczny kształt podparć z wentylacją Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, - odczepiane podparcie - wyposażona w system antyperforacyjny - maksymalna waga użytkownika: 130 kg	5 szt.
13.	<u>Wzmocnione krzesło toaletowe składane na kółkach</u> Cechy produktu: - stalowa chromowana konstrukcja odporna na korozję - regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) - boczne uchwyty - tylne koła wyposażone w blokadę - w zestawie pojemnik sanitarny, deska z klapą - produkt nowy, medyczny, atestowany	3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do **zapytania ofertowe**
na „**Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**”
W podziale na dwie części.

CZĘŚĆ I:

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

	- wytrzymałość 120 kg Dane techniczne Materiał konstrukcji: stal Regulacja wysokości: 42 -52 cm Szerokość: 56 cm Wymiary siedziska: 38x40 cm	
14.	<u>Taboret pod prysznic z oparciem i uchwytami bocznymi</u> Cechy produktu: - aluminiowa konstrukcja - szerokie siedzisko wyposażone w otwory odpływowe, - dwustopniowa regulacja oparcia - regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) - nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami - produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne - materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne - rozstaw nóg przy max. wysokości 50 x 49 cm - rozstaw nóg przy min. wysokości 47 x 46 cm - wymiary siedziska 39 x 33 cm - wysokość 72 - 85 cm - wysokość siedziska (środek) 37 - 49 cm - max. obciążenie 136 kg	8 szt.
15.	<u>Taboret prysznicowy z oparciem</u> Cechy produktu: - aluminiowa konstrukcja - siedzisko z wycięciem ułatwiające wykonanie czynności higienicznych - regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) - nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami - produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne - materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne - rozstaw nóg przy max. wysokości 47 x 56 cm - rozstaw nóg przy min. wysokości 42 -50 cm - wymiary siedziska 48 x 31 cm - wysokość siedziska(środek) 35 - 52 cm - max. obciążenie 110 kg	8 szt.
16.	<u>Koncentrator tlenu</u> Dane techniczne: - wymiary - 58,4 x 38,1 x 24 cm - waga - 14 kg - zasilanie - zasilacz - napięcie zasilania - 230V +/- 10% - pobór mocy < 300 W - tryb pracy - praca ciągła - koncentracja tlenu - 90 - 96% - głośność - 43 dBA	5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do **zapytania ofertowe**
na „**Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**”
W podziale na dwie części.

CZĘŚĆ I:

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

	- OPI (Wskaźnik procent tlenu) - Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70% - ciśnienie wyjściowe - 5-7 psi (0,34 - 0,48 Bar) - trwałość użycia - 25 tys godzin - przepływ - 0.5-5 l/min W zestawie dodatkowe węży tlenowe (2 m) i nawilżacz. - produkt nowy, medyczny, atestowany	
17.	<u>Stolik przyłóżkowy do łóżka i fotela</u> Cechy produktu: - materiał: metal/drewno - regulacja wysokości 60 - 88 cm za pomocą pokrętki - blat stolika regulowany w poziomie i pod kątem - wymiar blatu 54 x 41 cm - ograniczniki przy krawędziach blatu zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów - hamulce w tylnych kołach - produkt medyczny, atestowany	5 szt.
18.	<u>Laska trójnóg</u> Cechy produktu: - materiał: aluminium (podstawa wykonana ze stali), - trójpunktowe podparcie zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, - anatomicznie profilowany uchwyt, - kształt uniwersalny, zarówno na prawą i lewą rękę, - regulacja wysokości skokowa, co 2,5 cm. - wysokość: 73 – 95,5 cm.	10 szt.
19.	<u>Inhalator</u> Dane techniczne: - MMAD - 2,9 µm - Frakcja cząstek drobnych - 77% poniżej 5 µm - cykl leczenia (wsad 2,5 ml) - 6–8 min - zasilanie elektryczne - 230 V/50 Hz, 1 A - maks. ciśnienie sprężarki - 317 kPa (46 psi) - średnia prędkość przepływu - 6 l/min przy 10 psig - maksymalna prędkość przepływu - 8,0 l/min - zabezpieczenie przed przeciążeniem cieplnym - bezpiecznik termiczny - poziom hałasu - 58 ±3 dBA Zawartość zestawu: - kompresor pneumatyczno-tłokowy - 1 szt. - nebulizator - 1 szt. - ustnik do inhalacji jamy ustnej i gardła - 1 szt. - laska do inhalacji dla dorosłych - 1 szt. - maska do inhalacji dla dzieci - 1 szt. - przewód powietrza - 1 szt. - zapasowy filtr powietrza - 1 szt. - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna	4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do **zapytania ofertowe**
na „**Zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego**”
W podziale na dwie części.

CZĘŚĆ I:

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

20.	<u>Ssak elektryczny przenośny</u> Cechy produktu: - niski poziom hałasu, - uchwyt do przenoszenia, - zasilanie sieciowe (gniazdko elektryczne) - produkt nowy, medyczny, atestowany Dane techniczne: - zasilanie: AC 220V 22V 50Hz - próżnia max. $\geq 0,09\text{Mp}$ - max przepływ powietrza $\geq 15\text{L/min}$ - poziom hałasu $\leq 65\text{dB}$ - pojemność butli 1000ml - pobór mocy 90VA.	2 szt.
-----	---	--------